

**Verbale della commissione giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura negoziata per la fornitura di n. 14 letti per terapia intensiva e n. 17 letti di terapia semi intensiva nell'ambito delle linee guida di posti letto di terapia per l'utilizzo dell'elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l'allestimento intensiva e semi intensiva**  
**GARA N.2**

VERBALE N. 1

L'anno 2022, addì 12, del mese di Dicembre alle ore 11,00 ca., presso S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale - sita in Novi Ligure, Via E. Raggio n. 12 (AL), si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Direttore della S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale dell'A.S.L. AL n.1607 del 07.11.2022 nelle seguenti persone:

**Presidente**

Dott.ssa Ermelinda Martuscelli – Direttore S.C. Rianimazione ASL AL  
(Designato con nota prot. n. 0132367.20-10-2022)

**Componenti**

Sig.ra Pagliarulo Emanuela – Capo Sala– S.C. Rianimazione di Novi Ligure  
(Designato con nota prot. n. 0132367.20-10-2022)

Dott.ssa Simona Vicari – Dott.ssa Simona Vicari  
Collaboratrice SC. Tecnologie Biomediche ASL AL  
(Designato con nota prot. n. 134859 del 27.10.2022)

I componenti la Commissione Giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico conferito con determinazione n.1607 del 07.11.2022 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e di astensione previste dall'art. 51 del Codice Procedura Civile.

E' presente alla seduta la Sig.a Elena Demergasso della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale con funzioni esclusivamente di segreteria.

Con determinazione n. 603 del 15/07/2022 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si richiamano integralmente "per relationem", è stata adottata la determina a contrarre per l'avvio del procedimento relativo alla fornitura letti n. 14 per terapia intensiva e n. 17 letti semi intensiva per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 2 del Decreto-Legge 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni nella Legge 17.07.2020 n. 77 – GARA ANAC N. 8354033., da effettuare in modalità elettronica tramite la piattaforma SINTEL e da aggiudicare per singoli lotti indivisibili alle Ditte che avranno presentato per ciascuno di essi il prezzo economicamente più vantaggioso più basso, previa verifica della conformità delle offerte alle prescrizioni del capitolato speciale ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50;

Allo scopo di assicurare comunque la massima partecipazione e concorrenzialità alla procedura negoziata in oggetto, questa S.C. Ha ritenuto necessario avviare una gara ID SINTEL N. 157719794 (Richiesta di offerta) tramite il SINTEL. in modalità "aperta" e

pertanto con l'invito esteso a tutti gli operatori economici abilitati ad operare sulla medesima piattaforma nello specifico bando di riferimento attivando opportuna pubblicità, dell'attività di esplorazione del mercato, mediante la pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" contenente gli elementi minimi della procedura dettagliatamente descritti in preambolo.

<b>DITTA</b>	<b>SEDE</b>	<b>LOCALITA'</b>	<b>PARTITA IVA</b>
<b>HILL-ROM S.P.A.</b>	Via Ambrosoli, 6 20090	Rodano (MI)	08817300158
<b>LINET ITALIA SRL UNIPERSONALE</b>	Via Galileo Galilei 48, 25020	Poncarale (BS)	02879890982
<b>MALVESTIO S.P.A.</b>	Via Caltana 121 - 35010	Villanova Di Camposampiero (PD)	00197370281
<b>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</b>	Via Schiavonesca Priula, 20, 31044	Montebelluna (TV)	00175410265
<b>NOVAMED SRL</b>	Via Roma, N. 38, 98049	Villafranca Tirrena (ME)	02948410838
<b>ARJO ITALIA SPA</b>	Via Peroni Giacomo, 450 - 00131	Roma (RM)	04749361004
<b>ALTHEA S.P.A.</b>	Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13 00148	Roma (RM)	01244670335
<b>STRYKER ITALIA SR</b>	Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13/15, 00148	Formello (RM)	06032681006

Preliminarmente, la Commissione prende conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura negoziata accertando in particolare quanto segue  
Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 30.09.2022, sono pervenute le seguenti offerte:

LINET ITALIA SRL P.I. 02879890982 (Lotto 1)  
UNIPERSONALE HILL-ROM SPA P.I. 08817300158 (Lotto 1)  
MALVESTIO SPA P.I. 00197370281 (Lotto 1- 2)

Tutte le Ditte partecipanti sono state ammesse alla prosecuzione della gara nel corso della seduta telematica svoltasi in data 15.10.2021 mentre in data 02.11.2021, sempre mediante la piattaforma informatica del M.E.P.A., la S.C. E.L.A.P. ha inoltre provveduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica.

A questo punto La Commissione Giudicatrice prende atto del Capitolato Speciale di gara e precisa che la presente fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del

Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, per singoli lotti indivisibili, a favore della Ditta o delle Ditte che avranno l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA' MAX PUNTI 70  
PREZZO MAX PUNTI 30

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà così ripartito:

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. "aggregativo - compensatore" sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σ<sub>n</sub> = sommatoria

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L'arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è = 0 < 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è > 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

LOTTO 1: FORNITURA DI N. 14 LETTI PER TERAPIA INTENSIVA				
RIF.	SOTTOCRITERI	Punteggi o parziale	Criterio di assegnazione	Tipologia criterio
B-1	Possibilità di accogliere qualunque tipo di materasso antidecubito. <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-1</b>	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T
B-2	Caratteristiche piano letto e piano rete (materiale costruzione). <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti ai punti A-1 , A-2</b>	3	Criterio Discrezionale: 3 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	D
B-3	Superficie utile radiotrasparente del piano rete, espressa in cm <sup>2</sup> . <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-2</b>	2	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore maggiore secondo la seguente formula: $P=(V_n*2)/V_{max}$ Dove: P = punteggio da assegnare V <sub>n</sub> = valore proposto V <sub>max</sub> = valore max. proposto	Q
	Ergonomia del sistema , valutazione della facilità della sanificazione e sostituzione	5	Criterio Discrezionale: 5 punti al sistema con le migliori	D

B-4	del telo/copertina del materasso, sicurezza e stabilità sistema movimentazione. Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-2 A-4. <b>VALUTAZIONE TRAMITE PROVA PRATICA</b>		caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	
B-5	Quinta ruota motorizzata <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-7</b>	4	Criterio tabellare: 4 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	T
B-6	Sistema per aumentare l'area di seduta mediante movimento delle sezioni schienale e femorale telescopica per la prevenzione del decubito <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-4</b>	3	Criterio Tabellare: 3 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	T
B-7	Grado di inclinazione laterale massimo raggiungibile dal paziente, eccedenti i 20° (venti) gradi previsti, indipendentemente dal peso del paziente <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-12</b>	7	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore eccedente maggiore secondo la seguente formula: $P=(Vn*7)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto	Q
B-8	Dimensione ruote in mm eccedenti il valore di 150 mm. <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-6</b>	3	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore eccedente maggiore secondo la seguente formula: $P=(Vn*3)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto	Q
B-9	Comandi (lato paziente) movimentazione letto. Verrà valutata la posizione degli stessi sotto il punto di vista ergonomico, la chiarezza della simbologia. <b>Valutazione tramite prova pratica</b>	3	Criterio Discrezionale: 3 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	D
B-10	Pannello di controllo operatore . Verrà valutata la posizione sotto il punto di vista ergonomico. Disponibilità per visualizzazione funzioni terapeutiche, gradi inclinazioni, trend grafici, manuale in linea. Possibilità di visualizzazione anche con alimentazione elettrica a batteria. <b>Valutazione tramite prova pratica</b>	4	Criterio Discrezionale: 4 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	D
B-11	CPR elettrica con azzeramento dei piani e discesa dello stesso. <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-15</b>	3	Criterio Tabellare: 3 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	T
B-12	Presenza aste portaflebo aste fisse <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-18</b>	2	Criterio Tabellare: 2 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	T
B-13	Carico dinamico massimo eccedente il valore di 240 Kg richiesto <b>Parametri valutativi indicati negli</b>	3	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore eccedente maggiore	Q

	<b>allegati riferiti al punto A-16</b>		secondo la seguente formula: $P=(Vn*3)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto	
B-14	Base testiera fissa con accesso diretto alla sezione schienale. Gli accessori come asta flebo non devono seguire il movimento del piano rete <b>Fornire descrizione confermando le caratteristiche sopra elencate</b>	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T
B-15	Presenza sistema con rilevazione automatica delle pressioni in funzione della morfologia e posizione del paziente. <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-20</b>	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T
B-16	Bilancia: possibilità visualizzazione in continuo su display: <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-19</b>	2	Criterio tabellare: 2 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T
B-17	Bilancia: possibilità visualizzazione in continuo su display: <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-19</b>	1	Criterio tabellare: 1 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T
B-18	Materasso antidecubito: Funzioni terapeutiche <b>Valutazione tramite prova pratica</b>	5	Criterio Discrezionale: 5 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	D
B-19	Presenza di n.4 semisponde a caduta verticale ammortizzata. <b>Fornire dettagliata descrizione delle semisponde e del sistema di protezione contro le cadute + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica.</b>	2	Criterio tabellare: 2 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T
B-20	Presenza di comandi a pedali multifunzione per la gestione del paziente.(posizione, facilità di accesso ed utilizzo, eventuali ostacoli al posizionamento apparecchio RX per esami al bordo letto. <b>Valutazione tramite prova pratica</b>	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T
B-21	Possibilità di attivazione automatica programmata per terapia rotazionale; <b>Fornire dettagliata descrizione della terapia rotazionale programmata</b>	4	Criterio tabellare: 4 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T
B-22	Numero di mesi di garanzia eccedenti il minimo di 24 mesi previsto <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-24</b>	2	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il maggior numero di mesi di garanzia eccedenti secondo la seguente formula: $P = (Vn*2)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto	Q

			Vmax = valore max.proposto	
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		

<b>LOTTO 2: FORNITURA DI N.17 LETTI PER TERAPIA SUB INTENSIVA</b>				
<b>RIF.</b>	<b>SOTTOCRITERI</b>	<b>Punteggio parziale</b>	<b>Criterio di assegnazione</b>	<b>Tipologia criterio</b>
B-1	Possibilità di accogliere qualunque tipo di materasso antidecubito. <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti ai punti A-1</b>	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T
B-2	Caratteristiche piano letto e piano rete (materiale costruzione) <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti ai punti A-1, A-3</b>	3	Criterio Discrezionale: 3 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	D
B-3	Superficie utile radiotrasparente del piano rete, espressa in cm <sup>2</sup> . <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-2</b>	2	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore maggiore secondo la seguente formula: $P = (Vn*2)/Vmax$ Dove: punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto	Q
B-4	Ergonomia del sistema , valutazione della facilità della sanificazione e sostituzione del telo/copertina del materasso, sicurezza e stabilità sistema movimentazione. <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-3 , Valutazione tramite prova pratica</b>	7	Criterio Discrezionale: 7 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	D
B-5	Caratteristiche struttura a compasso <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-2</b>	3	Criterio Tabellare: 3 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	T
B-6	Azionamento del freno centralizzato con pedale su tutte le quattro ruote. <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-5</b>	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T

B-7	Dimensioni ruote in mm eccedenti i valori di 150 mm. <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-5</b>	3	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore eccedente maggiore secondo la seguente formula: $P=(Vn*3)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto	Q
B-8	Quinta ruota motorizzata. <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-7</b>	4	Criterio tabellare: 4 punti in presenza di ruota motorizzata, 0 punti in assenza di ruota motorizzata	T
B-9	Pannello l'operatore: tasto unico per la posizione di sedia cardiologica. <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-12</b>	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	T
B-10	Pannello l'operatore: tasto unico per la posizione di sedia visita. <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-12</b>	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	T
B-11	Caratteristiche pannello l'operatore: blocco di tutte o parti delle funzioni in uso al paziente: numero di servizi e funzioni disponibili <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-12 Valutazione tramite prova pratica</b>	5	Criterio Discrezionale: 5 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	D
B-12	Movimentazione laterale del paziente tramite piano rete e/o materasso per opere di Nursing indipendentemente dal peso del paziente: valori eccedenti i 15°. <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-11</b>	5	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore maggiore eccedente secondo la seguente formula: $P = (Vn*5)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto	Q
B-13	Caratteristiche CPR e funzioni associate. <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-15</b>	3	Criterio Discrezionale: 3 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	D
B-14	Aste portafebo fisse <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-16</b>	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	D
B-15	Funzione bilancia: visualizzazione in continuo visibile su display. <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-17</b>	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T
B-16	Bilancia: display touch screen <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-17</b>	2	Criterio tabellare: 2 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T
B-17	Materasso antidecupito: Funzioni terapeutiche <b>Valutazione tramite prova pratica</b>	6	Criterio Discrezionale: 6 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri	D

			sistemi punteggi inferiori	
B-18	Numero di mesi di garanzia eccedenti il minimo di 24 mesi previsto <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-22</b>	2	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il maggior numero di mesi di garanzia eccedenti secondo la seguente formula: $P = (Vn*2)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto	D
B-19	Presenza di comandi a pedali multifunzione per la gestione del paziente. (posizione, facilità di accesso ed utilizzo, eventuali ostacoli al posizionamento apparecchio RX per esami al bordo letto. <b>Valutazione tramite prova pratica</b>	4	Criterio Discrezionale: 4 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	D
B-20	Organizzazione assistenza tecnica con valutazione del numero, del profilo professionale ed esperienza dei tecnici specializzati che verranno utilizzati; tempi intervento in caso di guasto. <b>(fornire descrizione + chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica</b>	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	T
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i **"Punteggi Quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione della formula matematica prevista. L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice in relazione a ciascun elemento di natura quantitativa dichiarato dalla Ditta concorrente secondo le modalità precedentemente indicate.

Nella colonna identificata dalla lettera **I** vengono indicati i **"Punteggi Tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice assegnando la totalità dei punti previsti se il requisito è presente o nessun punto se il requisito non è presente.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i **"Punteggi Discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70

SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITÀ" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

#### METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

*Dove:*

- P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente i;
- C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
- C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
- C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
- P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione a;
- P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione b;
- P<sub>n</sub>** = **peso criterio di valutazione n.**

In caso di criteri con punteggi tabellari al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a 35 punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "Qualità" saranno in ogni caso attribuiti 70 punti mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La

riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio inferiore a 35 punti, ritenuto quale livello minimo di sufficienza.

Tutto ciò premesso, dopo aver esaminato la documentazione tecnica presentata, da subito si prende atto che la ditta HILL-ROM SPA non ha presentato il questionario tecnico compilato come richiesto in capitolato rendendo indaginoso la valutazione mentre la ditta Malvestio SPA al LOTTO 2 non ha dichiarato alcuni parametri.

In particolare:

- Al punto A2 del Capitolato tecnico viene richiesto "un piano con ampia zona radiotrasparente comprendente il bacino per accessibilità sistema radiologico ad Arco C" ma nella parte riassuntiva compilata nel "Questionario tecnico" dalla ditta cita la presenza di "schienale" che consente di effettuare esami diagnostici ma non si deduce se comprenda anche il "BACINO"

- Al punto B3 del Capitolato di gara viene richiesta la superficie utile radiotrasparente del piano rete espressa in cm(cubi) ma nella parte riassuntiva compilata nel "Questionario tecnico" la ditta non ha riportato nessuna misura.

La Commissione Giudicatrice decide pertanto di chiedere chiarimenti ad entrambe le Ditte tramite il portale Sintel rimandando la valutazione qualitativa alla prossima seduta e conferisce mandato alla S.C. E.L.A.P. di inoltrare i predetti chiarimenti e di predisporre la prova on site come previsto dalla documentazione di gara.

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, dichiara chiusa la seduta alle ore 14 ca. Viene redatto il presente verbale, che composto da n. 10 facciate comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

## **IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Ermelinda Martuscelli \_\_\_\_\_

## **I Componenti**

CPSE Pagliarulo Emanuela \_\_\_\_\_

Dott.ssa Simona Vicari \_\_\_\_\_