



Sede legale: Via Venezia, 6  
15121 ALESSANDRIA  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 1 INCUBATRICE PER TRASPORTO OCCORRENTE  
AL P.O. DI CASALE MONFERRATO**

**Relazione Tecnica**

**R.D.O N. 3050279 – SMART CIG N. Z6636BC8E3**

I sottoscritti, in qualità di esperti preposti alla valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura negoziata indicata in oggetto, hanno svolto a distanza la propria attività:

Dott. Marco Aicardi - Direttore S.C. Pediatria Casale Monferrato.  
(Individuato con nota prot. n. 109613 del 11.08.2022)

Dott.ssa Simona Vicari – S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT  
(Individuato con nota prot. n. 114865 del 01.09.2022)

Gli esperti prendono atto preliminarmente che:

- Questa A.S.L. ha avviato, mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA, una R.D.O. per l'acquisto di **INCUBATRICE PER TRASPORTO OCCORRENTE AL P.O. DI CASALE MONFERRATO** da affidare per lotto unico indivisibile a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

La R.D.O. n. 3050279 è stata processata con le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O.:	FORNITURA DI N. 1 INCUBATRICE PER TRASPORTO OCCORRENTE AL P.O. DI CASALE MONFERRATO.
Procedura di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Numero fornitori invitati	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)
Numero offerte ricevute	2
Numero lotti	1
Inizio presentazione offerte	07.07.2022
Scadenza presentazione offerte	03.08.2022
Validità offerta	27.01.2023

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 18.00 del 03.08.2022 sono pervenute le seguenti offerte:

DITTA	SEDE	P.IVA	DATA ED ORA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Burke&Burke	Via Albert Einstein, 32, 20057 Assago (MI)	01059590107	25/07/2022 11:11
Ginevri	Via Cancelliera, 25/B 00041 Albano Laziale (RM)	03565511007	03/08/2022 12:33

In data 11.08.2022 sempre tramite la piattaforma informatica del M.E.P.A., la S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale ha provveduto, in seduta telematica, alla verifica ed all'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa e, successivamente, nella medesima data, si è provveduto all'apertura dell'offerta tecnica dell'operatore economico ammesso alla prosecuzione della gara ed alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.


Gli esperti prendono atto preliminarmente del Capitolato Speciale di Gara e precisa che la presente fornitura sarà aggiudicata con i seguenti criteri:  
ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per singolo lotto indivisibile a favore della Ditta che avrà **proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei seguenti criteri:

**QUALITA' MAX PUNTI 70**  
**PREZZO MAX PUNTI 30**

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà ripartito così come dettagliatamente riportato all'art. 10 del Capitolato Speciale che si richiama dettagliatamente "per relationem".

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la mediante una valutazione congiunta secondo le seguenti modalità:

RIF.	SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE	Tipologia Criterio	Punteggio parziale	Criterio di assegnazione
B-1	Caratteristiche tecniche e prestazioni: funzionamento <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-3</b>	D	8	Criterio Discrezionale: 8 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori.
B-2	Circuito di rianimazione completo di tutti gli accessori: caratteristiche <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-4</b>	D	4	Criterio Discrezionale: 4 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori.
B-3	Peso <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-5</b>	Q	5	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presenta il valore minore secondo la seguente formula: $P = (V_{min} * 5) / V_n$ Dove: P = punteggio da assegnare V <sub>n</sub> = valore proposto V <sub>min</sub> = valore min. proposto
B-4	Accesso al paziente (tipologia di apertura della campana) <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-6</b>	T	6	Criterio Tabellare: 6 punti al sistema con apertura a tutta luce; 3 punti al sistema ad abbattimento; 1 punto al sistema ad oblò.
B-5	Temperatura impostabile in °C <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-7</b>	T	3	Criterio Tabellare: 3 punti al sistema con range ≥ a 15 °C; 0 punti se < a 15 °C.




B-6	Miscelatore aria/ossigeno <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-8</b>	T	6	Criterio Tabellare: 6 punti al modulo di regolazione meccanico integrato; 3 punti al modulo non integrato con flussometro/i o equivalente.
B-7	Rianimatore neonatale pneumatico <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-9</b>	T	8	Criterio Tabellare: 8 punti al modulo "rianimatore neonatale pneumatico" integrato (completo di aspiratore, doppia uscita, manometro); 0 punti ai sistemi con rianimatore pneumatico non integrato.
B-8	Autonomia della batteria interna in condizioni di massimo consumo non inferiore a 100 minuti <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-10</b>	Q	5	Criterio Quantitativo: Punteggio maggiore alla Ditta che presenta il valore maggiore eccedente i 100 minuti secondo la seguente formula: $P = (Vn * 5) / Vmax$ P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto
B-9	Modulo per il monitoraggio della saturazione periferica di ossigeno <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-13</b>	T	8	Criterio Tabellare: 8 punti al sistema integrato con tecnologia Masimo. 3 punti al sistema con modulo senza tecnologia Masimo; 0 punti agli altri.
B-10	Rumorosità interna alla campana in dB(A) <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-14</b>	Q	4	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presenta il valore minore secondo la seguente formula: $P = (Vmin * 4) / Vn$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmin = valore min. proposto
B-11	Numero di mesi di garanzia eccedenti il minimo di 24 mesi previsto	Q	5	Criterio Quantitativo: punti 0 per durata garanzia 24 mesi. Punteggio maggiore alla Ditta che presenta il maggior numero di mesi di garanzia eccedenti 24 mesi secondo la seguente formula: $P = (Vn * 5) / Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto

B-12	Organizzazione intervento tecnico in caso di guasto; tempo di intervento tecnico on site espresso in numero di ore	Q	3	<p>           Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore minore secondo la seguente formula:  <math>P = (V_{min} * 3) / V_n</math>            Dove:            P = punteggio da assegnare            Vn = valore proposto            Vmin = valore min. proposto         </p>
B-13	Disponibilità, per tutto il periodo della garanzia, di apparecchiatura sostitutiva in caso fosse necessario ritirare l'apparecchiatura per la riparazione	T	5	<p>           Criterio Tabellare:            5 punti al sistema con tali caratteristiche;            0 punti agli altri.         </p>
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>	

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi Quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione della formula matematica prevista. L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dagli esperti in relazione a ciascun elemento di natura quantitativa dichiarato dalla Ditta concorrente secondo le modalità precedentemente indicate.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi Tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dagli esperti assegnando la totalità dei punti previsti se il requisito è presente o nessun punto se il requisito non è presente.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi Discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante agli esperti sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30

SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte degli esperti, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascuno.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITÀ" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.


Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "Qualità" saranno in ogni caso attribuiti **70** punti mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 35** punti, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

Premesse tali considerazioni si è proceduto all'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti, rivolta preliminarmente a verificare che gli operatori economici concorrenti abbiano presentato prodotti conformi alle caratteristiche tecniche previste a pena di esclusione.

Tutto ciò premesso, dopo aver esaminato la documentazione tecnica presentata, si decide di attribuire i seguenti coefficienti di giudizio tecnico afferenti per il parametro "Qualità" in esame:

RIF.	SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE	Tipologia Criterio	Punteggio parziale	Ditta Burke & Burke	Ditta Ginevri
B-1	Caratteristiche tecniche e prestazioni: funzionamento <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-3</b>	D	8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Sufficiente Coefficiente = 0,6 Punteggio = 4,8
B-2	Circuito di rianimazione completo di tutti gli accessori: caratteristiche <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-4</b>	D	4	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 4	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,9 Punteggio = 3,6
B-3	Peso <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-5</b>	Q	5	Punteggio = 5	Punteggio = 4,2
B-4	Accesso al paziente (tipologia di apertura della campana) <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-6</b>	T	6	Requisito presente Punteggio = 6	Requisito presente Punteggio = 6

B-5	Temperatura impostabile in °C <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-7</b>	T	3	Requisito presente Punteggio = 3	Requisito presente Punteggio = 3
B-6	Miscelatore aria/ossigeno <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-8</b>	T	6	Requisito presente Punteggio = 6	Requisito presente Punteggio = 6
B-7	Rianimatore neonatale pneumatico <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-9</b>	T	8	Requisito presente Punteggio = 8	Requisito assente Punteggio = 0
B-8	Autonomia della batteria interna in condizioni di massimo consumo non inferiore a 100 minuti <b>Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-10</b>	Q	5	Punteggio = 5	Punteggio = 2,8
B-9	Modulo per il monitoraggio della saturazione periferica di ossigeno <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-13</b>	T	8	Requisito presente Punteggio = 8	Requisito assente Punteggio = 0
B-10	Rumorosità interna alla campana in dB(A) <b>Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-14</b>	Q	4	Punteggio = 4	Punteggio = 3,6
B-11	Numero di mesi di garanzia eccedenti il minimo di 24 mesi previsto	Q	5	Punteggio = 2,5	Punteggio = 5

SV. 

B-12	Organizzazione intervento tecnico in caso di guasto; tempo di intervento tecnico on site espresso in numero di ore	Q	3	Punteggio = 3	Punteggio = 3
B-13	Disponibilità, per tutto il periodo della garanzia, di apparecchiatura sostitutiva in caso fosse necessario ritirare l'apparecchiatura per la riparazione	T	5	Requisito presente Punteggio = 5	Requisito presente Punteggio = 5
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b>67,50</b>	<b>47,00</b>
	<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>70,00</b>	<b>48,74</b>

**Rif. B-1**

**Ditta Ginevri**

Attrezzatura dotata delle prestazioni atte ad un funzionamento valutabile quale sufficiente per gli utilizzatori, in quanto priva di accessibilità da entrambi i lati, caratteristica ritenuta importante e suscettibile di valutazione al fine di permettere di lavorare sul neonato a due operatori contemporaneamente.

**Rif. B-2**

**Ditta Ginevri**

L'impostazione della percentuale di O<sub>2</sub> erogata (FiO<sub>2</sub>) avviene con impostazione manuale del flusso di O<sub>2</sub> e del flusso di aria dopo confronto della tabella stampata sul carrello, anziché impostando direttamente sul miscelatore la FiO<sub>2</sub> richiesta per il paziente.

**Rif. B-3**

**Ditta Burke&Burke**

Peso incubatore:

- Corpo principale: 25 kg
- Carrello: 17 kg

Totale: 42 kg

**Ditta Ginevri**

Peso incubatore più accessori: 50 kg

**Rif. B-5**

**Ditta Burke&Burke**

Intervallo di regolazione: 23.0° C - 38.0° C (con incrementi ± 0.1° C)

**Ditta Ginevri**

Intervallo di regolazione: 20° - 38° a aria / 25°- 38° a pelle

**Rif. B-8**

**Ditta Burke&Burke**

Autonomia: 180 minuti

**Ditta Ginevri**

Autonomia: 100 minuti

**Rif. B-10**

**Ditta Burke&Burke**

Rumorosità inferiore a 45 dB

**Ditta Ginevri**

Rumorosità inferiore a 50 dB

**Rif. B-11**

**Ditta Burke&Burke**

Numero di mesi di garanzia previsti: 30

**Ditta Ginevri**

Numero di mesi di garanzia previsti: 36

**Rif. B-12**

**Ditta Burke&Burke**

Tempo di intervento tecnico on site in caso di guasto: 24 ore

**Ditta Ginevri**


Tempo di intervento tecnico on site in caso di guasto: 24 ore

I sottoscritti, avendo concluso i lavori inerenti la parte del procedimento di competenza, redigono la presente relazione che, composta da n. 9 facciate comprese le sottoscrizioni, viene successivamente letta, approvata e sottoscritta dal medesimo e trasmessa alla S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale per i successivi adempimenti.


Data: 11.10.2022

In qualità di esperti:

Dott. Marco Aicardi



Dott.ssa Simona Vicari





Per presa visione:

IL R.U.P.

Dott.ssa Lucia Carrea

