

Verbale della commissione giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura negoziata per la fornitura di n. 14 letti per terapia intensiva e n. 17 letti di terapia semi intensiva nell'ambito delle linee guida di posti letto di terapia per l'utilizzo dell'elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l'allestimento intensiva e semi intensiva

GARA N.2

VERBALE N. 2

L'anno 2023, addì 26, del mese di Gennaio alle ore 09,30 ca., presso S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale - sita in Novi Ligure, Via E. Raggio n. 12 (AL), si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Direttore della S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale dell'A.S.L. AL n.1607 del 07.11.2022 nelle seguenti persone:

Presidente

Dott.ssa Ermelinda Martuscelli – Direttore S.C. Rianimazione ASL AL
(Designato con nota prot. n. 0132367.20-10-2022)

Componenti

Sig.ra Pagliarulo Emanuela – Capo Sala– S.C. Rianimazione di Novi Ligure
(Designato con nota prot. n. 0132367.20-10-2022)

Dott.ssa Simona Vicari – Dott.ssa Simona Vicari
Collaboratrice SC. Tecnologie Biomediche ASL AL
(Designato con nota prot. n. 134859 del 27.10.2022)

E' presente alla seduta la Sig.a Elena Demergasso della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale con funzioni esclusivamente di segreteria.

I componenti della Commissione Giudicatrice richiamano il verbale redatto in data 12.12.2022 e, in particolare, la parte in cui si era ritenuto di effettuare un supplemento di istruttoria per le seguenti motivazioni:

- per il lotto n.1 la ditta HILL-ROM SPA non ha presentato il questionario tecnico compilato come richiesto in capitolato rendendo indaginoso la valutazione;
- per il lotto n.2 la ditta Malvestio SPA non ha dichiarato alcuni parametri necessari per una precisa attribuzione dei punteggi e pertanto è stato richiesto di indicare pag. e riga della documentazione tecnica già prodotta ove dedurre le informazioni richieste;

Per le predette motivazioni si era pertanto deciso di rinviare la decisione dopo la richiesta tramite il portale Sintel e la prova on site richiesta dal capitolato.

A tale proposito, la S.C. E.L.A.P. ha provveduto a richiedere i chiarimenti alle Ditte interessate secondo il seguente calendario:

Ditta HILL-ROM SPA: chiarimenti richiesti in data 12.12.2022

Riscontro ricevuto in data 14.12.2022

La Ditta interpellata ha confermato che per errore informatico non è stato allegato nella busta tecnica il file questionario richiesto e che le informazioni richieste *"non sono reperibili nei documenti allegati"*. La Ditta ha inoltre richiesto, nel corso della prova "on site", di poter dimostrare ed illustrare il possesso nel prodotto dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale.

La Commissione Giudicatrice ha preso atto dei chiarimenti formulati ma non ha ritenuto accettabile l'integrazione, nel corso della prova "on site", del dato documentale non originariamente presente nella documentazione tecnica in una fase successiva al termine di presentazione delle offerte.

Ditta Malvestio SPA: chiarimenti richiesti in data 12.12.2022

Riscontro ricevuto in data 14.12.2022

La Commissione Giudicatrice non ritiene accettabile l'integrazione documentale del dato richiesto circa la superficie utile radiotrasparente del piano rete espressa in cm. cubi (non segnalata originariamente nel questionario tecnico afferente il Lotto n. 2) in quanto, anche in questa ipotesi, si tratterebbe di integrazione postuma di elementi tecnici oggetto di valutazione acquisiti successivamente al termine ultimo di presentazione delle offerte.

Per quanto riguarda le prove "on site" previste dal Capitolato Speciale di gara, la Commissione Giudicatrice rileva che sono avvenute in data 22.12.2022 per la ditta **LINET ITALIA SRL e in data 29.12.2022 per le ditte HILL-ROM SPA e MALVESTIO S.P.A.**

Nel corso delle prove, effettuate singolarmente per ciascun concorrente, era presente un rappresentante della Ditta interessata.

Terminati tali adempimenti, sulla scorta delle prove effettuate e della documentazione tecnica acquisita agli atti, la Commissione Giudicatrice esprime congiuntamente le seguenti valutazioni preliminari:

Ditta MALVESTIO SPA

La Commissione Giudicatrice rileva quanto segue:

Riferimento caratteristiche di cui al punto A-12: la Ditta Malvestio SPA presenta un valore *"basculamento e movimentazione laterale tramite piano rete e/o materasso"* di +15°/-15°, inferiore pertanto a quanto richiesto nel capitolato speciale di gara. A tale proposito, la commissione giudicatrice precisa che la movimentazione laterale del paziente ha come finalità la mobilitazione delle secrezioni polmonari e contribuisce nel contempo a prevenire complicanze nei pazienti di area critica. Tanto ciò premesso, sulla scorta della documentazione presentata e delle evidenze riscontrate nella prova "on site", la commissione giudicatrice decide di ritenere la proposta tecnica della Ditta come *"equivalente"*, ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., in quanto la stessa assolve in ogni caso alla funzionalità richiesta.

Ditta HILL ROM SPA

La Commissione Giudicatrice rileva che la Ditta non ha presentato il questionario tecnico come richiesto nel capitolato speciale di gara e pertanto le informazioni rilevanti ai fini della valutazione saranno desunte dalle schede tecniche prodotte.

Per quanto riguarda il riferimento caratteristiche di cui al punto A-12, la documentazione tecnica proposta dalla Ditta in esame contiene, a proposito della funzionalità di

movimentazione laterale del paziente, una proposta nella quale si evince testualmente la presenza di "tre protocolli di rotazione laterale continua (minima – media – massima) e la possibilità di impostare la terapia sulla base delle esigenze specifiche di ogni singolo paziente". Nel richiamare le considerazioni espresse in precedenza circa le finalità della predetta funzione richiesta nel capitolato speciale di gara, la commissione giudicatrice, sulla scorta della documentazione presentata e delle evidenze riscontrate nella prova "on site", decide di ritenere la proposta tecnica della Ditta come "equivalente", ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., in quanto la stessa assolve in ogni caso alla funzionalità richiesta.

Per quanto riguarda il riferimento alle caratteristiche di cui al punto A-15, nella documentazione tecnica della ditta **HILL-ROM SPA** non risulta la presenza del pulsante per la CPR elettrica. Tuttavia, nel corso della prova tecnica la commissione giudicatrice ha riscontrato che la funzione richiesta è rappresentata dal tasto che evidenzia la funzione Trendelenburg che consente di porre il letto in posizione di CPR. La commissione giudicatrice rileva tuttavia che la presenza della caratteristica "CPR elettrica con azzeramento dei piani e discesa dello stesso" costituisce requisito preferenziale e pertanto sarà valutata nell'apposito sotto criterio.

Premesse tali considerazioni, dopo aver esaminato la documentazione tecnica presentata e sulla scorta delle prove tecniche "on site", la commissione giudicatrice decide di attribuire i seguenti coefficienti di giudizio tecnico afferenti per il parametro "Qualità" in esame:

LOTTO 1: FORNITURA DI N. 14 LETTI PER TERAPIA INTENSIVA						
RIF.	SOTTOCRITERI	Punteggio parziale	Criterio di assegnazione	DITTA LINET ITALIA SRL	DITTA HILL-ROM SPA	DITTA MALVESTIO S.P.A.
B-1	Possibilità di accogliere qualunque tipo di materasso antidecubito. Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-1	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 3	Requisito presente Punteggio = 3	Requisito presente Punteggio = 3
B-2	Caratteristiche piano letto e piano rete (materiale costruzione). Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti ai punti A-1, A-2	3	Criterio Discrezionale: 3 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 3	Giudizio = Sufficiente Coefficiente = 0,6 Punteggio = 1,8	Giudizio = Scarso Coefficiente = 0,2 Punteggio = 0,6
B-3	Superficie utile radiotrasparente del piano rete, espressa in cm ² . Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-2	2	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore maggiore secondo la seguente formula: $P=(Vn*2)/Vmax$	Punteggio = 1,91	Punteggio = 0	Punteggio = 2

			Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto			
B-4	Ergonomia del sistema, valutazione della facilità della sanificazione e sostituzione del telo/copertina del materasso, sicurezza e stabilità sistema movimentazione. Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-2 A-4. VALUTAZIONE TRAMITE PROVA PRATICA	5	Criterio Discrezionale: 5 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,5 Punteggio = 2,5	Giudizio = Scarso Coefficiente = 0,2 Punteggio = 1
B-5	Quinta ruota motorizzata Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-7	4	Criterio tabellare: 4 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 4	Requisito presente Punteggio = 4	Requisito presente Punteggio = 4
B-6	Sistema per aumentare l'area di seduta mediante movimento delle sezioni schienale e femorale telescopica per la prevenzione del decubito Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-4	3	Criterio Tabellare: 3 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 3	Requisito presente Punteggio = 3	Requisito presente Punteggio = 3
B-7	Grado di inclinazione laterale massimo raggiungibile dal paziente, eccedenti i 20° (venti) gradi previsti indipendentemente dal peso del paziente Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-12	7	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore eccedente maggiore secondo la seguente formula: $P=(Vn*7)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto	Punteggio = 7	Giudizio = non valutabile Coefficiente = 0,0 Punteggio = 0,0	Giudizio = non valutabile Coefficiente = 0,0 Punteggio = 0,0
B-8	Dimensione ruote in mm eccedenti il valore di 150 mm. Parametri valutativi	3	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta	Punteggio = 0	Punteggio = 3	Punteggio = 0

	indicati negli allegati riferiti al punto A-6		che presente il valore eccedente maggiore secondo la seguente formula: $P=(Vn*3)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto			
B-9	Comandi (lato paziente) movimentazione letto. Verrà valutata la posizione degli stessi sotto il punto di vista ergonomico, la chiarezza della simbologia. Valutazione tramite prova pratica	3	Criterio Discrezionale: 3 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 3	Giudizio = Scarso Coefficiente = 0,2 Punteggio = 0,6	Giudizio = Scarso Coefficiente = 0,2 Punteggio = 0,6
B-10	Pannello di controllo operatore. Verrà valutata la posizione sotto il punto di vista ergonomico. Disponibilità per visualizzazione funzioni terapeutiche, gradi inclinazioni, trend grafici, manuale in linea. Possibilità di visualizzazione anche con alimentazione elettrica a batteria. Valutazione tramite prova pratica	4	Criterio Discrezionale: 4 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 4	Giudizio = Sufficiente Coefficiente = 0,6 Punteggio = 2,4	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,5 Punteggio = 2,0
B-11	CPR elettrica con azzeramento dei piani e discesa dello stesso. Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-15	3	Criterio Tabellare: 3 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 3	Requisito non presente Punteggio = 0	Requisito presente Punteggio = 3
B-12	Presenza aste portaflebo aste fisse Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-18	2	Criterio Tabellare: 2 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2
B-13	Carico dinamico massimo eccedente il valore di 240 Kg richiesto Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-16	3	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore eccedente maggiore secondo	Punteggio = 0,60	Punteggio = 3	Punteggio = 1,2

			la seguente formula: $P=(Vn*3)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max proposto			
B-14	Base testiera fissa con accesso diretto alla sezione schienale. Gli accessori come asta flebo non devono seguire il movimento del piano rete Fornire descrizione confermando le caratteristiche sopra elencate	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 3	Requisito presente Punteggio = 3	Requisito non presente Punteggio = 0
B-15	Presenza sistema con rilevazione automatica delle pressioni in funzione della morfologia e posizione del paziente. Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-20	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 3	Requisito presente Punteggio = 3	Requisito presente Punteggio = 3
B-16	Bilancia: possibilità visualizzazione in continuo su display: Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-19	2	Criterio tabellare: 2 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2
B-17	Bilancia: possibilità visualizzazione in continuo su display: Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-19	1	Criterio tabellare: 1 punto in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 1	Requisito presente Punteggio = 1	Requisito presente Punteggio = 1
B-18	Materasso antidecubito: Funzioni terapeutiche Valutazione tramite prova pratica	5	Criterio Discrezionale: 5 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,9 Punteggio = 4,5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5	Giudizio = Scarso Coefficiente = 0,2 Punteggio = 1,0
B-19	Presenza di n.4 semisponde a caduta verticale ammortizzata. Fornire dettagliata descrizione delle	2	Criterio tabellare: 2 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2

	semisponde e del sistema di protezione contro le cadute + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica.					
B-20	Presenza di comandi a pedali multifunzione per la gestione del paziente (posizione, facilità di accesso ed utilizzo, eventuali ostacoli al posizionamento apparecchio RX per esami al bordo letto. Valutazione tramite prova pratica	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 3	Requisito presente Punteggio = 3	Requisito presente Punteggio = 3
B-21	Possibilità di attivazione automatica programmata per terapia rotazionale: Fornire dettagliata descrizione della terapia rotazionale programmata	4	Criterio tabellare: 4 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 4	Requisito presente Punteggio = 4	Requisito presente Punteggio = 4
B-22	Numero di mesi di garanzia eccedenti il minimo di 24 mesi previsto Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-24	2	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il maggior numero di mesi di garanzia eccedenti secondo la seguente formula: $P = (Vn * 2) / Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto	Punteggio = 2	Punteggio = 0	Punteggio = 0,17
	TOTALE	70		64,01	48,30	38,57
	Riparametrazione			70,00	52,82	42,18

NOTE:

B 1: Tutte le ditte presentano il requisito richiesto

B 2: La ditta **LINET** è dotato di un sistema di bloccaggio del materasso con alette posizionate lungo tutto il piano rete per un corretto contenimento del materasso

impedendone la movimentazione indesiderata. La ditta **MALVESTIO SPA**: la conformazione del piano rete non consente il completo comfort del paziente, anche in considerazione delle possibili differenti caratteristiche antropometriche dei medesimi; inoltre presenta un sistema di aggancio non fisso del materasso in relazione alla struttura del piano rete.

La ditta **HILL ROM SPA**: presenta un materasso antidecubito integrato con il piano rete; da ciò risultano difficoltose le operazioni relative all'eventuale sostituzione del materasso (riparazione, disinfezione); presenta un sistema di contenimento del materasso al piano rete attraverso agganci di plastica in soli 4 punti e non lungo tutto il piano rete.

B 3: La ditta **MALVESTIO S.P.A.** dichiara una superficie utile radiotrasparente del piano rete, espressa in cm² 4032.

La ditta **LINET ITALIA SRL** dichiara una superficie utile radiotrasparente del piano rete, espressa in cm²: 3854.

La ditta **HILL-ROM SPA** non ha presentato il questionario tecnico riassuntivo, ma solo le schede tecniche dove non viene indicata la superficie utile radiotrasparente del piano rete, espressa in cm², come richiesto in capitolato.

B 4: La ditta **HILL-ROM SPA** presenta una copertura del materasso di più difficile gestione e utilizzo e, essendo la stessa molto ampia, risultano anche più difficoltose le operazioni di sanificazione.

La ditta **MALVESTIO S.P.A.** presenta alla base del piantone del letto un incavo, per cui la corretta e completa pulizia e sanificazione risultano indagginose. Inoltre, alla prova pratica, il letto presenta minore stabilità.

B 5: Tutte le ditte presentano il requisito richiesto.

B 6: Tutte le ditte presentano il requisito richiesto

B 7: Per quanto riguarda il sotto criterio in oggetto, si richiamano le considerazioni precedentemente espresse circa il giudizio di equivalenza dei prodotti offerti ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

La ditta **HILL-ROM SPA** non ha presentato il questionario tecnico ma solo le schede tecniche, ove non viene riportata il grado di inclinazione massima del piano rete e/o materasso come richiesto in capitolato. Per questa motivazione il giudizio viene ritenuto "non valutabile".

La ditta **MALVESTIO S.P.A.** dichiara una inclinazione laterale massima di $\pm 15^\circ$. Per questa motivazione il giudizio viene ritenuto "non valutabile" in considerazione di quanto richiesto.

B 8: La ditta **HILL-ROM SPA** presenta la misura delle ruote pari a 150,24 mm.

La ditta **LINET ITALIA SRL** presenta la misura delle ruote pari a 150 mm.

La ditta **MALVESTIO S.P.A.** presenta la misura delle ruote pari a 150 mm.

B 9: La Ditta **LINET ITALIA SRL** presenta due postazioni di comando lato paziente al letto che consentono una maggiore autonomia al paziente. Inoltre, la soluzione proposta presenta altresì un comando "palmare" dedicato sempre al paziente. Le Ditte **HILL-ROM SPA** e **MALVESTIO S.P.A.** presentano invece solamente una postazione di comando lato paziente.

B 10: La ditta **HILL-ROM SPA** non presente una tastiera lato piedi, presente invece negli altri concorrenti, e la tastiera laterale necessita di innumerevoli passaggi per impostare le funzioni.

La ditta **MALVESTIO S.P.A** presenta tre pulsantiere poco intuitive ed inoltre appare scarsamente ergonomica nell'utilizzo da parte dell'operatore.

B 11: ditta **HILL-ROM SPA:** requisito non presente.

Ditta **LINET ITALIA SRL** requisito presente.

Ditta **MALVESTIO S.P.A.** requisito presente.

B 12: Tutte le ditte presentano l'asta fissa.

B 13: La ditta **LINET ITALIA SRL** presenta la possibilità di carico dinamico fino a 250 kg. La ditta **HILL-ROM SPA** presenta la possibilità di carico dinamico fino a 290 kg. (Il dato, non avendo la Ditta presentato il questionario tecnico e non essendo presente sulle schede tecniche, è stato desunto dalla commissione all'atto della prova "on site" in quanto indicato sulla base del letto). Trattasi di dato oggettivo direttamente desumibile dall'esame del letto offerto nel corso della prova.

La ditta **MALVESTIO S.P.A** presenta la possibilità di carico dinamico fino a 260 kg.

B 14: La ditta **MALVESTIO S.P.A** presenta le aste porta flebo fisse che seguono il movimento del piano rete.

Ditta **HILL-ROM SPA:** requisito presente.

Ditta **LINET ITALIA SRL** requisito presente.

B 15: Tutte le ditte presentano il requisito richiesto.

B 16: Tutte le ditte presentano il requisito richiesto.

B 17: Tutte le ditte presentano il requisito richiesto.

B 18: La ditta **HILL-ROM SPA**, all'evidenza della prova pratica, presenta eccellenti caratteristiche tecniche e completezza delle funzioni terapeutiche. La ditta **LINET ITALIA SRL**, all'evidenza della prova pratica, presenta ottime caratteristiche prestazionali, benché manchi tuttavia della terapia di percussione / vibrazione. La ditta **MALVESTIO S.P.A.**, alla prova pratica, risulta invece essere meno morbido, performante e accogliente. Anche in questo caso la Ditta non presenta la terapia di percussione / vibrazione.

B 19: Tutte le ditte hanno il requisito richiesto.

B 20: Tutte le ditte hanno il requisito richiesto.

B 21: Tutte le ditte hanno il requisito richiesto.

B 22: La ditta **LINET ITALIA SRL** presenta 12 mesi eccedenti la garanzia minima prevista di 24 mesi.

La ditta **HILL-ROM SPA** non ha presentato il questionario tecnico ma solo le schede tecniche ove non viene dichiarato il periodo eccedente la garanzia minima prevista di 24 mesi.

La ditta **MALVESTIO S.P.A** presenta 1 mese eccedente la garanzia minima prevista di 24 mesi.

LOTTO 2: FORNITURA DI N.17 LETTI PER TERAPIA SUB INTENSIVA				
RIF.	SOTTOCRITERI	Punteggio parziale	Criterio di assegnazione	DITTA MALVESTIO S.P.A.
B-1	Possibilità di accogliere qualunque tipo di materasso antidecubito. Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti ai punti A-1	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 3
B-2	Caratteristiche piano letto e piano rete (materiale costruzione) Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti ai punti A-1, A-3	3	Criterio Discrezionale: 3 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 3
B-3	Superficie utile radiotrasparente del piano rete, espressa in cm ² . Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-2	2	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore maggiore secondo la seguente formula: $P = (V_n * 2) / V_{max}$ Dove: P = punteggio da assegnare V _n = valore proposto V _{max} = valore max. proposto	Punteggio = 0
B-4	Ergonomia del sistema, valutazione della facilità della sanificazione e sostituzione del telo/copertina del materasso, sicurezza e stabilità sistema movimentazione. Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-3, Valutazione tramite prova pratica	7	Criterio Discrezionale: 7 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	Giudizio = Discreto Coefficiente = 0,7 Punteggio = 4,9
B-5	Caratteristiche struttura a compasso Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-2	3	Criterio Tabellare: 3 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 3
B-6	Azionamento del freno centralizzato con pedale su tutte le quattro ruote. Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-5	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 3

B-7	Dimensioni ruote in mm eccedenti i valori di 150 mm. Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-5	3	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore eccedente maggiore secondo la seguente formula: $P=(Vn*3)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto	Punteggio = 0
B-8	Quinta ruota motorizzata. Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-7	4	Criterio tabellare: 4 punti in presenza di ruota motorizzata, 0 punti in assenza di ruota motorizzata	Requisito presente Punteggio = 4
B-9	Pannello l'operatore: tasto unico per la posizione di sedia cardiologica. Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-12	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 3
B-10	Pannello l'operatore: tasto unico per la posizione di sedia visita. Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-12	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito	Requisito presente Punteggio = 3
B-11	Caratteristiche pannello l'operatore: blocco di tutte o parti delle funzioni in uso al paziente: numero di servizi e funzioni disponibili. Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-12 Valutazione tramite prova pratica	5	Criterio Discrezionale: 5 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
B-12	Movimentazione laterale del paziente tramite piano rete e/o materasso per opere di Nursing indipendentemente dal peso del paziente: valori eccedenti i 15°. Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-11	5	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore maggiore eccedente secondo la seguente formula: $P = (Vn*5)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto	Punteggio = 0
B-13	Caratteristiche CPR e funzioni associate. Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-15	3	Criterio Discrezionale: 3 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 3
B-14	Aste portaflebo fisse Parametri valutativi indicati negli	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza	Punteggio = 3

	allegati riferiti al punto A-16		del requisito, 0 punti in assenza del requisito	
B-15	Funzione bilancia: visualizzazione in continuo visibile su display. Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-17	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Punteggio = 3
B-16	Bilancia: display touch screen Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-17	2	Criterio tabellare: 2 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Punteggio = 2
B-17	Materasso antidecupito: Funzioni terapeutiche Valutazione tramite prova pratica	6	Criterio Discrezionale: 6 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 6
B-18	Numero di mesi di garanzia eccedenti il minimo di 24 mesi previsto Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-22	2	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il maggior numero di mesi di garanzia eccedenti secondo la seguente formula: $P = (V_n \cdot 2) / V_{max}$ Dove: P = punteggio da assegnare V _n = valore proposto V _{max} = valore max. proposto	Punteggio = 2
B-19	Presenza di comandi a pedali multifunzione per la gestione del paziente. (posizione, facilità di accesso ed utilizzo, eventuali ostacoli al posizionamento apparecchio RX per esami al bordo letto). Valutazione tramite prova pratica	4	Criterio Discrezionale: 4 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 4
B-20	Organizzazione assistenza tecnica con valutazione del numero, del profilo professionale ed esperienza dei tecnici specializzati che verranno utilizzati; tempi intervento in caso di guasto. (fornire descrizione + chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	3	Criterio tabellare: 3 punti in presenza del requisito, 0 punti in assenza del requisito	Punteggio = 3
	TOTALE	70		57,90
	RIPARAMETRATO			70

B3: La Ditta non ha indicato la superficie utile radiotrasparente del piano rete, espressa in cm², come richiesto in capitolato. Non viene pertanto accettata l'integrazione documentale successivamente presente nel chiarimento inviato in data 14.12.2022.

B-4 Il letto presenta disomogeneità della superficie del piantone del letto per cui la corretta e completa sanificazione risultano indaginose.

B7: La Ditta presenta la misura delle ruote pari a 150 mm.

B12: La ditta non presenta la movimentazione laterale del paziente tramite piano rete e/o materasso per opere di Nursing indipendentemente dal peso del paziente con valori eccedenti i 15° come richiesto in capitolato

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, dichiara chiusa la seduta alle ore 12,45 ca. Viene redatto il presente verbale, che composto da n. 12 facciate comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Ermelinda Martuscelli _____

Componenti

Sig.ra Pagliarulo Emanuela _____

Dott.ssa Simona Vicari _____