

**PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA  
LEGIONELLA SU CAMPIONI AMBIENTALI.**

**CIG n. Z011E28E6E**

**RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE – AGGIORNAMENTO AL 21.04.2017**

**Quesito 1** Nel capitolato viene indicato il metodo ISO 11731:1998 tenendo conto delle indicazioni riportate nella procedura ME/LNR/LCA 1 rev.0, il nostro laboratorio ha accreditato il metodo ISO 11731-2:2004 e tiene conto delle indicazioni riportate nella procedura ME/LNR/LCA 2 rev. 1 , chiediamo pertanto se, essendo entrambi i metodi previsti nell'Allegato 4 alle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" 79/CSR/2015, possiamo concorrere ugualmente alla procedura di gara.

**Risposta** Consultata la "Procedura integrativa al metodo ISO 11731-2:2004...(ME/LNR/LCA"/Rev.00)" del Laboratorio Nazionale di Riferimento per le legionelle-Istituto Superiore di Sanità del 18.03.2016, si ritiene di accettare anche laboratori accreditati secondo la ISO 11731-2:2004 come metodo di ricerca e determinazione della legionella.