

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.

Sede legale: Via Venezia, 6- Alessandria

**Verbale della commissione giudicatrice preposta alla
valutazione delle offerte presentate dalle Ditte
partecipanti alla procedura aperta per la fornitura di
CATETERI VESCICALI, SACCHE URINA E MATERIALE PER
UROLOGIA occorrenti all'A.S.L. AL all'A.S.L. AT e
all'A.S.O. di Alessandria - Gara n. 7656722**

Verbale n. 1

Nella seguenti giornate:

26 maggio 2021 dalle ore 9,30 c.a. alle ore 15,30 c.a.

17 giugno 2021 dalle ore 9,30 c.a. alle ore 13,40 c.a.

29 giugno 2021 dalle ore 9,00 c.a. alle ore 12,15 c.a.

presso la S.C. E.L.A.P. di Acqui Terme – Via Alessandria n. 1, si è
riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata
con determinazioni del Direttore della S.C. E.L.A.P. dell'A.S.L. AL n.
1972 del 09.12.2020 e n. 687 del 16.04.2021 nelle seguenti
persone:

Presidente

D.ssa Daniela Scarsi

Farmacista dirigente

In rappresentanza dell'A.S.L. AL di Alessandria

Componenti

Sig. Nadia Gamba

CPSE S.C. Urologia

In rappresentanza dell'A.S.L di Asti

Dott. Andrea Di Stasio

Dirigente Medico Responsabile S.C. Urologia

In rappresentanza dell'A.O. di Alessandria

Come prescritto dall'art. 282 3° comma del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. i componenti la Commissione Giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 6 del 08.02.2015 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 84 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e di astensione previste dall'art. 51 del Codice Procedura Civile.

Preliminarmente, la Commissione prende conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura aperta accertando in particolare quanto segue:

con deliberazione del Commissario dell'A.S.L. n. 130 del 02.03.2020 esecutiva ai sensi di legge si è proceduto all'indizione della procedura aperta in oggetto e all'approvazione del Capitolato Speciale.

La Commissione rileva il termine per la presentazione delle offerte economiche è stato prorogato ai sensi dell'art. 103 del DL del 17.03.2020 n.18 dal 28.04.2020 al 26.06.2020 e nella seduta telematica svoltasi in data 01.07.2020 tramite la piattaforma telematica denominata "Sintel" sono state ammesse le seguenti Ditte che hanno richiesto di partecipare:

DITTA MEDI.CA



PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1591178264849 DEL 03.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 28

DITTA SECURMED

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1592291710801 DEL 16.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 4-6-11-13-24-27-28-29-31-37-39

DITTA HMC PREMEDICAL S.P.A.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1592291784808 DEL 16.6.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 27

DITTA BARD SRL

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1592378993276 DEL 17.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 10

DITTA HOLLISTER S.P.A.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1592497665361 DEL 18.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 39

DITTA TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1592581947188 DEL 19.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 4-5-9-11-14-15-16-20-21-22-23-25-27-29-34-
39

DITTA CAM HOSPITAL S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1592814958344 DEL 22.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 23



DITTA KNOW MEDICAL S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1592834876490 DEL 22.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 28

DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1592835510336 DEL 22.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 11-15-27-29

DITTA CONVATEC ITALIA S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1592916954001 DEL 23.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 29-36

DITTA CLINI-LAB S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1592921170640 DEL 23.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-4-9-24

DITTA BENEFIS S.R.L.


PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1592931724746 DEL 23.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 11-13-24-27-29-37-38

DITTA FARMAC ZABBAN S.P.A

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1592995467602 DEL 24.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-17-19-20-21-22-24-
30-31-38-39



DITTA COLOPLAST S.P.A.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1593014508217 DEL 24.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-17-19-20-21-22-24-
30-31-38-39

DITTA DENTSPLY SIRONA ITALIA S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1593070144982 DEL 25.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 14-15

DITTA ID E CO S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1593076687803 DEL 25.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 11-13

DITTA CO.DI.SAN. S.P.A.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 159378028241 DEL 25.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-9

DITTA CEA S.P.A.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1593093868683 DEL 25.06.2020


LOTTE DI PARTECIPAZIONE 5-8-14-18-21-22-25-27-31-32

DITTA FE.MA S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1593097481585 DEL 25.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 23

DITTA CHEMIL S.R.L.



LOTTE DI PARTECIPAZIONE 24-27

Dalla verifica della documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti alla presente procedura si rileva che, la ditta COLOPLAST S.P.a. nella documentazione presentata nella Busta Amministrativa aveva dichiarato di partecipare, tra gli altri, per i lotti 9 e 24, in realtà non ha presentato documentazione tecnica e campionatura per detti lotti.

Inoltre la ditta CEA nella documentazione presentata nella busta Amministrativa aveva dichiarato di partecipare, tra gli altri, al lotto 14 in realtà non ha presentato documentazione tecnica e campionatura per detto lotto .

La Commissione Giudicatrice prende atto del Capitolato Speciale di gara e precisa che la presente fornitura sarà aggiudicata per singoli lotti indivisibili a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto **l'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA' **MAX PUNTI 70**

PREZZO **MAX PUNTI 30**

Suddivisi nei seguenti sottocriteri di valutazione:

SOTTOCRITERI		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOL. CRITERIO	MAX PUNTI
LOTTE DA 1 A 9 E DA 30 A 34 : CATETERI VESCICALI CON PALLONCINO				
A	Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come atraumaticità, assenza rischio occlusioni	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	16
B	Palloncino : capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori	D	12

	permanenza del catetere	caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.		
C	Tenuta valvola di gonfiaggio	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	14
D	Facilità e tenuta punto di raccordo conico	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	14
E	Disponibilità gamme di misure	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	9
F	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	5

SOTTOCRITERI		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
LOTTO 10 : CATETERI VESCICALI CON PALLONCINO CON RIVESTIMENTO IDROFILICO				
A	Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come atraumaticità, assenza rischio occlusioni	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	12
B	Palloncino : capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	12
C	Tenuta valvola di gonfiaggio	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	14
D	Facilità e tenuta punto di raccordo conico	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	14
E	Disponibilità gamme di misure	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	8
F	Caratteristica preferenziale: rivestimento idrofilico	<u>Criterio Tabellare</u> : coefficiente massimo in presenza del	T	5

		requisito previsto, coefficiente pari a 0 punti in assenza del requisito.		
G	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	5

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
Cateteri vescicali senza palloncino lotti 11-12-13-16 e 35			
A	Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come atraumaticità, assenza rischio occlusioni	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 30
D	Facilità e tenuta punto di raccordo conico flessibile	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 25
E	Disponibilità gamme di misure	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 10
F	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 5

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
Cateteri vescicali autolubrificanti lotto 14			
A	Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come atraumaticità, assenza rischio occlusioni	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 30
B	Morbidezza e lubrificazione	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 25
C	Disponibilità gamme di misure	Criterio <u>Discrezionale</u> :	D 10

		massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.		
D	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	5

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
Cateteri vescicali autolubrificanti per terapia antitumorale LOTTO 15			
A	Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come atraumaticità della punta	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 25
B	Facilità e tenuta punto di raccordo con attacco luer lock	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 22
C	Disponibilità gamme di misure	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 8
D	Compatibilità con il maggior numero di farmaci antitumorali	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 10
E	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 5

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
Dilatatori ureterali (candelette) LOTTO 17			
A	Caratteristiche tecniche dei materiali	Criterio <u>Discrezionale</u> :	D 30

		massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.		
B	Caratteristiche della punta intesa come atraumaticità	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	27
C	Disponibilità gamme di misure	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	8
D	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	5

SOTTOCRITERI		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
Guide tipo Seldinger LOTTO 18				
A	Caratteristiche dei materiali intese come morbidezza e flessibilità	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	30
B	Scorrevolezza	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	27
C	Disponibilità gamme di misure	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	8
D	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	5

SOTTOCRITERI		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
--------------	--	--------------------------	--------------------	-----------

Cateteri ureterali lotti 19-20-21-22				
A	Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come atraumaticità, assenza rischio occlusioni	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	30
B	Tenuta punto di raccordo	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	25
C	Disponibilità gamme di misure	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	10
D	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	5

SOTTOCRITERI		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
Kit cateterismo LOTTO 23				
A	Qualità dei materiali dei prodotti costituenti il kit esterno	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	25
B	Qualità dei materiali dei prodotti costituenti il kit interno	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	30
C	Facilità di apertura dei componenti del kit	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	10
d	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche.	D	5

		Alle altre Ditte punteggi inferiori.		
--	--	--------------------------------------	--	--

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
Sacche LOTTI 24-25-27-28			
A	Qualità dei materiali, maneggevolezza dell'intero sistema, raccordabilità, punto di prelievo, tenuta della sacca e sigillatura del bordo	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 25
B	Facilità di lettura della scala graduata	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 15
C	Qualità del tubo, valvola, rubinetto, morsetto, camera di gocciolamento e supposto dove previsto	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 25
D	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 5

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
Sacche LOTTO 26			
A	Qualità dei materiali, adesività, tenuta della sacca, sigillatura del bordo	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 50
B	Facilità di lettura della scala graduata	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 15
C	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla	D 5

	involucro primario	Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.		
--	--------------------	---	--	--

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
Urinometri LOTTO 29			
A	Caratteristica della camera di raccolta(facilità di lettura dei volumi)	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 30
B	Caratteristiche dl punto di prelievo	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 15
C	Tenuta della sacca	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 15
D	Rigidità tubo di scarico	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 5
E	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 5

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
Dispositivo misurazione pressione intraddominale LOTTO 36			
A	Caratteristiche dei materiali, intesa come atraumaticità, assenza rischio di occlusione	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D 35



B	Facilità tenuta punto di raccordo	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	30
D	Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	5

Con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Fatto salvo ove diversamente specificato, l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10

NON VALUTABILE	0,00
----------------	------

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall'A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio, l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "**QUALITA'**" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito in forma congiunta per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi di tutti i sottocriteri. Successivamente, i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "**Qualita'**" saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito dalla Commissione Giudicatrice un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

per i lotti

LOTTO 37 tappo per catetere- LOTTO 38 raccordo universale - LOTTO 39 urogaine

a favore della Ditta che avrà proposto il prezzo complessivo più basso previa verifica della conformità del prodotto alle caratteristiche indicate nel Capitolato speciale di gara da parte della Commissione Giudicatrice.


Terminati questi adempimenti La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione tecnica e delle campionature messe a disposizione della S.C. E.L.A.P secondo gli esiti di seguito riportati:

LOTTO 1 : CATETERE A PERMANENZA IN LATTICE PUNTA DRITTA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	CLINI LAB	FARMAC ZABBAN	CO.DI.SAN
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	16	Coef.1 punti 16	Coef.1 punti 16	Coef.1 punti 16
Palloncino: capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef.1 punti 12	Coef.1 punti 12	Coef.1 punti 12
Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14
Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef.1 punti 14	Coef. 0,5 punti 7	Coef.0,5 punti 7
Disponibilità gamma misure	9	Coef.1 punti 9 CH 6-24	Coef. 0,9 punti 8,10 CH 12-26	Coef. 1 punti 9 CH 12-24
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70	62,1	63

LOTTO 2:CATETERE A PERMANENZA IN LATTICE PUNTA DELINOTTE**NESSUNA OFFERTA****LOTTO 3: CATETERE A PERMANENZA IN LATTICE PUNTA MERCIER/DELINOTTE**

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	16	Coef.1 punti 16
Palloncino: capacita' di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef.1 punti 12
Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef.1 punti 14
Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef.1 punti 14
Disponibilità gamma misure	9	Coef.1 punti 9
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70



LOTTO 4: CATETERE A PERMANENZA SILICONE TRASPARENTE

SOTTOCRITERI	MAX PUN TI	SECURMED	TELEFLEX	CLINILAB	COLOPLAS T
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	16	Coef .0,5 punti 8	Coef. 0,8 punti 12,8	Coef.0,3 punti 4,8	Coef.1 punti 16
Palloncino: capacita' di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef.1 punti 12	Coef. 0,5 punti 6	Coef.1 punti 12	Coef.1 punti12
Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14
Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef.0,8 punti 11,2	Coef.0,5 punti 7	Coef.0,5 punti 7	Coef.1 punti 14
Disponibilità gamma misure	9	Coef.0,8 punti 7,2 da ch10 a ch 24	Coef.1 Punti 9 ch da 8 a ch 24	Coef.0,6 punti 5,4 da ch 12 a ch22	Coef.1 punti 9 Da ch 8 a ch 24
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		57,4	53,8	48,2	70

LOTTO 5: CATETERE A PERMANENZA POST OPERATORIO IN PVC

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLEX	COLOPLAST	CEA
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	16	Coef. 0,5 Punti 8	Coef. 1 punti 16	La Ditta ha presentato il campione solo per il punto 5.2 . Al gonfiaggio il pallone è asimmetrico , e rimane corrugato in modo importante dopo lo svuotamento. Sono state effettuate due prove e in entrambe i casi il pallone si è rotto sgonfiandolo. Non conforme a quanto prescritto dall'art. 27 del capitolato speciale di gara
Palloncino: capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef. 0,4 ** punti 4,8	Coef.1 punti 12	
Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14	
Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef.0,8 punti 11,2	Coef.1 punti 14	
Disponibilità gamma misure	9	Coef. 1 punti 9 da ch18 a ch24	Coef.1 punti 9 da ch18 a ch24	
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.0,8 punti 4	
TOTALE PUNTI		52	69	NON CONFORME
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		52,75	70	NON CONFORME

** Ditta Teleflex punto 5.2 : il pallone rimane corrugato in modo importante dopo lo svuotamento. Nel gonfiaggio è completamente asimmetrico.



LOTTO 6: CATETERE A PERMANENZA POST OPERATORIO IN SILICONE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	SECURMED	COLOPLAST
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	16	Coef.1 punti 16	Coef.1 punti 16
Palloncino: capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef.1 punti 12	Coef.1 punti 12
Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14
Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14
Disponibilità gamma misure	9	Coef.1 punti 9 Da ch 16 a ch 24	Coef. 0,8 punti 7,2 da ch 18 a ch 24
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70	68,2

LOTTO 7: CATETERE A PERMANENZA PUNTA DRITTA APERTA SILICONE TRASPARENTE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	16	Coef.1 punti 16
Palloncino: capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef.12 punti 12



Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef.1 punti 14
Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef.1 punti 14
Disponibilità gamma misure	9	Coef.1 punti 9
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70

LOTTO 8: CATETERE A PERMANENZA PUNTA DRITTA SILICONE TRASPARENTE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST	CEA
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	16	Coef.1 punti 16	Coef.1 punti 16
Palloncino: capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef.1 punti 12	Coef.1 punti 12
Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14
Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14
Disponibilità gamma misure	9	Coef.0,8 punti 7,2 Da ch 12 a ch 24	Coef.1 punti 9 da ch 10 a ch 24
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		68,2	70

LOTTO 9: CATETERE A LUNGA PERMANENZA SILICONE TRASPARENTE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLEX	CLINILAB
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	16	Coef.1 punti 16	Coef.1 punti 16
Palloncino: capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef.1 punti 12	Coef.1 punti 12
Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14
Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14
Disponibilità gamma misure	9	Coef.1 punti 9 da ch 6 a ch 24	Coef.1 punti 9 da ch 6 a ch 24
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70	70

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	FARMAC ZABBAN	CO.DI.SAN
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	16	Coef.1 punti 16	Coef.1 punti 16
Palloncino: capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef.1 punti 12	Coef.1 punti 12
Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14
Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14
Disponibilità gamma misure	9	Coef. 0,7 punti 6,3 da ch 12 a ch 24	Coef.1 punti 9 da ch 6 a ch 24
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		67,3	70

LOTTO 10: CATETERE PER CHIRURGIA UROLOGICA ARMATO O RINFORZATO

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	BARD	COLOPLAST
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	12	Coef. 0,6 punti 7,2	Il catetere non è armato con spirale in nylon, non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara
Palloncino: capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef.0,6 punti 7,2	
Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef. 0,6 punti 8,4	
Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef. 0,6 punti 8,4	
Disponibilità gamma misure	8	coef. 1 punti 8 Da ch 18 a ch 24	
Caratteristica preferenziale: rivestimento idrofilico	5	Coef.1 punti5	
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	
TOTALE PUNTI		49,2	NON CONFORME
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	NON CONFORME

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 11: CATETERE VESCICALE PUNTA TIEMANN

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	SECURMED*	TELEFLEX	B.BRAUN
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	30	Coef. 0,3 punti 9	Coef.1 punti 30	Presidio non conforme per la destinazione d'uso: trattasi di un catetere con le caratteristiche di un presidio per autocateterismo, non indicato nelle calibrature uretrali progressive. Manca codice colore
Facilità e tenuta punto raccordo conico	25	Coef 0,4 punti 10	Coef.1 punti 25	
Disponibilità gamma misure	10	Coef.0,8 punti 8 da ch 10 a ch 22	Coef.0,9 punti 9 da ch 10 a ch 24	
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	
TOTALE PUNTI		32 ESCLUSA	69	NON CONFORME
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		ESCLUSA *	70	NON CONFORME

Ditta Securmed * : manca indicatore di punta con possibilità di traumatismo ureterale. Difficoltoso il raccordo con la sacca di drenaggio.

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	BENEFIS**	ID E CO
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	30	Coef . 0,3** punti 9	Coef .0,4 punti 12 punta non del tutto arrotondata, poco atraumatica
Facilità e tenuta punto raccordo conico	25	Coef. 0,4** punti 10 difficoltoso il raccordo con la sacca di drenaggio	Coef. 0,4 punti 10 difficoltoso il raccordo con la sacca di drenaggio
Disponibilità gamma misure	10	Coef. 0,9 punti 9 da ch 8 a ch 22	Coef.1 punti 10 da ch 6 a ch 24
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5

TOTALE PUNTI		33 ESCLUSA**	37
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		ESCLUSA	37,54

Ditta Benefis:** catetere con struttura eccessivamente morbida per la destinazione d'uso. Punta poco angolata. Difficoltoso il raccordo con la sacca di drenaggio

LOTTO 12: CATETERE VESCICALE IN PVC

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	30	Coef.1 punti 30
Facilità e tenuta punto raccordo conico	25	Coef.1 punti 25
Disponibilità gamma misure	10	Coef.1 punti 10
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70

LOTTO 13: CATETERE VESCICALE PUNTA NELATON PVC

SOTTOCRITERI	MAX PUN TI	SECURMED	BENEFIS	FARMAC ZABBAN	ID E CO
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	30	Coef.1 punti 30	Coef.1 punti 30	Coef.1 punti 30	Coef.1 punti 30
Facilità e tenuta punto raccordo conico	25	Coef.1 punti 25	Coef.1 punti 25	Coef.1 punti 25	Coef.1 punti 25
Disponibilità gamma misure	10	Coef.1 punti 10	Coef.1 punti 10	Coef.1 punti 10	Coef.1 punti 10
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70	70	70	70

LOTTO 14: CATETERE VESCICALE AUTO LUBRIFICANTE PRONTO ALL'USO

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLEX	COLOPLAST	DENTSPLY
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	30	Coef.0,9 punti 27	Coef.0,8 punti 24	Coef.1 punti 30
Morbidezza e lubrificazione	25	Coef.1 punti 25	Coef.1 punti 25	Coef.1 punti 25
Disponibilità gamma misure	10	Coef.1 punti 10	Coef.1 punti 10	Coef.1 punti 10
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		67	64	70

LOTTO 15: CATETERE VESCICALE AUTO LUBRIFICANTE PER TERAPIA ANTIBLASTICA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLEX	B.BRAUN	COLOPLAST	DENTSPLY
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità della punta	25	Coef.0,4 punti 10	Coef. 1 punti 25	Non privo di ftalati incompatibile con la terapia antiblastica, non conforme a quanto prescritto dal capitolato speciale id gara	Coef. 0,4 punti 10
Facilità e tenuta punto raccordo con attacco luer lock	22	Coef. 0,5 punti 11	Coef. 1 punti 22		Coef. 0,5 punti 11
Disponibilità gamma misure	8	Coef.0,5 punti 4 Da ch 10 a ch 14	Coef. 1 punti 8 da ch 8 a 18		Coef. 0,6 punti 4,8 da ch 8 a ch 14
Compatibilità con il maggior numero di farmaci antiblastici	10	Coef.1 punti 10	Coef. 1 punti 10		Coef.1 punti 10
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef. 1 punti 5		coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		40	70	NON CONFORME	40,8

LOTTO 16 : CATETERE VESCICALE IN LATTICE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLEX
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	30	Coef.1 punti 30
Facilità e tenuta punto raccordo conico	25	Coef.1 punti 25
Disponibilità gamma misure	10	Coef.1 punti 10
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70

LOTTO 17: DILATATORI URETERALI (CANDELETTE)

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST
Caratteristiche tecniche dei materiali	30	Coef.1 punti 30
Caratteristica della punta intesa come atraumaticità	27	Coef.1 punti 27
Disponibilità gamma misure	8	Coef.1 punti 8
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70

LOTTO 18 : GUIDA TIPO SELDINGER

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	CEA
Caratteristiche tecniche dei materiali intese come morbidezza e flessibilità	30	Coef.1 punti 30
scorrevolezza	27	Coef.1 punti 27
Disponibilità gamma misure	8	Coef.1 punti 8
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70

LOTTO 19 : CATETERE URETERALE C/MANDRINO IN MATERIALE PLASTICO

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST
Caratteristiche tecniche dei materiali intese come atraumaticità, assenza rischio occlusioni	30	Coef.1 punti 30
Tenuta punto di raccordo	25	Coef.1 punti 25
Disponibilità gamma misure	10	Coef.1 punti 10
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70

LOTTO 20: CATETERE URETERALE C/MANDRINO METALLICO

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLEX	COLOPLAST
Caratteristiche tecniche dei materiali intese come atraumaticità, assenza rischio occlusioni	30	Coef. 1 Punti 30	Coef. 0,8 punti 24
Tenuta punto di raccordo	25	Coef. 0,9 Punti 22,5	Coef. 1 punti 25
Disponibilità gamma misure	10	Coef. 1 Punti 10	Coef. 1 punti 10
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef. 1 Punti 5	Coef. 1 punti 5
TOTALE PUNTI		67,5	64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	66,37

LOTTO 21: CATETERE PER DERIVAZIONE URINARIA TIPO "BRACCI"

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLEX	COLOPLAST	CEA
Caratteristiche tecniche dei materiali intese come atraumaticità, assenza rischio occlusioni	30	La punta non è a becco di flauto, non conforme a quanto prescritto dall'art. 27 del capitolato speciale di gara	Coef. 1 Punti 30	La punta non è a becco di flauto, non conforme a quanto prescritto dall'art. 27 del capitolato speciale di gara
Tenuta punto di raccordo	25		Coef. 1 punti 25	
Disponibilità gamma misure	10		Coef. 1 punti 10	
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5		Coef. 1 punti 5	
TOTALE PUNTI		NON CONFORME	70	NON CONFORME

LOTTO 22: CATETERE PER URETEROCUTANEOSTOMIA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLEX	COLOPLAST*	CEA
Caratteristiche tecniche dei materiali intese come atraumaticità, assenza rischio occlusioni	30	Coef. 1 punti 30	Coef. 0,3 punti 9	Coef. 0,4 punti 12 estermità prossimale prima dell'anello troppo lunga, anello troppo grosso
Tenuta punto di raccordo	25	Coef. 1 punti 25	Coef. 0,3 punti 7,5	Coef. 0,5 punti 12,5
Disponibilità gamma misure	10	Coef. 1 punti 10 mm 3,5 -4,2	Coef. 1 punti 10 ch8-22	Coef. 1 punti 10 mm 3,5-4,2
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef. 1 punti 5	Coef. 1 punti 5	Coef. 0,8 punti 4
TOTALE PUNTI		70	31,5 * ESCLUSA	38,5

Ditta Coloplast* : il disco di fissaggio non è corpo unico con il catetere, dimensioni anello eccessive, non utilizzabile in UCS IPSY laterale. Difficoltoso il posizionamento dei terminali conici nella sacca di raccolta.

LOTTO 23 : KIT PER CATETERISMO VESCICALE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLEX	CAM HOSPITAL	FE.MA
Qualità dei materiali dei prodotti costituenti il kit esterno	25	Non c'è divisione tra i materiali contenuti nell'involucro A) interno e quelli contenuti nell'involucro B) esterno, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara	Coef. 1 punti 25	Coef. 1 punti 25
Qualità dei materiali dei prodotti costituenti il kit interno	30		Coef. 0,7 punti 21	Coef. 1 punti 30
Facilità di apertura dei componenti del kit	10		Coef. 1 punti 10	Coef. 1 punti 10
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5		Coef. 1 punti 5	Coef. 1 punti 5
TOTALE PUNTI		NON CONFORME	61	70

LOTTO 24: SACCHE RACCOGLI URINA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	SECURMED *	CLINILAB	BENEFIS**
Qualità dei materiali maneggevolezza dell'intero sistema raccordabilità, punto di prelievo, tenuta della sacca e sigillatura del bordo.	25	Coef.0,6 punti 15	Coef.1 punti 25	Coef.0,8 punti 20
Facilità di lettura della scala graduata	15	Coef. 0,6 punti 9	Coef.1 punti 15	Coef.1 punti 15
Qualità del tubo, valvola rubinetto, morsetto, comera di gocciolamneto e supporto dove previsto	25	Coef. 0,4* punti.10	Coef.1 punti 25	Coef.0,5 punti 12,5
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		39	70	52,5

Ditta Securmed*: sacca sterile punto c) tubo rigido, facile a piegatura, si inginocchia. Non c'è il rubinetto laterale

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	FARMAC ZABBAN	CHEMIL**
Qualità dei materiali maneggevolezza dell'intero sistema raccordabilità, punto di prelievo, tenuta della sacca e sigillatura del bordo.	25	Coef. 0,8 punti 20	Coef. 0,5 punti 12,5
Facilità di lettura della scala graduata	15	Coef.1 punti 15	coef. 0,6 punti 9
Qualità del tubo, valvola rubinetto, morsetto, comera di gocciolamneto e supporto dove previsto	25	Coef.0,5 punti 12,5	coef. 0,5 punti 12,5
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef. 0,4 punti 2
TOTALE PUNTI		52,5	36

Ditta Chemil **: sacca non sterile con scarico punto a): rubinetto a rischio apertura accidentale

LOTTO 25: SACCHE RACCOGLI URINA DA GAMBA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLEX	CEA
Qualità dei materiali maneggevolezza dell'intero sistema raccordabilità, punto di prelievo, tenuta della sacca e sigillatura del bordo.	25	Coef. 1 punti 25	La sacca non è graduata, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara.
Facilità di lettura della scala graduata	15	Coef. 1 punti 15	
Qualità del tubo, valvola rubinetto, morsetto, comera di gocciolamneto e supporto dove previsto	25	Coef. 1 punti 25	
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	
TOTALE PUNTI		70	NON CONFORME

LOTTO 26: SACCHE RACCOGLI URINA DA GAMBA

NESSUNA OFFERTA

LOTTO 27: SACCA RACCOGLI URINA A CIRCUITO CHIUSO

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	SECURME D	TELEFLEX	B.BRAUN	CLINI LAB
Qualità dei materiali maneggevolezza dell'intero sistema raccordabilità, punto di prelievo, tenuta della sacca e sigillatura del bordo.	25	Coef.1 punti 25	Coef.1 punti 25	Ha offerto una sacca di ricambio non conforme a quanto richiesto dall'art.27 capitolato speciale di gara	Coef.1 punti 25
Facilità di lettura della scala graduata	15	Coef.1 punti 15	Coef.0,7 punti 10,5		Coef.1 punti 15
Qualità del tubo, valvola rubinetto, morsetto, comera di gocciolamneto e supporto dove previsto	25	Coef.1 punti 25	Coef. 0,4 punti 10		Coef.1 punti 25
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5		Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70	50,5	NON CONFORME	70

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	BENEFIS	CEA	CHEMIL	HMC PREMEDI CAL *
Qualità dei materiali maneggevolezza dell'intero sistema raccordabilità, punto di prelievo, tenuta della sacca e sigillatura del bordo.	25	Coef.1 punti 25	Prevede campione prelievo urina con ago, non conforme a quanto prescritto dall'art. 27 del capitolato speciale di gara.	Coef.1 punti 25	Coef.0,5 punti 12,5
Facilità di lettura della scala graduata	15	Coef. 0,7 punti 10,5		Coef. 0,7 punti 10,5	Coef. 0,4 punti 6
Qualità del tubo, valvola rubinetto, morsetto, comera di gocciolamneto e supporto dove previsto	25	Coef .0,8 punti 20		Coef .0,8 punti 20	coef. 0,4 punti 10
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5		Coef.1 punti 5	coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		60,5	NON CONFORME	60,5	33,5 * ESCLUSA

Ditta HMC PREMEDI CAL*: punto prelievo eccessivamente rigido. Scala graduata piccola poco leggibile. Insufficiente la sicurezza di alloggiamento del rubinetto.

LOTTO 28: SACCHE PER LAVAGGIO VESCICALE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	MEDI.CA	SECURMED	KNOW MEDICAL
Qualità dei materiali maneggevolezza dell'intero sistema ,raccordabilità, punto di prelievo, tenuta della sacca e sigillatura del bordo.	25	Coef. 0,8 punti 20	Coef.1 punti 25	Coef.1 punti 25
Facilità di lettura della scala graduata	15	Coef. 1 punti 15	Coef.1 punti 15	Coef.1 punti 15
Qualità del tubo, valvola rubinetto, morsetto, comera di gocciolamneto e supporto dove previsto	25	Coef. 1 punti 25	Coef .0,8 punti 20	Coef. 0,8 punti 20
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef. 1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		65	65	65
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	70	70




LOTTO 29 : URINOMETRI

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	SECURMED	TELEFLEX	B.BRAUN
Caratteristica della camera di raccolta (facilità di lettura dei volumi)	30	Coef. 0,4 punti 12	Coef. 0,4 punti 12	Coef. 0,5 punti 15
Caratteristica del punto di prelievo	15	Coef.1 punti 15	Coef.1 punti 15	Coef.1 punti 15
Tenuta della sacca	15	Coef. 07 punti 10,5	Coef. 07 punti 10,5	Coef. 0,8 punti 12
Rigidità del tubo di scarico	5	Coef.1 punti 5	Coef.0,8 punti 4	Coef.0,8 punti 4
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef. 1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		47,5	46,5	51

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	CONVATEC	BENEFIS
Caratteristica della camera di raccolta (facilità di lettura dei volumi)	30	Coef.1 punti 30	Coef.0,8 punti 24
Caratteristica del punto di prelievo	15	Coef.1 punti 15	Coef.1 punti 15
Tenuta della sacca	15	Coef.1 punti 15	Coef. 0,8 punti 12
Rigidità del tubo di scarico	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70	61

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

LOTTO 30: CATETERE A PERMANENZA PER NEOVESCICA PER IL DRENAGGIO URETERALE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	16	Coef.1 punti 16
Palloncino: capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef.1 punti 12
Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef.1 punti 14
Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef.1 punti 14
Disponibilità gamma misure	9	Coef.1 punti 9
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70



LOTTO 31: CATETERE A PERMANENZA PUNTA TIEMANN PERMANENZA SUPERIORE A 30GG

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	SECURMED	COLOPLAST	CEA
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	16	Coef. 0,5 punti 8	Coef.1 punti 16	Coef. 0,5 punti 8
Palloncino: capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef.1 punti 12	Coef.1 punti 12	Coef.1 punti 12
Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14	Coef.1 punti 14

Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef.0,5 punti 7	Coef.1 punti 14	Coef.0,5 punti 7
Disponibilità gamma misure	9	Coef.0,8 punti 7,2 CH12-20	Coef.0,9 punti 8,1 CH 12-22	Coef.1 punti 9 CH 10-24
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef. 1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef 0,8 punti 4
TOTALE PUNTI		53,2	69,1	54
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		53,89	70	54,70

LOTTO 32: CATETERE A PEGMANENZA POST OPERATORIO

La Commissione giudicatrice prende atto che la ditta Cea, unica partecipante per il lotto 32, non ha presentato la campionatura. Con nota protocollo n. 96378 del 11.06.2021 la S.C. Economato-Logistica-Approvvigionamenti-Patrimoniale ha chiesto l'integrazione di 3 pz. di "catetere a permanenza post operatorio" da presentare entro e non oltre il 16.06.2021 e la ditta ha risposto con nota protocollo n. 96990 del 14.06.2021 di non avere disponibilità del materiale richiesto. La Commissione, al fine di esprimere un giudizio qualitativo, ritiene indispensabile la visione della campionatura, pertanto il lotto non viene aggiudicato.

**LOTTO 33: CATETERE A PERMANENZA PUNTA CILINDRICA
PERMANENZA SUPERIORE A 30GG**

NESSUNA OFFERTA

LOTTO 34: CATETERE A PERMANENZA IN POLIURETANO

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLEX
Caratteristiche tecniche dei materiali intesi come: atraumaticità, assenza rischio occlusioni	16	Coef.1 punti 16
Palloncino: capacità di ottenere un rigonfiamento uniforme per un'ottimale stabilità della permanenza del catetere	12	Coef.1 punti 12
Tenuta valvola gonfiaggio	14	Coef.1 punti 14
Facilità e tenuta punto raccordo conico	14	Coef.1 punti 14
Disponibilità gamma misure	9	Coef.1 punti 9
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70

LOTTO 35: CATETERE VESCICALE AUTOLUBRIFICANTE

NESSUNA OFFERTA

LOTTO 36: DISPOSITIVO MISURAZIONE PRESSIONE INTRADDOMINALE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	CONVATEC
Caratteristiche dei materiali intesa come atraumaticità	35	Coef.1 punti 35
Facilità tenuta punto di raccordo	30	Coef.1 punti 30
Confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70

LOTTO 37: TAPPI PER CATETERE

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
SECURMED	Conforme
BENEFIS	Conforme
FARMAC ZABBAN	Conforme

LOTTO 38: RACCORDO UNIVERSALE PER CATETERI URETERALI

La Commissione Giudicatrice per quanto riguarda il lotto 38 rileva che, dall'esame della campionatura e della documentazione tecnica dei materiali offerti dalle ditte Coloplast e Benefis, non si evincono chiaramente le modalità di utilizzo dei raccordi. Pertanto dà mandato

alla S.C. Economato-Logistica-Approvvigionamenti- Patrimoniale di chiedere chiarimenti sulle "modalità di utilizzo" con l'invio di istruzioni d'uso dettagliate o altra documentazione ritenuta esplicativa. Ritiene, in questa sede, di non esprimere giudizi di conformità, che vengono rimandati all'atto dell'invio della documentazione integrativa richiesta.


LOTTO 39: CATETERE ESTERNO MASCHILE (UROGUAINA)

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
SECURMED	Srotolamento eccessivamente difficoltoso, facilità di contaminazione e formazione di pieghe non conforme a quanto prescritto dall'art.27 del capitolato speciale di gara
HOLLISTER	Conforme
TELEFLEX	Conforme
COLOPLAST	Conforme

Durante la seduta del 26.05.2021 la Commissione Giudicatrice ha ritenuto di richiedere alcuni chiarimenti.

Con nota protocollo n.90282 del 27.05.2021 è stato chiesto alla ditta Co.di.san S.p.a, di Belpasso in riferimento al lotto 9" catetere a lunga permanenza" di produrre una dichiarazione attestante " il tempo di permanenza superiore a 30gg". La ditta Co.di.san con nota protocollo 90937 del 28.05.2021 ha inviato la dichiarazione richiesta.

Il Presidente, terminati, lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi nella giornata del 29.06.2021 alle



ore 12,15 ca. Viene redatto il presente verbale che, composto da n. 41 facciate comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti la Commissione Giudicatrice.



IL PRESIDENTE

D.ssa Daniela Scarsi

Componenti

Gig. Nadia Gamba

Dott. Andrea Di Stasio

The block contains three handwritten signatures. The top signature is the most prominent, followed by two others below it. To the right of these signatures is a large, stylized checkmark.The block contains two handwritten signatures. The top one is a stylized 'M' or 'K' shape, and the bottom one is a more complex, flowing signature.