

P.O. ACQUI TERME

SORGENTE	BREVE DESCRIZIONE	NOTE
Serbatoio criogenico per ossigeno ed evaporatori criogenici 1° fonte	N. 1 Serbatoio capacità lt. 3210	Comodato d'uso RIVOIRA
	N. 1 evaporatore atmosferico	Comodato d'uso RIVOIRA
Serbatoio criogenico per Azoto liquido ed evaporatori criogenici 1° fonte	N. 1 Serbatoio capacità lt. 3210	Comodato d'uso RIVOIRA
	N. 1 evaporatore atmosferico	
Miscelatore produzione aria sintetica F.U. 1° fonte	N. 1 miscelatore automatico con serbatoio	Comodato d'uso RIVOIRA
	N. 2 serbatoi inox per stoccaggio cap. 500 lt	Comodato d'uso RIVOIRA
	N. 1 gruppo di continuita UPS	Comodato d'uso RIVOIRA
Centrale ossigeno in bombole 2° e 3° fonte	n. 2+2 pacchi da n. 16 bombole cad. da 50 l. a 200 bar	Pacchi in comodato Rivoira
	n. 2 rampe per attacchi pacchi	
	n. 1 quadro di scambio automatico en. 1 quadro di riduzione	Proprietà ASL AL
Centrale aria sintetica in bombole 2° e 3° fonte	n. 2+2 pacchi da n. 16 bombole cad. da 50 l. a 200 bar	Pacchi in comodato Rivoira

	n. 2 rampe per attacchi pacchi	Proprietà ASL AL
	n. 1 quadro di scambio automatico en. 1 quadro di riduzione	Proprietà ASL AL
Centrale protossido d'azoto in bombole 1°, 2° e 3° fonte	n. 5 + 5 + 3 bombole da 40 lt. a 200 bar	Bombole in comodato d'uso Rivoira
	n. 3 rampe per attacchi bombole	Proprietà ASL AL
	n. 1 quadro di scambio automatico e n. 1 quadro di riduzione	Proprietà ASL AL
Centrale anidride carbonica in bombole 1°, 2° e 3° fonte	n. 2 + 2 + 2 bombole da 40 lt. a 200 bar	Bombole in comodato d'uso Rivoira
	n. 3 rampe per attacchi bombole	Proprietà ASL AL
	n. 1 quadro di scambio automatico e n. 1 quadro di riduzione	Proprietà ASL AL
Centralina di allarmi TLC	allarmi ripetuti in luogo presidiato e remotati a centro assistenza Rivoira	Comodato d'uso Rivoira
Quadri partenza linee di distribuzione con innesti di emergenza	N. 4 . Ossigeno, Aria sintetica, protossido, anidride carbonica	Proprietà ASL AL
2 Centrali vuoto	N. 3+3 pompe con filtraggio e serbatoio	Proprietà ASL AL
RETE DI DISTRIBUZIONE	Quadri di riduzione di 2° stadio, quadri di intercettazione e unità terminali AFNOR e UNI (n. 990 punti di erog.)	Proprietà ASL AL

La piazzola dei serbatoi criogenici è da rifare