

**FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI**

**PRECISAZIONI DI INTERESSE GENERALE**

**LOTTO 24 - N. CIG 6080152C25 – SIRINGA MONOUSO ML. 50 CONO LUER LOCK SENZ'AGO PER FARMACI FOTOSENSIBILI**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “MAX 9 PUNTI PER IL SISTEMA DI SICUREZZA”:

- L'INDICAZIONE DI MAX 9 PUNTI E' UN REFUSO. LA SIRINGA E' SENZ'AGO PER CUI NON E' RICHIESTO SISTEMA DI SICUREZZA. PER LA VALUTAZIONE DEL PRODOTTO SI TERRA' CONTO SOLO DEGLI ALTRI PUNTEGGI PARAMETRANDOLI DI CONSEGUENZA (TOTALE PUNTI 21 = 30 PUNTI)

**LOTTO 25 – N. CIG 6080157049 - SIRINGA MONOUSO ML.1 AGO 27G ( DROP IN SERT )**  
SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “LA SIRINGA RICHIESTA SARA' UTILIZZATA PER L'USO DI FARMACI FOTOSENSIBILI”:

- TRATTASI DI REFUSO. LE SIRINGHE NON DEVONO ESSERE SCHERMATE.

**LOTTO 25 – N. CIG 6080157049 - SIRINGA MONOUSO ML.1 AGO 27G ( DROP IN SERT )**  
SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “MAX 9 PUNTI PER IL SISTEMA DI SICUREZZA”:

- L'INDICAZIONE DI MAX 9 PUNTI E' UN REFUSO. NON E' RICHIESTO SISTEMA DI SICUREZZA. PER LA VALUTAZIONE DEL PRODOTTO SI TERRA' CONTO SOLO DEGLI ALTRI PUNTEGGI PARAMETRANDOLI DI CONSEGUENZA (TOTALE PUNTI 21 = 30 PUNTI)

**LOTTO 5 – N. CIG 6079911546 – CATETERE VENOSO PERIFERICO (AGO CANNULA) IN POLIURETANO AD UNA VIA CON ALETTE DI FISSAGGIO, CON SISTEMA DI SICUREZZA COMPATIBILE PER L'INFUSIONE DI MEZZI DI CONTRASTO**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE DOTATO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA ATTIVABILE CON UNA MANO” :

- SONO AMMESSI SISTEMI PASSIVI E SISTEMI ATTIVI

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “LE CARATTERISTICHE TECNICHE SIANO DESUMIBILI DALLE SCHEDE TECNICHE .....

- SI CONFERMA CHE LE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE DAL C.S. PER IL LOTTO DOVRANNO ESSERE RICONTRABILI DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED EVENTUALMENTE DAL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO; NON SONO AMMESSE AUTOCERTIFICAZIONI

**LOTTO 6 - N. CIG 6079924002 - CATETERE VENOSO PERIFERICO (AGO CANNULA) IN POLIURETANO CON PUNTO DI INIEZIONE, CON ALETTE DI FISSAGGIO, CON SISTEMA DI SICUREZZA**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “POSSIBILITA' DI SCORPORARE LA MISURA 24 G”:

- SI CONFERMANO LE MISURE RICHIESTE DAL CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 27 - N. CIG 6080169A2D - **PROLUNGA PER ACCESSO VASCOLARE**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “SI DEVONO PREVEDERE DUE VALVOLE NEEDLE FREE SULLE DUE PROLUNGHE DELLA DERIVAZIONE A Y”:

- E' SUFFICIENTE UN SOLO DISPOSITIVO NEEDLESS SULLA Y

LOTTO 29 – N. CIG 608017819D - **DISPOSITIVO PRELIEVO MULTIPLO (SPIKE)**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “PREZZO A BASE D'ASTA”

- SI CONFERMA IL PREZZO A BASE D'ASTA CALCOLATO IN BASE ALLO STORICO

LOTTO 19 – N. CIG 6080122366 - **AGO PER PENNE DA INSULINA**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “UTILIZZO DEL PRESIDIO RICHIESTO”:

- TRATTASI DI PRESIDIO PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA SUL TERRITORIO

LOTTO 23 – N. CIG 6080147806 - **AGO IPODERMICO PER MESOTERAPIA**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “MISURE REALMENTE NECESSARIE ...”:

- SONO DA CONSIDERARE LE MISURE ESPRESSE NEI FABBISOGNI PREGANDO DI EVIDENZIARE ALTRESI' LA GAMMA DI MISURE DISPONIBILI

**Aggiornamento al**