

FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI

PRECISAZIONI DI INTERESSE GENERALE

LOTTO 3 – N. CIG 6079454C23 - CATETERE VENOSO PERIFERICO (AGO CANNULA) IN TEFLON AD UNA VIA SENZA ALETTE DI FISSAGGIO CON SISTEMA DI SICUREZZA
SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “BASE D’ASTA ECCESSIVAMENTE BASSA”:

- SI CONFERMA IL PREZZO A BASE D’ASTA CALCOLATO IN BASE ALLO STORICO

LOTTO 6 - N. CIG 6079924002 - CATETERE VENOSO PERIFERICO (AGO CANNULA) IN POLIURETANO CON PUNTO DI INIEZIONE, CON ALETTE DI FISSAGGIO, CON SISTEMA DI SICUREZZA

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “COME DEBBA INTENDERSI “CIRCA” ...RISPETTO ALLE MISURE RICHIESTE”:

- LO SCOSTAMENTO POSITIVO/NEGATIVO RISPETTO ALLE MISURE PREVISTE DAL C.S. POTRA’ ESSERE DEL 2%

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “POSSIBILITA’ DI SCORPORARE LA MISURA 24 G”:

- SI CONFERMANO LE MISURE RICHIESTE DAL CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 8 - N. CIG 6079942ED8 – AGO SPINALE CON PUNTA ELLITTICA SENZA INTRODUTTORE

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “POSSIBILITA’ DI OFFRIRE AGHI DI MISURE VICINE A QUELLE PROPOSTE”:

- LO SCOSTAMENTO POSITIVO/NEGATIVO RISPETTO ALLE MISURE PREVISTE DAL C.S. POTRA’ ESSERE DEL 2%

LOTTO 9 – N. CIG 6079946229 - AGHI SPINALI CON PUNTA A MATITA SENZA INTRODUTTORE E CON INTRODUTTORE

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “SPECIFICARE SE RICHIESTO CON INTRODUTTORE OPPURE SENZA”:

- COME PRECISATO DAL C.S. SONO RICHIESTI ENTRAMBI

LOTTO 11– N. CIG 6080004206 - SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA CON CATETERE RADIOPACO CON AGO DI TUOHY LUNGO MM. 90 CIRCA

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “POSSIBILE OFFRIRE SET CON AGO DI TUOHY AD ALETTE FISSE O RIMOVIBILI”:

-LEGGASI...CON ALETTE PREFERIBILMENTE FISSE

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “.....CATETERE NON E’ RADIOPACO”:

- LEGGASI “.....PERIDURALE CONTINUA CON CATETERE PREFERIBILMENTE RADIOPACO”

**LOTTO 16 – N. CIG 6080087683 – SET PER ANESTESIA COMBINATA SPINALE-
PERIDURALE**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “POSSIBILITA’ DI OFFRIRE AGO SPINALE
NON TEFLONATO.....POSSIBILITA’ DI ELIMINARE DOPPIO VASSOIO.....” :

- SI CONFERMA LA RICHIESTA DI AGO TEFLONATO
- LEGGASI....SISTEMA DI FISSAGGIO E PREFERIBILMENTE DOPPIO VASSOIO
STERILE

LOTTO 17 – N. CIG 6080094C48 SET PER ANESTESIA COMBINATA PERIDURALE-SPINALE

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “SPECIFICARE LE MISURE SIA PER AGO
DI TUOHY SIA PER AGO SPINALE..”:

- AGO DI TUOHY G18 CIRCA
- AGO SPINALE G 27 CIRCA

ART. 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “SCHEDE TECNICHE IN LINGUA ITALIANA
ELABORATE A CURA DELLA DITTA FORNITRICE SUL TERRITORIO....”:

- POTRANNO ESSERE FORNITE LE SCHEDE TECNICHE IN LINGUA ITALIANA
ELABORATORE DALLA DITTA FORNITRICE SUL TERRITORIO QUALE
TRASPOSIZIONE DELLE SCHEDE DEL PRODUTTORE

Aggiornamento al 17.04.2015