

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRESIDI PER
ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALL'ASL AL PER QUATTRO
ANNI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE**

NUMERO GARA (AUTORITA' DI VIGILANZA): 5840325

PRECISAZIONI E RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE

- **Domanda:** LOTTO 10 - SI RICHIEDE SOLO IL CATETERE O SI INTENDE UN SET? :
- **Risposta :**SI INTENDE IL CATETERE
- **Domanda :** LOTTO 67 - SI CHIEDE DI SPECIFICARE LA DESTINAZIONE D'USO DEI SET RICHIESTI.
- **Risposta :** LAVAGGIO CANALI ENDOSCOPIO
- **Domanda :** LOTTO 73 - SI CHIEDE DI INDICARE IL MODELLO DI POMPA IN USO A CUI VA DESTINATO IL TUBO.
- **Risposta :** POMPA DI LAVAGGIO TIPO ENDOWASHER 2000
- **Domanda :** LOTTO 74 - SI CHIEDE DI SPECIFICARE LE DIFFERENZE TECNICHE RICHIESTE NEI LOTTI 43 E 74
- **Risposta :** LOTTO 43 SOLO SONDA DI SOSTITUZIONE TIPO FOLEY – LOTTO 74 COMPRESO IL KIT PER ALIMENTAZIONE

Aggiornamento al giorno 26.03.2015