

# PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI PER ESECUZIONE ECG BASALE - GARA N. 6166577

## PRECISAZIONI E RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE

**Domanda:** “ si chiede la possibilità di eliminare dal capitolato tecnico la richiesta di bottone decentrato ....”

**Risposta :** “la connessione decentrata è stata richiesta per avere una maggiore possibilità di manovra del personale infermieristico al letto del paziente senza continue sconnessioni del cavo ECG agli elettrodi , pertanto si conferma quanto prescritto dal capitolato speciale di gara”.

**Aggiornamento al giorno 30.09.2015**