

---

**PROCEDURA DI GARA  
SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI  
MATERIALE PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA, SUTURATRICI  
ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER CHIRURGIA MININVASIVA  
GARA A.V.C.P. N. 5626005**

**RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE  
AGGIORNAMENTO AL 13.10.2014**

**DOMANDA N. 1**

Lotto 21 e Lotto 22 (clip metalliche e clip in materiale plastico non riassorbibile): per quanto riguarda la richiesta di campionatura, si chiede di voler specificare se gli applicatori, da fornire a titolo gratuito in caso di aggiudicazione di gara, debbano essere campionati in conto visione e in quale quantità.

**RISPOSTA**

Gli applicatori oggetto di campionatura potranno essere forniti in conto visione, da specificare comunque nell'apposito elenco. Al termine della procedura saranno pertanto restituiti.

**DOMANDA N. 2**

Si richiede il numero di impugnature poliuso da fornire in uso titolo gratuito per il lotto 30, in quanto non indicato.

**RISPOSTA**

il dato non è disponibile in quanto non specificato dal nucleo tecnico preposto alla stesura del capitolato speciale. Si precisa in ogni caso che il fabbisogno del materiale in oggetto è previsto solo per l'ASL AL.

**DOMANDA N. 3**

Si richiede inoltre, sempre per il lotto 30, per la presentazione della campionatura che non verrà restituita, che cosa bisogna campionare in quanto viene offerta la parte operativa monouso e l'impugnatura e l'asta riutilizzabili.

**RISPOSTA**

Anche in questo caso, come specificato al punto n. 1, la parte poliuso potrà essere concessa in conto visione (da specificare sull'apposito elenco) e pertanto sarà oggetto di restituzione al termine della procedura.

**DOMANDA N. 4**

Art. 9 punto 1) la prima pagina della scheda tecnica deve riportare la dicitura "Scheda tecnica voce n. ...": per i lotti che non sono divisi in "voci" (ad. Es. lotti n. 1 e 3)

ma comprendono più misure dello stesso prodotto, è possibile fornire una scheda tecnica per i trocar (comprendente tutte le misure richieste) e una scheda tecnica delle cannule (con tutte le misure richieste)? In caso affermativo nella dicitura da riportare sulla prima pagina della scheda tecnica, è possibile inserire "scheda tecnica e la descrizione del prodotto" al posto del n. di voce?

**RISPOSTA**

La risposta è positiva. La finalità è quella in ogni caso di rendere riconoscibile il prodotto offerto da parte della commissione giudicatrice.

**DOMANDA N. 5**

Lotto n. 35 viene richiesto sacchetto per rimozione reperti anatomici **200/300 cc.**: è possibile offrire due prodotti aventi capacità diverse (200 cc. e 300 cc.) o viene considerata un'alternativa?

**RISPOSTA**

E' da considerare come offerta alternativa e quindi ricadente sotto la previsione dell'art. 6 del capitolato speciale.

**DOMANDA N. 6**

Prospetto depositi cauzionali provvisori (art. 14 capitolato): il deposito cauzionale dei lotti n. 1 e 3 risulta errato

**RISPOSTA**

Si è provveduto alla rettifica mediante pubblicazione di avviso di errata / corrige.

**DOMANDA N. 7**

Relativamente al Sub lotto a) del Lotto n. 23, ove si richiedono Applicatori automatici monouso di clips in titanio, nelle misure medio grande e grande con stelo di calibro 10 mm, si chiede se è possibile rispondere con un prodotto di stelo calibro 12 mm, e più in generale quali siano i range di tolleranza ammessi, ove previsti, in caso appunto di scostamento tra quanto richiesto e quanto offerto.

**RISPOSTA**

Non è prevista alcuna tolleranza, fatto salvo ove appositamente specificato. Nel caso in questione il calibro richiesto è di 10 mm.

**DOMANDA N. 8**

Si chiede sia possibile offrire un medesimo prodotto (stesso codice) in più lotti.

**RISPOSTA**

Il Capitolato Speciale non vieta espressamente il verificarsi di tale fattispecie. In ogni caso la valutazione della conformità alle prescrizioni minime e all'attribuzione del relativo punteggio qualitativo è demandata all'apposita commissione giudicatrice che sarà nominata successivamente.

### **DOMANDA N. 9**

In riferimento al Lotto n. 35 si chiede se esista una tolleranza nelle dimensioni dei sacchetti. I sacchetti della ns. azienda differiscono di 10 cc. Dal limite minimo richiesto, 190 cc. A fronte di una richiesta di 200 cc..

#### **RISPOSTA**

Il capitolato speciale prevede già una tolleranza nelle misure del sacchetto in oggetto e pertanto offerte che differiscano in positivo o in negativo da tali limiti non potranno essere prese in considerazione.

### **DOMANDA N. 10**

Il ns. prodotto, trocar ad accesso singolo, certificato per accesso addominale e transanale (TEMS), ha la seguente descrizione: trocar morbido monouso sterile con port ad accesso singolo da 3 porte. Si chiede se sia possibile partecipare ad uno dei lotti dedicati all'accesso singolo.

#### **RISPOSTA**

Il giudizio circa la conformità di un prodotto al Capitolato Speciale è demandato esclusivamente alla commissione giudicatrice che sarà nominata successivamente e pertanto in tale sede non è possibile formulare un giudizio preventivo in merito.

### **DOMANDA N. 11**

In riferimento al Lotto n. 48 si chiede se la descrizione "retrattori ad uncino" sia relativa alla punta. Avendo la ns. azienda il classico retrattore retto a tre rebbi e anche quello a cinque rebbi, si chiede se sia possibile dividere il lotto o aggiungere la possibilità di partecipare con tre rebbi.

#### **RISPOSTA**

La risposta è negativa. Il nucleo tecnico ha individuato i prodotti nella configurazione indicata nel capitolato speciale di gara e in questa fase non è possibile proporre alcuna modifica.

### **DOMANDA N. 12**

Lotto 38 (cateteri per colangiografia): si chiede di voler chiarire cosa si intende per "disponibilità di aghi percutanei per inserimento del catetere". Significa che gli aghi introduttori per i cateteri debbono essere disponibili su richiesta e quotati separatamente (e quindi non rientrano nel prezzo a base d'asta)?

#### **RISPOSTA**

La risposta è positiva, nell'importo a base d'asta deve essere offerto sia il catetere che l'introduttore.

### **DOMANDA N. 13**

Per la busta amministrativa: Dichiarazione sostitutiva art. 38 per rappresentante legale e amministratori con poteri, elenco lotti ed elenco campionatura. Per la busta tecnica: Dichiarazione latex free, elenco prodotti offerti con CND e N. rep., scheda prodotto compilata, elenco campionatura, elenco riepilogativo.

Possono essere presentate tutte le dichiarazioni in un unico documento per le dichiarazioni amministrative ed un altro documento per le tecniche? In caso positivo è sufficiente apporre la firma del rappresentante legale per approvazione un'unica volta alla fine dell'intero documento?

**RISPOSTA**

Per entrambi i quesiti la risposta è positiva, con l'unica eccezione della dichiarazione ex art. 38 da redigere separatamente sul ns. modello pubblicato e rispettando in ogni caso la destinazione nell'ambito delle buste previste dal Capitolato Speciale.

**DOMANDA N. 14**

Lotto 51 "retrattore/protettore chirurgico a

Parete "misure medium e large": si chiede se la campionatura deve essere presentata per entrambe le misure o, visto che il riferimento è unico e sufficiente presentare n. 1 campione di una delle due misure?

**RISPOSTA**

si ritiene, anche per evitare eccessivi oneri da parte dei partecipanti, che la campionatura possa essere limitata ad una sola misura, posto che entrambe possiedano le medesime caratteristiche e differiscano pertanto solo per tale aspetto. Tale prescrizione può essere applicata anche agli altri lotti, perché risulti in maniera chiara ed univoca nella documentazione tecnica la formulazione dell'offerta per tutte le misure richieste, dal momento che l'aggiudicazione verrà disposta per lotto unico e non verranno considerate offerte incomplete. In ogni caso la commissione giudicatrice potrà, qualora necessario, richiedere l'eventuale integrazione della campionatura per meglio effettuare le proprie valutazioni.

**DOMANDA N. 15**

Lotto 38 (cateteri per colangiografia): si chiede di voler chiarire cosa si intende per "disponibilità di aghi percutanei per inserimento del catetere". Significa che gli aghi introduttori per i cateteri debbono essere disponibili su richiesta e quotati separatamente (e quindi non rientrano nel prezzo a base d'asta)?

**RISPOSTA**

Si precisa che la base d'asta del catetere per colangiografia è comprensiva anche di ago introduttore come richiesto. Nella formulazione dell'offerta dovranno essere indicati pertanto entrambi i codici del prodotto e un prezzo unitario comprensivo sia del catetere che dell'ago introduttore.

**DOMANDA N. 16**

A quale indirizzo deve essere intestato il deposito cauzionale provvisorio richiesto all'art. 14 del Capitolato Speciale di gara?

**RISPOSTA**

Il deposito cauzionale provvisorio deve essere intestato alla sede legale dell'A.S.L. AL - Via Giolitti, 2 15033 Casale Monferrato. Si conferma inoltre che il plico contenente l'offerta deve essere consegnato presso l'Ufficio Protocollo della sede di Novi Ligure (AL), mentre la campionatura presso il Magazzino Generale del Presidio Ospedaliero di

**DOMANDA N. 17**

Il certificate ISO 13485 é considerato requisito sufficiente per ottenere la riduzione del 50 % per le cauzioni provvisoria e definitiva?

**RISPOSTA**

In riscontro al quesito presentato si ritiene che, conformemente all'art. 75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., sia rilevante il possesso di una certificazione della famiglia delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (e non pertanto, come nel caso di specie, ISO 13485) in quanto la certificazione del sistema di qualità richiesta deve essere riferita agli aspetti generali dell'impresa nel suo complesso e non a singole lavorazioni (cfr. anche Consiglio di Stato n. 4105/2012). La risposta è pertanto negativa.

Acqui Terme (AL), 13.10.2014