

FORNITURA DI DISPOSITIVI PER TRICOTOMIA E RELATIVE LAME GARA N. 6297030

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE AGGIORNAMENTO AL 21.01.2016

QUESITO N. 1

Al paragrafo 2.1 del Capitolato speciale viene specificato che il rasoio offerto dovrà essere compatibile con i tre tipi di lame monouso indicate in tabella. Nella tabella di cui al successivo part. 2.5 non vengono descritte né le tipologie di lame richieste né i relativi capitolati. Pertanto siamo a richiedere di descrivere dettagliatamente le tre tipologie di lame richieste e i corrispondenti quantitativi.

RISPOSTA:

Si specifica che, per quanto riguarda le tipologie di lame il capitolato speciale prevede all'art. 2.1 quelle universali, per parti delicate e per neurochirurgia (il riferimento alla tabella si tratta in realtà di un refuso in quanto la descrizione è stata poi riportata nella versione definitiva del documento nel corpo del testo). Nella raccolta dei fabbisogni tra le varie Amministrazioni aderenti è stato pertanto quantificato un fabbisogno complessivo e non distinto per tipologia. L'offerta potrà pertanto riguardare sia una sola tipologia di lama che copra le richiamate esigenze e corrisponda ai requisiti indicati nel capitolato speciale che tre tipi di lame differenti. In questo secondo caso lo schema di offerta dovrà riportare i codici delle diverse lame offerte.