

SOMMINISTRAZIONE DI ELETTRODI NEUTRI MONOUSO PER ELETTROBISTURI

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE AGGIORNAMENTO AL 24.03.2017

QUESITO N. 1

Lotto n. 2: Si richiede la fornitura di elettrodi neutri muniti di cavo di collegamento della lunghezza di circa m. 3 - 4,5: è sufficiente che la lunghezza del cavo rientri nell'intervallo richiesto oppure è necessario offrire entrambe le lunghezze?

RISPOSTA

E' sufficiente che il cavo offerto rientri nel range di misure indicate.

QUESITO N. 2

Lotto n. 1 – campioni cavi poliuso

Si richiede a titolo di campionatura l'invio di n. 1 cavo: poiché saranno offerte diverse tipologie a seconda del modello di elettrobisturi, si chiede la possibilità di presentare il campione di una sola tipologia di cavo disponibile.

RISPOSTA

Si accorda quanto richiesto, purchè nella documentazione tecnica e nell'offerta siano chiaramente indicati i codici identificativi di tutti i cavi offerti e l'indicazione della compatibilità con il modello di elettrobisturi. In sede di valutazione qualitativa l'Amministrazione potrà comunque riservarsi di richiedere eventuale campionatura integrativa, qualora necessario.