

## **SOMMINISTRAZIONE DI ELETTRODI NEUTRI MONOUSO PER ELETTROBISTURI**

### **RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE AGGIORNAMENTO AL 30.03.2017**

#### **QUESITO N. 1**

Lotto n. 2: Si richiede la fornitura di elettrodi neutri muniti di cavo di collegamento della lunghezza di circa m. 3 - 4,5: è sufficiente che la lunghezza del cavo rientri nell'intervallo richiesto oppure è necessario offrire entrambe le lunghezze?

#### **RISPOSTA**

E' sufficiente che il cavo offerto rientri nel range di misure indicate.

#### **QUESITO N. 2**

Lotto n. 1 – campioni cavi poliuso

Si richiede a titolo di campionatura l'invio di n. 1 cavo: poiché saranno offerte diverse tipologie a seconda del modello di elettrobisturi, si chiede la possibilità di presentare il campione di una sola tipologia di cavo disponibile.

#### **RISPOSTA**

Si accorda quanto richiesto, purchè nella documentazione tecnica e nell'offerta siano chiaramente indicati i codici identificativi di tutti i cavi offerti e l'indicazione della compatibilità con il modello di elettrobisturi. In sede di valutazione qualitativa l'Amministrazione potrà comunque riservarsi di richiedere eventuale campionatura integrativa, qualora necessario.

#### **QUESITO N. 3**

Si chiede conferma se sia possibile offrire un'unica piastra raccordabile ai vari elettrobisturi tramite un adattatore, il capitolato prevede infatti tipologie di elettrobisturi sia con attacco valleylab sia con attacco a jack.

#### **RISPOSTA**

La risposta è positiva.

#### **QUESITO N. 4**

In riferimento al lotto 2 si desidera conoscere la tipologia di connessione agli elettrobisturi dei cavi delle piastre neutre, in quanto le piastre da voi richieste sono dotate di cavo di collegamento.

#### **RISPOSTA**

Attualmente sono utilizzate connessioni REM, non REM, Jack 6,3 mm. (Erbe) e Jack 6,3 mm. (standard). Si precisa inoltre che nel caso di fornitura di adattatori, questi dovranno essere compresi nelle condizioni economiche proposte in sede di offerta.

#### **QUESITO N. 5**

Si chiede conferma che quanto richiesto all' art.6, pag. 8 del capitolato punto 1) "*scheda tecnica del prodotto offerto..:.....*" è un refuso e che pertanto tale documento dovrà essere inserito solo nella busta della documentazione tecnica.

#### **RISPOSTA**

Si tratta in effetti di un refuso, le schede tecniche devono essere inserite nella corrispondente busta contenente la "documentazione tecnica" di cui al successivo art. 7.. Il capitolato speciale corretto è stato ripubblicato.

#### **QUESITO N. 6**

Si richiede se sia possibile una dilazione per la presentazione della campionatura di almeno una settimana, per ritardo di consegna di alcuni componenti.

#### **RISPOSTA**

Limitatamente alla sola consegna del plico contenente la campionatura è concessa una proroga fino al 14.04.2017. Resta invariato alle ore 12,00 del giorno 07.04.2017 il termine per la presentazione delle offerte.