

**FORNITURA DI SISTEMI CENTRALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI  
TEST EMOGASANALITICI, ELETTROLITI E METABOLITI, COSTITUITI DA  
ANALIZZATORI PERIFERICI E STAZIONI DI  
LAVORO/CONTROLLO/GESTIONE  
GARA N. 6851371**

**RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE  
AGGIORNAMENTO AL 06.12.2017**

**QUESITO N. 1**

VOCE A) COSTO ANNUALE MATERIALE DI CONSUMO: laddove indicate il fabbisogno presunto suddiviso per profilo analitico, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare nella casella "costo annuale" l'importo complessivo dei tre profili, dato che il dettaglio analitico dei costi è indicato negli appositi prospetti dei prezzi per ciascun reparto.

**RISPOSTA:**

Si conferma.

**QUESITO N. 2**

VOCE B) IMPORTO A BASE D'ASTA ANNUALE (NOLEGGIO + MANUTENZIONE) € 750,00: si chiede di confermare che tale importo sia da intendere per ciascun strumento.

**RISPOSTA:**

Si conferma. Si tratta del costo annuale (quota noleggio + quota manutenzione) di ogni singolo strumento.

**QUESITO N. 3**

Rif. art. 2.1. Descrizione generale e caratteristiche tecniche degli emogasanalizzatori; al rif. A-5 viene richiesta la produzione di un progetto dettagliato del sistema offerto. Si chiede di meglio dettagliare il contenuto di tale progetto, ovvero è inteso il progetto di collegamento e di gestione informatica dei dati? Oppure una relazione anche sulle caratteristiche tecniche degli analizzatori? Questo progetto va allegato alla Scheda Informativa riferimento art. 8 punto 2)?

**RISPOSTA:**

Come indicato nel Capitolato Speciale non è richiesto un progetto grafico su planimetria ma una documentazione atta a descrivere in maniera completa ed esaustiva le funzionalità dei sistemi proposti, riconducibile ai punti 1), 2) e 3) della documentazione tecnica prevista dall'art. 8. Nell'ambito del punto 2) e nel relativo spazio note della "scheda informativa caratteristiche tecniche" le Ditte concorrenti dovranno anche illustrare sinteticamente anche le attività connesse all'interfacciamento con gli applicativi richiesti.

**QUESITO N. 4**

Dichiarazione di conformità costruttiva alla normativa Questo documento, da voi predisposto, non è compreso nell'elenco di cui all'art. 8 – Documentazione Tecnica; è inteso venga allegato come documentazione definita "Altro"?

**RISPOSTA:**

Si conferma.

**QUESITO N. 5**

All'art. 8 del Capitolato Speciale di gara viene riportata la seguente documentazione tecnica da presentare:

Rif. n. 2 dell'art. 8 del Capitolato Speciale di gara

Scheda informativa riportante sinteticamente le informazioni da dichiarare circa le caratteristiche tecniche degli emogasanalizzatori previste dall'art. 2;

Rif. n. 3 dell'art. 8 del Capitolato Speciale di gara

Scheda informativa riportante sinteticamente le informazioni da dichiarare circa le caratteristiche qualitative degli emogasanalizzatori previste dall'art. 9;

Rif. n. 4 dell'art. 8 del Capitolato Speciale di gara

Descrizione sintetica delle informazioni circa le caratteristiche qualitative degli emogasanalizzatori;

Si chiede se trattasi di refuso e quale punto occorre tenere in considerazione per la presentazione dell'offerta.

**RISPOSTA:**

Si tratta in effetti di un refuso. Le schede da produrre a corredo della documentazione tecnica sono quelle previste dall'art. 8 n. 2 e n. 3, da compilare sui modelli pubblicati sul Profilo del Committente.