

**PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO, GESTIONE E STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO ED ATTIVITA' ACCESSORIE, UNITAMENTE AL NOLEGGIO DI OTTICHE DIVERSE E GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE SUBCENTRALI PER VARIE SEDI NELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA.
GARA A.N.A.C. N. 8372128**

**RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE
AGGIORNAMENTO AL 01.03.2022**

QUESITO N. 1

Si richiede di confermare che nelle n. 80 facciate previste per l'elaborazione del progetto tecnico, non siano inclusi copertina, indice e presentazione aziendale.

RISPOSTA

Si conferma.

QUESITO N. 2

Si richiede di confermare che, per le società aventi caratteristiche / forme peculiari di amministrazione, il requisito di cui all'art. 7.3 del disciplinare possa essere dimostrato anche in relazione a esercizi fiscali non coincidenti con il rispettivo anno solare.

RISPOSTA

L'art. 7.3 riporta testualmente la locuzione "*negli ultimi tre esercizi disponibili*" e pertanto, fermo restando il periodo temporale all'interno del quale dovrà essere posseduto il requisito richiesto, potranno essere considerati riferimenti a esercizi fiscali non coincidenti con il rispettivo anno solare. L'onere di prova sull'esigenza di considerare esercizi fiscali non coincidenti con l'anno solare incombe sul soggetto partecipante e di tale circostanza dovrà esserne data evidenza oggettiva nella documentazione per l'ammissione alla gara.

QUESITO N. 3

L'art. 7.3 recita "*Deve essere specificato che la realizzazione della centrale si è svolta nel rispetto delle condizioni contrattuali (buona esecuzione)*".

RISPOSTA

Si tratta in effetti di un refuso. Il periodo deve essere sostituito con "*Deve essere specificato che il servizio di noleggio e sterilizzazione di strumentario chirurgico si è svolto nel rispetto delle condizioni contrattuali (buona esecuzione)*".

QUESITO N. 4

Con riferimento all'allegato 10 DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO NUOVA REVISIONE, si chiede di confermare che il P.O. di Novi Ligure non è incluso nei Presidi oggetto della procedura e che pertanto presso il richiamato PO non si dovrà effettuare la visione dei luoghi, come invece riportato a pag. 42 del capitolato di gara.

RISPOSTA

Si conferma che il Presidio Ospedaliero di Novi Ligure non è incluso nei Presidi oggetto della procedura di gara in oggetto.

QUESITO N. 5

Si richiede di identificare nel "layout" pubblicato quale sia l'area messa a disposizione per la realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione.

RISPOSTA

Si pubblica il layout aggiornato.

QUESITO N. 6

Si chiede di confermare se l'affidatario, per l'espletamento dell'attività di logistica, debba essere in possesso della licenza conto terzi e che tale requisito non sia subappaltabile.

RISPOSTA

Si ritiene che le attività di logistica possano essere oggetto di subappalto o subcontratto ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. In ogni caso le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia.

QUESITO N. 7

Si segnala che l'ordine degli argomenti di cui specificare le pagine di riferimento nell'allegato 4 - ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA non trova corrispondenza con i criteri di cui all'art. 20.1 del capitolato. Inoltre anche il riferimento all'articolo del capitolato sembra un refuso (art. 21, che in realtà corrisponderebbe a SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". Si chiede eventualmente di ripubblicare l'allegato 4 emendato o di chiarire come interpretarlo.

RISPOSTA

Si ripubblica il relativo modello corretto in maniera tale da collegare e ricondurre la documentazione tecnica ai criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta.

QUESITO N. 8

Ai fini della presentazione dell'offerta si chiede all'offerente di presentare, oltre alla relazione o progetto tecnico del servizio offerto, anche le schede tecniche degli articoli proposti, oltre all'elenco riepilogativo della documentazione tecnica trasmessa e ogni altra eventuale documentazione tecnica non prevista nei predetti documenti. Si segnala che lo spazio previsto per il caricamento della documentazione su piattaforma non risulta sufficientemente capiente all'upload dell'intera documentazione tecnica, data la dimensione ad esempio dei file dei cataloghi di strumentario piuttosto che di tutte le schede tecniche di attrezzature, apparecchiature, materiali di consumo e di ogni altro allegato tecnico. Si chiede pertanto conferma che, come previsto in altre procedure analoghe, sia possibile presentare su supporto informatico (USB o cd/dvd) tale documentazione di dimensione non coerente con gli spazi di upload presenti su piattaforma, da consegnare all'indirizzo della Stazione Appaltante entro gli stessi termini di presentazione dell'offerta. Si chiede, altresì, di specificare esattamente i recapiti e le diciture da apporre su tale plico.

RISPOSTA

Qualora lo spazio previsto per il caricamento della documentazione su piattaforma non risulta sufficientemente capiente all'upload dell'intera documentazione tecnica, solamente per quanto riguarda il campo B-2 relativa alla produzione delle "Schede tecniche dettagliate del materiale offerto contenenti le caratteristiche tecniche ed ogni informazione utile per la loro valutazione", potrà essere consentita la trasmissione fisica delle stesse esclusivamente su supporto informatico. Il plico, che non dovrà contenere alcun'altra documentazione non riconducibile alla predetta fattispecie, dovrà pervenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale AL – Ufficio Protocollo – Via Venezia, 6 – Alessandria e dovrà recare all'esterno, oltre alle indicazioni chiare ed univoche del mittente (ragione sociale e indirizzo), la seguente dicitura:

"Procedura aperta per il conferimento di un servizio di noleggio, gestione e sterilizzazione dello strumentario chirurgico ed attività accessorie, unitamente al noleggio di ottiche diverse e gestione e manutenzione delle subcentrali per varie sedi nell'A.S.L. AL – Contiene supporto informatico schede tecniche"

QUESITO N. 9

All'art. 15 – Contenuto dell'offerta tecnica, vengono richieste anche le "Schede tecniche dettagliate del materiale offerto contenenti le caratteristiche tecniche ed ogni informazione utile per la loro valutazione." Viene inoltre specificato che "Le predette schede tecniche dovranno essere esclusivamente, a pena di esclusione, in lingua italiana o con annessa traduzione e confezionate in maniera tale da rendere immediatamente riconoscibile il prodotto offerto". Si chiede conferma, data la natura specifica del settore oggetto di gara, che per quanto riguarda i cataloghi dello strumentario, eventuali test report, rapporti clinici, certificazioni o schede tecniche anche di materiali o attrezzature/apparecchiature, che notoriamente sono spesso redatti dai produttori esclusivamente in lingua inglese, possano essere presentati come tali e non debbano necessariamente essere presentati con traduzione in lingua italiana. Questo perché la traduzione di numerosi cataloghi ciascuno composto di migliaia di pagine, e di molta altra documentazione tecnica nativamente prodotta in lingua

inglese, sarebbe non praticabile sia per ragioni di tempo, data la scadenza fissata per la gara, che di opportunità economica, e anche perché tale concessione consentirebbe a tutti concorrenti di presentare una offerta più completa e ricca a tutto beneficio della Stazione Appaltante.

RISPOSTA

Si conferma che, per quanto riguarda i cataloghi dello strumentario, eventuali test report, rapporti clinici, certificazioni o schede tecniche anche di materiali o attrezzature/apparecchiature, possano essere presentati anche in lingua originale inglese.

QUESITO N. 10

L'Art. 4.3.4 Disposizione comune, prevede quanto segue "Essendo il presente appalto di durata pari ad anni 9, i concorrenti dovranno prevedere ovviamente gli ammortamenti e gli oneri finanziari per tale lasso temporale al termine del quale si presume che quanto dedicato all'appalto (strumenti ed apparecchiature) avrà costo pari a 0 (zero). Per tale ragione, il predetto sarà considerato di proprietà della Stazione appaltante al termine dell'appalto. I restanti strumenti ed apparecchiature immessi nel corso dell'appalto e non ancora ammortizzati potranno essere acquistati dalla ASL AL al loro valore residuale in base agli ammortamenti ed oneri finanziari residuali gravanti su tale materiale".

In relazione a questa previsione si chiede di confermare, nel caso di scelta dell'ipotesi B – extramoenia, che si debba intendere che nessuna attrezzatura o apparecchiatura prevista nella centrale di sterilizzazione esterna (di proprietà o a disposizione per l'intero appalto e relative proroghe) possa essere considerata dedicata all'appalto e che pertanto nulla di quanto ivi presente ancorché utilizzato nell'ambito del contratto resterà di proprietà della Stazione Appaltante al termine dello stesso.

RISPOSTA

Per quanto riguarda la fattispecie prevista dall'art. 4.3.4 "*Disposizione comune*", le disposizioni si ritengono applicabili all'ipotesi A – Intramoenia, mentre nell'ipotesi alternativa nessuna attrezzatura o apparecchiatura prevista nella centrale di sterilizzazione esterna resterà di proprietà della Stazione Appaltante al termine dello stesso. Per quanto riguarda la restante parte del quesito, si ritiene che l'attività della centrale di sterilizzazione esterna non possa essere considerata come esclusivamente "*dedicata all'appalto*".

QUESITO N. 11

Si chiede di confermare che, a prescindere dalla scelta dell'operatore economico relativamente all'ipotesi A o B, in relazione al criterio 7 di cui alla tabella dei punteggi dell'art. 20.1 del Capitolato, debba essere descritta e venga valutata anche la manutenzione della centrale principale (interna o esterna che sia).

RISPOSTA

Per quanto riguarda i sottocriteri di valutazione, sono confermati quelli indicati al punto n. 7 della tabella di cui all'art. 20.1 del Capitolato speciale di gara.

QUESITO N. 12

All'art. 4.3 del Capitolato Tecnico - OPZIONI, viene specificato che "4.3 OPZIONI "Il presente appalto, onde garantire la massima concorrenzialità, libertà di impresa e par condicio tra i concorrenti, si caratterizza per la libertà lasciata ai partecipanti di individuare la sede della Centrale Principale di sterilizzazione intra moenia nella ASL AL oppure extra moenia. Tale indicazione dovrà già essere contenuta tra i documenti di partecipazione e successivamente sviluppata nel progetto tecnico."

All'art. 27 del capitolato, inoltre, si prevede che "Sub centrali dei PPOO di Acqui T. e Casale M. (eventuale) e Tortona: ad inizio del contratto il "Contraente" del servizio provvederà ad allestire tali sub centrali con immissione delle attrezzature di nuova fabbricazione richieste nello specifico elenco allegato al presente documento come sviluppato nel progetto tecnico. Il "Contraente" provvederà inoltre alla gestione delle predette sub centrali ed alla manutenzione delle attrezzature ivi allocate."

L'allegato 4 - ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA, chiede inoltre di riportare al punto 2 la "dotazione apparecchiature, attrezzature e dotazioni strumentali e piano di manutenzione" e al punto 4 il "foglio di dettaglio di tutti i prodotti offerti, specificando quantità, codici, descrizione - (il dettaglio deve corrispondere esattamente al progetto presentato e a quanto dichiarato"

Alla luce di quanto sopra premesso, si chiede conferma che in fase di presentazione dell'offerta, gli operatori economici partecipanti debbano allegare un progetto di tipo definitivo relativo alla progettazione della centrale interna (o alla centrale esterna di proprietà o a propria disposizione per la durata dell'appalto) con il dettaglio del lay out, delle attrezzature, dei flussi e di ogni ulteriore elemento utile non solo alla valutazione tecnica dei flussi e processi, e al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa, ma anche, a valle dell'aggiudicazione, al rispetto della corretta fornitura delle attrezzature e apparecchiature proposte nelle modalità sviluppate nel progetto tecnico.

RISPOSTA

Per quanto riguarda la documentazione tecnica pregasi attenersi a quanto indicato all'art. 15 del Capitolato Speciale, con la precisazione che dal contenuto della medesima dovranno evincersi gli elementi ritenuti suscettibili di valutazione qualitativa come indicato nei sottocriteri di valutazione indicati nel prospetto di cui all'art. 20.1.

QUESITO N. 13

All'art. 3 - Oggetto dell'appalto, si specifica, inoltre, che nel caso di Ipotesi B - extramoenia, deve essere prevista la "Realizzazione della Centrale di Sterilizzazione esternamente alle strutture della ASL AL". Si chiede conferma che il termine "realizzazione della Centrale di Sterilizzazione" debba intendersi come "gestione del servizio mediante centrale di sterilizzazione principale esterna di proprietà o a propria disposizione per l'intera durata dell'appalto, incluse proroghe".

RISPOSTA

L'ipotesi B - extramoenia prevede, come chiaramente indicato nel Capitolato Speciale di gara, che il servizio oggetto dell'appalto debba essere garantito mediante il ricorso ad una struttura esterna e che il servizio debba essere garantito per tutta la durata contrattuale prevista.

QUESITO N. 14

In riferimento all'ART. 27 "DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO", Il servizio dovrà essere assicurato entro il termine massimo di mesi 6, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, durante tale periodo il servizio sarà gestito dal provider in carica. Il nuovo provider dovrà:

- acquisire lo strumentario nuovo;
- approntare la CDS interna o esternamente;
- realizzare un piano di subentro atto a garantire la soppressione di ogni problematica data da eventuali interferenze per la contemporanea presenza di due provider;

Si richiede di confermare che il piano di subentro dovrà essere illustrato in fase di gara all'interno della relazione tecnica di progetto onde consentire alla Stazione Appaltante di valutare la proposta anche in ordine alla gestione delle urgenze ed emergenze.

RISPOSTA

Si conferma

QUESITO N. 15

In riferimento all'art. 27 "DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO" - Omissis - Il servizio dovrà essere assicurato entro il termine massimo di mesi 6, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, durante tale periodo il servizio sarà gestito dal provider in carica.

In riferimento all'art. 38 "FORNITURA A NOLEGGIO, MANUTENZIONE E REITEGRO DI TUTTO LO STRUMENTARIO CHIRURGICO E RELATIVI CONTENITORI" - omissis - La fornitura dello strumentario chirurgico e l'attivazione della centrale di sterilizzazione dovrà avvenire entro 210 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.

Si richiede di confermare che i 210 giorni decorreranno dalla data di consegna dei locali, approvazione del progetto esecutivo fatte salve le varie procedure autorizzative.

RISPOSTA

Il termine di 210 giorni è inteso quale termine ultimo per la fornitura dello strumentario chirurgico e l'attivazione della centrale di sterilizzazione e dovrà decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

QUESITO N.16

In riferimento all'ART. 3 del Capitolato - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, si specifica, in merito all'ipotesi B extramoenia /

Realizzazione della Centrale di Sterilizzazione esternamente alle strutture della ASL AL quanto segue:

La subcentrale di Casale Monferrato, in tale evenienza, dovrà essere attivata e al "Contraente" vengono forfettariamente riconosciuti Euro 132.000,00 annui (Euro 11.000,00 mensili) per la attivazione con gli strumenti descritti nello specifico allegato e relativa loro manutenzione. In particolare si precisa che all'interno della valorizzazione economica della subcentrale di Casale Monferrato sono stati calcolati tutti i costi afferenti a tale struttura, pertanto dotazione minima di apparecchiature necessarie per il funzionamento, convalide, personale e utenze.

Inoltre, all'art. 4.3.1 - Costruzione centrale intramoenia, viene specificato che "Come già indicato si ribadisce che le Ditte concorrenti potranno liberamente scegliere di realizzare la centrale di sterilizzazione principale presso il P.O. di Casale Monferrato nei locali messi a disposizione dalla ASL AL nell'Ospedale Santo Spirito di Viale Giolitti 2 come da dedursi nella planimetria allegata. Non sono ammesse offerte alternative.

In tale caso il "Contraente" del servizio dovrà corrispondere alla amministrazione un canone mensile ammontante a Euro 11.000,00 IVA esclusa come precedentemente sopra descritto.

All'interno di tale canone mensile sono ricomprese le utenze"

In relazione a quanto sopra riportato, si richiede, pertanto, conferma che:

- nella soluzione extramoenia nulla sarà da riconoscere alla Stazione Appaltante in riferimento ai consumi energetici della subcentrale di Casale Monferrato.
- nella soluzione "Ipotesi A intramoenia/Realizzazione della Centrale di Sterilizzazione nei locali siti in Casale Monferrato sotto il blocco operatorio dell'Ospedale Santo Spirito" nulla sarà da riconoscere all'A.O. in riferimento ai consumi energetici della Centrale di Sterilizzazione sita nei locali in Casale Monferrato, già ricompresi nell'ambito del canone mensile.
- in entrambe le ipotesi "intramoenia e extramoenia" nulla sarà da riconoscere all'A.O. in riferimento ai consumi energetici delle sub centrali di Tortona ed Acqui Terme.

RISPOSTA

Si conferma.

QUESITO N.17

A seguito dei dati tecnici riportati a pagina 16 del disciplinare di gara dalla stazione appaltante relativi all'area messa a disposizione all'interno del P.O. Casale per la realizzazione della nuova Centrale di Sterilizzazione Intramoenia siamo a richiedere quanto segue:

In merito alla disponibilità di un impianto di condizionamento con n° 4 ricambi/ora tramite UTA esistente, tenuto conto della necessità di erogare secondo normative vigenti n. 15 ricambi/ora, si richiede se qualora si ritenesse necessario realizzare un nuovo impianto, se è disponibile un'area nella quale installare delle macchine di trattamento aria dedicate. Se sì, si richiede dimensioni e planimetria dell'area disponibile.

RISPOSTA

Si pubblica la pianta del Blocco Operatorio dove in verde viene evidenziato il perimetro utile per la messa delle UTA aggiuntive. Bisogna tenere in considerazione i sottoservizi adibiti alla fogna che corrono paralleli al blocco operatorio.

QUESITO N.18

Visionata la planimetria pubblicata insieme ai chiarimenti del 14.02.2022 e constatato che il corridoio posto tra le due aree libere messe a disposizione per la realizzazione del servizio in intramoenia è escluso dall'area disponibile, si richiede se tale informazione sia corretta, oppure se tale corridoio potrà essere ad uso del servizio di sterilizzazione.

RISPOSTA

L'area occupata dai locali "tecnologici" (locale cabina MT/bt, locale UPS, locale Gruppo Elettrogeno, locale servizi UTA, vano scala con annesso monta lettighe / ascensore) non è a disposizione per la realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione.

QUESITO N.19

Al fine di poter procedere alla redazione di un progetto atto a definire le opere necessarie per l'approntamento dei locali ad uso Centrale di Sterilizzazione in intramoenia interni al P.O. Casale, si rimette di seguito alcune richieste di chiarimento, a seguito della presa visione della documentazione di gara.

LOCALI E CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI

- a) Si richiede se nel fabbricato è presente amianto e se sono state fatte nel corso degli anni eventuali bonifiche del fabbricato.
- b) Si richiede se i locali oggetto dell'intervento siano posti su terrapieno. Qualora fossero su solaio si richiede la portata di quest'ultimo, oltre alla stratigrafia dello stesso.
- c) Si richiede elaborato grafico con indicate le eventuali compartimentazioni orizzontali REI, presenti nei locali oggetto di riqualificazione.

IMPIANTI MECCANICI

a) Si richiede se è presente un impianto di aria compressa dedicato al servizio di sterilizzazione e nel caso l'invio delle schede tecniche del compressore per la produzione di aria compressa industriale con i seguenti dati tecnici:

- Si richiede se tale impianto viene attualmente condiviso con altri servizi;
- Si richiede se è presente un filtro aria medicale;
- Portata nominale del compressore, espressa in lt/h;
- Portata dell'impianto aria compressa industriale, disponibile per la Centrale di Sterilizzazione, espressa in lt/h;

- Identificazione in planimetria del punto di allaccio all'impianto ospedaliero e dimensione;
- Anno di installazione del compressore per la produzione di aria compressa industriale.

b) Si richiede se è presente un impianto di addolcimento, qualora fosse presente si richiedono le schede tecniche dell'addolcitore con i seguenti dati tecnici:

- Si richiede se tale impianto viene attualmente condiviso con altri servizi;
- °f (gradi francesi);
- Portata dell'impianto di addolcimento, espressa in lt/h.
- Portata dell'acqua addolcita, disponibile per la Centrale di Sterilizzazione, espressa in lt/h.
- Identificazione in planimetria del punto di allaccio all'impianto ospedaliero e dimensione;
- Anno di installazione dell'addolcitore.

c) Si richiede se è presente un impianto di produzione di vapore industriale, qualora fosse presente si richiedono le schede tecniche del generatore con i seguenti dati tecnici:

- Si richiede se tale impianto viene attualmente condiviso con altri servizi;
- Portata del vapore industriale, espressa in Kg/h, dedicata al servizio di sterilizzazione;
- Anno di installazione dell'impianto vapore industriale;
- Si richiede la planimetria della sottocentrale vapore con riportato l'ingombro delle apparecchiature esistenti.

d) Si richiede la planimetria con indicati i percorsi e i diametri delle tubazioni di scarico inerenti all'area messa a disposizione.

e) Si richiede la planimetria con riportato l'impianto antincendio (idranti UNI45)

RISPOSTA

LOCALI E CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI

- a) non presente amianto;
- b) no terrapieno, solaio areato con igloo, di cui si pubblica allegato. Portata solaio 400Kg/m2 sovraccarico accidentale;
- c) SCIA VV.FF e compartimentazioni REI pubblicate;

IMPIANTI MECCANICI

a-e) Seguiranno i dati in una successiva risposta.

IMPIANTI ELETTRICI

- a) si pubblica dwg

IMPIANTI GENERALI

Si pubblica la documentazione richiesta.

QUESITO N.20

A seguito dei dati tecnici riportati a pagina 16 del disciplinare di gara dalla stazione appaltante relativi all'area messa a disposizione all'interno del P.O. Casale per la realizzazione della nuova Centrale di Sterilizzazione Intramoena siamo a richiedere quanto segue:

a) In merito all'interruttore posizionato nel quadro elettrico generale marca Bticino mod. T7134HA/160, si richiede sotto quale sezione sia alimentato (ordinaria, preferenziale o continuità)? Inoltre si richiede se è possibile prelevare ulteriore energia elettrica, o se sono disponibili altre tipologie di sezione. Se sì, si richiede di indicare il punto di derivazione.

b) In merito al gruppo elettrogeno da 700 Kw/A, si richieda quanta di questa energia è disponibile per la centrale di sterilizzazione.

c) In merito all'impianto di osmosi inversa da 900 l/h si richiede se esso sia dedicato al servizio di sterilizzazione, e nel caso quanto è la portata disponibile per la centrale. Inoltre si richiede le seguenti caratteristiche dell'impiantistica:

- μ S (Microsiemens);
- Identificazione in planimetria del punto di allaccio all'impianto ospedaliero e dimensione;
- Anno di installazione dell'impianto di acqua demineralizzata.
- Si richiede la planimetria della sottocentrale idrica con riportato l'ingombro delle apparecchiature attualmente installate.

d) In merito al produttore di vapore pulito da 500 Kg/h si richiede se esso sia dedicato al servizio di sterilizzazione, e nel caso quanto sia la portata disponibile per la centrale. Inoltre si richiede le seguenti caratteristiche dell'impiantistica:

- Anno di installazione dell'impianto vapore pulito;
- Si richiede la planimetria della sottocentrale vapore con riportato l'ingombro delle apparecchiature attualmente installate.

e) In merito al produttore di acqua calda sanitaria con accumulo da 2000 litri, si richiede se sia dedicato al servizio di sterilizzazione, inoltre si richiede la scheda tecnica del produttore di acqua calda, e nel caso quanto sia la portata disponibile ai locali adibiti al servizio di sterilizzazione.

f) In merito ai n°2 gruppi frigoriferi da 550 Kw cadauno si richiede quanto sia la potenza frigorifera dedicata ai locali adibiti al servizio di sterilizzazione.

g) In merito allo scambiatore di calore da 1,5 Mw, si richiede quanto sia la potenza termica disponibile ai locali adibiti al servizio di sterilizzazione e la sua localizzazione, oltre le seguenti caratteristiche dei fluidi:

- Temperatura (°C)
- Portata (l/h)
- Pressione (bar)

RISPOSTA

Riferimento a)

Per l'interruttore generale marca Bticino T7134HA/160 si potranno vedere le caratteristiche e le partenze dallo schema pubblicato. Anche per la richiesta di ulteriore energia elettrica dagli schemi pubblicati sono evidenziate riserve con corrente nominale e sezione cavi.

Riferimento b)

Come da allegati oggetto di pubblicazione, per la linea sottesa al Gruppo Elettrogeno vi è una predisposizione per locali farmacia (quelli oggetto di interesse per la posa della nuova centrale di sterilizzazione) con In di 100A.

Riferimenti c), d), e), f), g)

Seguiranno i dati in una successiva risposta.