

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA N.1 ISOLA NEONATALE PER SALA PARTO DEL P.O. CASALE MONFERRATO. RDO 3113246.

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE AL 19/07/2022

QUESITO 1:

In riferimento ai sottocriteri per assegnazione del punteggio si chiedono i seguenti chiarimenti:

Relativamente al punto B-9 si chiede conferma che una soluzione con tecnologia non integrata ma solidale alla struttura con supporto dedicato sia considerato "Requisito presente(4 punti)"

Relativamente al punto B-12 si chiede conferma che una soluzione con tecnologia non integrata ma solidale alla struttura con supporto dedicato sia considerato "Requisito presente(4 punti)"

Relativamente al punto B-13 si chiede conferma che una soluzione con tecnologia non integrata ma solidale alla struttura con supporto dedicato sia considerato "Requisito presente(3 punti)"

RISPOSTA:

In riferimento alle richieste di chiarimenti SOPRA riportate si confermano le caratteristiche oggettive di valutazione indicate nel capitolato di gara n. Z783B617D, ovvero:

Punto B-9

"Pulsossimetria con tecnologia integrata per la rilevazione della saturazione funzionale dell'ossigeno (SpO2) e della frequenza del polso

Criterio Tabellare: 4 punti al sistema con tali caratteristiche. 0 punti agli altri"

Punto B-12

"Manometro integrato per monitoraggio pressione

Criterio Tabellare: 4 punti al sistema con tali caratteristiche. 0 punti agli altri"

Punto B-13

"Controllo frequenza respiratoria direttamente dall'operatore

Criterio Tabellare: 3 punti al sistema con tali caratteristiche. 0 punti agli altri"

QUESITO 2:

Relativamente ai chiarimenti forniti, per il punto B-9 si chiede conferma che fornire un saturimetro non integrato e non fornirlo sia equivalente, ovvero 0 punti in assenza del requisito.

RISPOSTA:

Si comunica che fornire un saturimetro non integrato o non fornirlo non è equivalente, in particolare:

- in presenza di pulsossimetro con tecnologia integrata viene assegnato il punteggio, come previsto al punto B-9 del capitolato di gara, cioè 4 punti;

- in presenza di pulsossimetro con tecnologia non integrata viene assegnato il punteggio, come previsto al punto B-9 del capitolato di gara, cioè 0 punti;
- l'assenza totale del pulsossimetro, essendo richiesto come requisito essenziale, pena esclusione al punto A-6 del capitolato di gara, prevede l'esclusione dalla partecipazione alla gara in oggetto.

Si conferma la caratteristica e prestazione essenziale richiesta del capitolato di gara, in particolare:

A-6 - Unità di controllo integrata per impostazioni e visualizzazione dei parametri monitorati e dei trend grafici e sistema di allarmi. (fornire descrizione dettagliata dell'unità di controllo integrata, se dotata di display LCD, del monitoraggio della temperatura del neonato (indicando se integrato), della valutazione dell'indice di Apgar (indicando se con cronometro digitale integrato) e della pulsossimetria (indicando se integrata con SpO2 e frequenza polso) + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)

Si conferma la caratteristica oggetto di valutazione del capitolato di gara, in particolare:

B-9 - Pulsossimetria con tecnologia integrata per la rilevazione della saturazione funzionale dell'ossigeno (SpO2) e della frequenza del polso (Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-6)

Criterio Tabellare: 4 punti al sistema con tali caratteristiche. 0 punti agli altri