

**FORNITURA DI N. 14 LETTI PER TERAPIA INTENSIVA E N. 17 LETTI DI  
TERAPIA SEMI INTENSIVA PER L'ALLESTIMENTO DI POSTI LETTO DI  
TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA**

**GARA N.2**

**RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE  
AGGIORNAMENTO AL 23.09.2022**

**QUESITO N. 1  
RIFERIMENTO A-11**

Basculamento e movimentazione laterale del paziente tramite piano rete e/o materasso +/- 15° per manovre di nursing, indipendentemente dal peso del paziente.

(fornire dettagliata descrizione della movimentazione laterale paziente tramite piano rete e/o materasso, indicando quanto richiesto in gradi)

La voce sopra indicata, preclude la possibilità di partecipare al lotto. La procedura di Invitalia riguardava esclusivamente i letti da TI, per i quali la caratteristica indicata nella voce A-11 era presente, ma i prezzi proposti erano e sono decisamente più alti della base d'asta prevista da questa gara. Sono stati offerti anche letti da TI semi intensiva, aventi tutte le caratteristiche richieste ad eccezione del basculamento laterale.

**RISPOSTA:**  
***Si conferma quanto richiesto in capitolato***

**QUESITO N. 2  
SOTTOCRITERIO A PUNTEGGIO B-5**

Caratteristiche struttura a compasso Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A-2

Criterio Tabellare:

3 punti in presenza del requisito.

0 punti in assenza del requisito

In relazione al sottocriterio sopraindicato, nell'ipotesi di poter partecipare con un letto privo del basculamento laterale, chiediamo di precisare i vantaggi correlati ad un sistema di sollevamento a compassi anziché a colonna, tali da giustificare l'attribuzione di un punteggio on off di 3 punti.

**RISPOSTA:**

**CHIARIMENTO 2 - riferimento B5:**

***Si conferma il criterio tabellare ed il punteggio e' assegnato se in presenza del requisito o no.***

***La struttura a compasso è preferita/valorizzata, poichè consente di avere un minor peso del letto ed una maggior stabilità del piano rete.***

**QUESITO N. 3**

Le caratteristiche tecniche indicate sul documento "Capitolato Speciale", pagine 45 a 49, titolate "CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI ESSENZIALI RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE", non sono previste tra quelle della procedura Invitalia in special modo le parti di seguito virgolettate:

**LOTTO 1: FORNITURA DI N.14 LETTI PER TERAPIA INTENSIVA**

A3: Allungamento "elettrico" del piano rete

A5: Dimensioni e ingombro complessivo: indicativamente "cm. 220x100 ( $\pm 5$  cm.)

A6: 4 ruote antistatiche di almeno 150 mm. di diametro

A10: Altezza del piano rete variabile, con un range compreso fra cm. 40 e cm. 80 ( $\pm 5$  cm.)

A11: Funzioni trendelemburg e anti-trendelenburg da 0° a +/- 15°

A12: Basculamento e movimentazione laterale del paziente tramite piano rete e/o materasso +/- 20° per manovre di nursing, indipendentemente dal peso del paziente

A17: Barre di drenaggio laterali con ganci amovibili

**LOTTO 2: FORNITURA DI N.17 LETTI PER TERAPIA SUB INTENSIVA**

A4: Dimensioni e ingombro complessivo: indicativamente cm. 220x100 ( $\pm 5$  cm.)

A5: 4 ruote antistatiche di almeno 150 mm. di diametro

A9: Altezza del piano rete variabile, con un range compreso fra cm. 40 e cm. 80 ( $\pm 5$  cm.)

A10: Funzioni trendelemburg e anti-trendelenburg da 0° a +/- 15°

A11: Basculamento e movimentazione laterale del paziente tramite piano rete e/o materasso +/- 15° per manovre di nursing, indipendentemente dal peso del paziente

A17: Provvisto di Bilancia pesa paziente integrata in classe III, dotata di allarme "uscita paziente", conforme agli standard EN 45501.(fornire dettagliata descrizione delle caratteristiche della bilancia integrata indicando se la visualizzazione su display è in modo continuo e se il display è di tipo touch screen).

Tali specifiche tecniche restrittive che cambierebbero le regole "durante la partita", non possono essere dunque richieste in quanto le caratteristiche dei letti nella procedura sono già state definite al momento della composizione dell'elenco dei letti e dei fornitori e solo quelli devono/posso essere.

Chiediamo pertanto di eliminare le sopracitate caratteristiche tecniche dall'elenco delle "CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI ESSENZIALI RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE" in quanto non previste fra le specifiche tecniche minime e in quelle opzionali richieste della procedura Invitalia.

I requisiti richiesti "restrittivi" sono stati determinati da esigenze ambientali e strutturali oltre alla tipologia di pazienti da assistere

#### **RISPOSTA:**

***I requisiti richiesti "restrittivi" sono stati determinati da esigenze ambientali e strutturali oltre che alla tipologia di pazienti da assistere. Pertanto si ritiene di confermare quanto richiesto in capitolato.***

#### **QUESITO N. 4**

##### **LOTTO 1: FORNITURA DI N. 14 LETTI PER TERAPIA INTENSIVA:**

L'insieme delle caratteristiche e prestazioni essenziali richieste a pena di esclusione, indicate nel capitolato speciale di seguito elencate, non consentono la partecipare alla gara

Si chiede quindi che vengano rimosse le caratteristiche in quanto il modello di letto da terapia intensiva "OMISSIS" è stato valutato idoneo nello "elenco Arcuri" al quale fa riferimento la procedura da voi pubblicata.

Inoltre il modello di letto da terapia intensiva "OMISSIS" è stato aggiudicato nella gara regionale SCR Piemonte per il potenziamento dei 160 posti letto da terapia intensiva per l'emergenza Covid, ed è attualmente in uso in tutte le terapie intensive del Piemonte comprese quelle degli ospedali della VS Spett.le Asl Alessandria.

Si elenca di seguito evidenziando in rosso le caratteristiche che non permettono la partecipazione alla procedura di gara :

A-1 Piano rete a 4 sezioni e 3 snodi completamente elettrico e radiotrasparente (fornire descrizione della struttura e del materiale del piano letto, delle sezioni e del sistema motorizzato di sollevamento ed indicare se il piano può accogliere qualunque materasso antidecubito con funzioni cliniche differenti in base alle diverse tipologie di pazienti, attualmente in commercio, mantenendo inalterate le funzionalità terapeutiche del letto.)

A-8 Piano letto con ampia zona radiotrasparente per accessibilità sistema radiologico ad arco a C (fornire dettagliata descrizione della zona radiotrasparente per accessibilità a sistema rx indicando superficie in cm<sup>2</sup>)

A-12 Basculamento e movimentazione laterale del paziente tramite piano rete e/o materasso +/- 20° per manovre di nursing, indipendentemente dal peso

del paziente (fornire dettagliata descrizione della movimentazione laterale paziente tramite piano rete e/o materasso, **indicando quanto richiesto in gradi**) A-15 Tasto CPR elettrico e Leva manuale CPR bilaterale. Funzione trendelenburg di emergenza (fornire dettagliata descrizione tasto CPR elettrico dedicato, leva manuale CPR bilaterale e funzione associata; descrivere dettagliatamente la funzione trendelenburg di emergenza ed **indicare se con tale tasto è possibile l'azzeramento del piano e la discesa dello stesso**)

A-17 **Barre di drenaggio laterali con ganci amovibili** (fornire dettagliata descrizione della configurazione delle barre di drenaggio laterali ) A-19 Bilancia pesa paziente integrata con portata  $\geq 240$  kg (fornire dettagliata descrizione delle caratteristiche della bilancia integrata (tipologia monitor, max valore di pesatura in Kg, sistema memorizzazione misurazioni rilevate, interfaccia utente, grado di protezione contro la penetrazione dei liquidi - (IP xx) **ed indicare se possibile la visualizzazione in continuo su display**

Le medesime caratteristiche sono oggetto di valutazione qualitativa, chiediamo pertanto la revisione sia dei requisiti minimi di partecipazione che dei relativi criteri di valutazione al fine di poter partecipare alla presente procedura e permettere un'ampia e qualificata partecipazione alla gara.

## **Risposta**

Per quanto indicato ai parametri A1/8/12/15/19 per le sole parti evidenziate dalla scritta in **ROSSO**

***Si tratta di indicazioni e precisazioni riferiti ai singoli criteri utili per la valutazione non comportano l'esclusione.***

Per quanto riguarda il parametro A-17 **Barre di drenaggio laterali con ganci amovibili** (fornire dettagliata descrizione della configurazione delle barre di drenaggio laterali )

***Si conferma quanto indicato in capitolato***