

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA
PRESUPPOSIZIONE DI PRESIDI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA DA
SFORZO FEMMINILE OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZIONALE AIC 5 -
FABBISOGNO: MESI 36 – GARA A.N.A.C. N. 9005928 - R.D.O. N. 3524242**

In data 05.06.2023 con inizio alle ore 10:10 circa, presso la S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale di Novi Ligure – Via Edilio Raggio n. 12, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, preposta alla valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata indicata in oggetto e nominata con determinazione del Direttore della S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale dell'A.S.L. AL n. 683 del 12.05.2023, esecutiva nelle forme di legge, nei seguenti componenti:

Presidente

Dott.ssa Cristina Lozzi – S.C. Urologia P.O Novi Ligure – Dirigente Medico – A.S.L. AL

Componenti

Dott. Vittorio Canale – S.C. Urologia - A.S.L. AT

Dott.ssa Vikiela Galica – S.C. Urologia – A.O. AL

La S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale ha fornito supporto con funzioni esclusivamente di segreteria mediante la presenza della Dott.ssa Claudia Gazzaniga e del dott. Gianni Musso, Collaboratori Amministrativi Cat. "D".

I componenti la Commissione Giudicatrice hanno dichiarato di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 683 del 12.05.2023 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 18.04.2016 n. 50.

La Commissione Giudicatrice prende atto preliminarmente che, a seguito dell'adozione della determinazione a contrarre del Direttore della S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale dell'A.S.L. AL n. 531 del 06.04.2023, esecutiva nelle forme di legge, è stata processata in data 13.04.2023 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la R.D.O. n. 3524242 in modalità "ad invito" senza pubblicare l'elenco di cui alla nota prot. n. 37679 del 12.04.2023 contenente i nominativi degli operatori economici da invitare a produrre offerta nell'ambito della presente procedura negoziata senza pubblicazione di bando, stante la prescrizione di cui all'art. 53 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 03.05.2023 sono pervenute e registrate tramite piattaforma M.E.P.A. le seguenti offerte:

DITTA	SEDE	P.IVA	LOTTI PER CUI È STATA PRESENTATA OFFERTA	DATA ED ORA PRESENTAZIONE OFFERTA
D.B.I. S.r.l.	Via della Colombaia, 12 CAP: 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)	03566121202	1, 4, 5, 7, 9	02.05.2023 Lotto 1:13:18 Lotto 4:13:32 Lotto 5:14:24 Lotto 7:14:34

inserimento			
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	20
Assistenza post vendita	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con le migliori caratteristiche. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	5
Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto	Criterio <u>Discrezionale</u> : massimo punteggio alla Ditta sistema con il minor impatto ambientale. Alle altre Ditte punteggi inferiori.	D	8
TOTALE			70

I “**Punteggi Discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro “**Qualità**” saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

Tutto ciò premesso, la Commissione Giudicatrice, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di gara, sulla base della documentazione tecnica prodotta dal soggetto concorrente e della campionatura presentata, decide di attribuire il seguente coefficiente di giudizio tecnico afferente per il parametro "Qualità" in esame:

Lotto 1 – TOT OUT IN

SOTTOCRITERIO	Tip. criterio	PUNT.	INNOVAMEDICA	DBI	DIMED
Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)	D	17	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,50 Punteggio = 8,50	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 17	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 17
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento	D	20	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,50 Punteggio = 10	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,50 Punteggio = 10	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività	D	20	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 18	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 18
Assistenza post vendita	D	5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5
Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto	D	8	Giudizio = Non valutabile Coefficiente = 0,00 Punteggio = 0,00	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20
TOTALE		70	41	58,70	66,70
TOTALE RIPARAMETRATO			43,03	61,60	70

Sottocriterio: Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)

Ditta Innovamedica S.p.A.

La qualità del materiale risulta mediocre in quanto il manipolo è denotato da eccessiva pesantezza e da una conseguente scomodità di utilizzo in campo operatorio.

Sottocriterio: Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento

Ditta Innovamedica S.p.A.

Le caratteristiche funzionali del prodotto risultano mediocri in relazione alla non ergonomia del manipolo.

Ditta D.B.I. S.r.l

Le caratteristiche funzionali del prodotto risultano mediocri in quanto la curvatura del manipolo, non elicoidale, non consente un inserimento anatomico del dispositivo.

Sottocriterio: Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività

Ditta Innovamedica S.p.A.

Il prodotto appare soddisfacente dal punto di vista della atraumaticità, tuttavia il marcatore centrale risulta solo parzialmente visibile in campo operatorio.

Ditta Dimed S.r.l.

Il prodotto appare soddisfacente dal punto di vista della atraumaticità, tuttavia la rete risulta eccessivamente rigida.

Sottocriterio: Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto

Innovamedica S.p.A

Assenza di allegazioni in merito a documentazione scientifica/studi pubblicati sul materiale offerto.

Lotto 2 – TOT OUT IN 2

SOTTOCRITERIO	Tipologia criterio	PUNTEGGIO	DIMED	COLOPLAST
Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)	D	17	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 17	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 17
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento	D	20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività	D	20	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 18	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 18
Assistenza post vendita	D	5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5
Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto	D	8	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20
TOTALE		70	66,70	66,70
TOTALE RIPARAMETRATO			70	70

Sottocriterio: Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività

Ditta Coloplast S.r.l.

Il prodotto offerto appare soddisfacente dal punto di vista della atraumaticità, sebbene carente per quanto riguarda le modalità di ancoraggio.

Ditta Dimed S.r.l.

Il prodotto appare soddisfacente dal punto di vista della atraumaticità, tuttavia la rete risulta eccessivamente rigida.

Lotto 3 - TVTO

SOTTOCRITERIO	Tipologia criterio	PUNTEGGIO	JOHNSON&JOHNSON
Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)	D	17	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 17
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento	D	20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività	D	20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
Assistenza post vendita	D	5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5
Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto	D	8	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20
TOTALE		70	68,70

Lotto 4 – MINILISING

SOTTOCRITERIO	Tipologia criterio	PUNTEGGIO	COLOPLAST	DBI
Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)	D	17	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 17	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 13,60
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento	D	20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 16
Caratteristiche funzionali del prodotto	D	20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0

in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività			Punteggio = 20	Punteggio = 20
Assistenza post vendita	D	5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5
Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto	D	8	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20
TOTALE		70	68,70	61,30
TOTALE RIPARAMETRATO			70	62,46

Sottocriterio: Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)

Ditta D.B.I. S.r.l

La qualità del materiale risulta buona, ma, in particolare relativamente alle caratteristiche tecniche, si evidenzia la non regolabilità della rete.

Sottocriterio: Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento

Ditta D.B.I. S.r.l

Il prodotto offerto appare soddisfacente dal punto di vista della atraumaticità, sebbene l'inserimento dell'ago risulti non troppo agevole all'operatore sanitario.

Lotto 5 - MINILISING 2

SOTTOCRITERIO	Tipologia criterio	PUNTEGGIO	DBI	DIMED
Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)	D	17	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 13,60	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,50 Punteggio = 8,50
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento	D	20	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 16	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,50 Punteggio = 10
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività	D	20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20	Giudizio = Sufficiente Coefficiente = 0,60 Punteggio = 12

Assistenza post vendita	D	5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5
Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto	D	8	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20
TOTALE		70	61,30	42,20
TOTALE RIPARAMETRATO			70	48,19

Sottocriterio: Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)

Ditta D.B.I. S.r.l

La qualità del materiale risulta buona, in quanto, relativamente alle caratteristiche tecniche, si evidenzia la non regolabilità della rete.

Ditta Dimed S.r.l.

Il prodotto viene ritenuto mediocre in particolar modo per la qualità della rete non soddisfacente rispetto agli standard di utilizzo.

Sottocriterio: Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento

Ditta D.B.I. S.r.l

Il prodotto offerto appare soddisfacente dal punto di vista della atraumaticità, tuttavia l'inserimento dell'ago risulta non agevole all'operatore sanitario.

Ditta Dimed S.r.l.

Il prodotto viene ritenuto funzionalmente mediocre in quanto il sistema di ancoraggio alla rete risulta passivo e, dunque, ne consegue che l'inserimento del medesimo è non immediato.

Sottocriterio: Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività

Ditta Dimed S.r.l.

La funzionalità del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso appare sufficiente soprattutto con riguardo alla poco soddisfacente atraumaticità del dispositivo.

Lotto 6 – MESH PER LA CORREZIONE DEI PROLASSI IN VIA LAPAROSCOPICA

SOTTOCRITERIO	Tipologia criterio	PUNTEGGIO	JOHNSON&JOHNSON	COLOPLAST
Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)	D	17	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,50 Punteggio = 8,50	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 17
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con	D	20	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,50 Punteggio = 10	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20

particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento				
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività	D	20	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,50 Punteggio = 10	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
Assistenza post vendita	D	5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5
Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto	D	8	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20
TOTALE		70	40,20	68,70
TOTALE RIPARAMETRATO			40,96	70

Sottocriterio: Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)

Ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A.

La qualità del materiale risulta mediocre, in quanto la rete risulta non sagomata.

Sottocriterio: Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento

Ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A.

Il prodotto viene ritenuto mediocre in particolar modo per la non soddisfacente maneggevolezza della rete.

Sottocriterio: Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività

Ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A.

La funzionalità del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso appare mediocre soprattutto con riguardo all'invasività del dispositivo.

Lotto 7 - MESH PER LA CORREZIONE DEI PROLASSI IN VIA LAPAROSCOPICA 2

SOTTOCRITERIO	Tip. crit.	PUNT.	DBI	INNOVAMEDICA	COLOPLAST
Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)	D	17	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,50 Punteggio = 8,50	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 17	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 17
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla	D	20	Giudizio = Sufficiente Coefficiente = 0,60	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20

destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento			Punteggio = 12		
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività	D	20	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 16	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 16	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
Assistenza post vendita	D	5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5
Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto	D	8	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20	Giudizio = Non valutabile Coefficiente = 0,00 Punteggio = 0,00	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20
TOTALE		70	48,20	57,50	68,70
TOTALE RIPARAMETRATO			49,11	58,59	70

Sottocriterio: Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)

Ditta D.B.I. S.r.l

La qualità del materiale, in particolare della rete, risulta mediocre, in quanto non soddisfacente per quanto riguarda resistenza e leggerezza.

Sottocriterio: Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento

Ditta D.B.I. S.r.l

Le caratteristiche funzionali del prodotto sono ritenute sufficienti data l'assenza dei marcatori sulla rete.

Sottocriterio: Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività

Ditta D.B.I. S.r.l

Il prodotto appare dotato di soddisfacenti caratteristiche funzionali in rapporto alla destinazione d'uso, ma non totalmente soddisfacente dal punto di vista della atraumaticità e della non invasività.

Ditta Innovamedica S.p.A.

Il prodotto appare dotato di soddisfacenti caratteristiche funzionali in rapporto alla destinazione d'uso, sebbene carente dal punto di vista della atraumaticità e della non invasività.

Sottocriterio: Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto

Innovamedica S.p.A

Assenza di allegazioni in merito a documentazione scientifica/studi pubblicati sul materiale offerto.

Lotto 8 – MESH PER SOSPENSIONE LATERALE LAPAROSCOPICA

SOTTOCRITERIO	Tipologia criterio	PUNTEGGIO	ENDOTECNICA
Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)	D	17	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 17
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento	D	20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività	D	20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
Assistenza post vendita	D	5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5
Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto	D	8	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20
TOTALE		70	68,70

Lotto 9 – TVT

SOTTOCRITERIO	Tipologia criterio	PUNTEGGIO	DBI
Qualità del materiale (caratteristiche tecnico costruttive con particolare riguardo alla leggerezza e resistenza del materiale)	D	17	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 17
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza e facilità di inserimento	D	20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla atraumaticità ed alla minore invasività	D	20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
Assistenza post vendita	D	5	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 4,5
Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto	D	8	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,90 Punteggio = 7,20
TOTALE		70	68,70

Si precisa, infine, che, per quanto concerne i criteri **Assistenza post vendita** e **Valutazione della documentazione scientifica presentata e studi pubblicati sul materiale offerto**, la Commissione Giudicatrice, giudicata soddisfacente la documentazione presentata dagli operatori economici offerenti e non reputando elemento discriminante la differente corposità e/o ampiezza della medesima, ha ritenuto di giudicare complessivamente ed uniformemente come **“OTTIMO”** (Coefficiente: 0,9) quanto allegato dalle seguenti Ditte partecipanti:

D.B.I. S.r.l.;
Coloplast S.r.l.;
Dimed S.r.l.;

Johnson & Johnson Medical S.p.A.;
Endotecnica S.r.l.

Per quanto concerne la ditta **Innovamedica S.p.A.**, data l'accertata assenza di documentazione scientifica, viene valutata con giudizio "**OTTIMO**" unicamente il criterio relativo all'Assistenza post-vendita).

La Commissione Giudicatrice conclude i lavori alle ore 11:20 circa redigendo il presente verbale che, composto da n. 12 facciate comprese le sottoscrizioni, viene successivamente letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti.

Dott.ssa Cristina Lozzi

Dott. Vittorio Canale

Dott.ssa Vikiela Galica
