

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.

Sede legale: Via Venezia, 6- Alessandria

**Verbale della commissione giudicatrice preposta alla
valutazione delle offerte presentate dalle Ditte
partecipanti alla procedura aperta per la fornitura di
PRESIDI PER ENDOUROLOGIA E URODINAMICA
occorrenti all'A.S.L. AL all'A.S.L. AT e all'A.O. di
Alessandria - Gara n. 7871531**

Nella seguenti giornate:

1 Ottobre 2021 dalle ore 9,30 c.a. alle ore 16,00 c.a.

3 novembre 2021 dalle ore 9,30 c.a. alle ore 14,00 c.a.

18 novembre 2021 dalle ore 9,30 c.a. alle ore 13,10 c.a.

presso la S.C. E.L.A.P. di Acqui Terme – Via Alessandria n. 1, si è
riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata
con determinazioni del Direttore della S.C. E.L.A.P. dell'A.S.L. AL n.
588 del 29.03.2021 nelle seguenti persone:

Presidente

D.ssa Enrica Bonadeo

Farmacista Dirigente

In rappresentanza dell'A.S.L. AL di Alessandria

Componenti

Dott. Luca Ruggiero

Dirigente Medico S.S. Urologia

D.ssa Cristina Rossi

Dirigente Medico S.C. Urologia

In rappresentanza dell'A.S.L. AL di Alessandria

Dott. Michele Cussotto

Dirigente Medico S.C. Urologia

In rappresentanza dell'A.S.L di Asti

Dott. Andrea Di Stasio

Dirigente Medico Responsabile S.C. Urologia

In rappresentanza dell'A.O. di Alessandria

Come prescritto dall'art. 282 3° comma del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. i componenti la Commissione Giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 6 del 08.02.2015 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 84 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e di astensione previste dall'art. 51 del Codice Procedura Civile.

Preliminarmente, la Commissione prende conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura aperta accertando in particolare quanto segue:

con deliberazione del Commissario dell'A.S.L. n. 130 del 02.03.2020 esecutiva ai sensi di legge si è proceduto all'indizione della procedura aperta in oggetto e all'approvazione del Capitolato Speciale.

La Commissione rileva il termine per la presentazione delle offerte economiche è stato prorogato ai sensi dell'art. 103 del DL del

17.03.2020 n.18 dal 28.04.2020 al 26.06.2020 e nella seduta telematica svoltasi in data 01.07.2020 tramite la piattaforma telematica denominata "Sintel" sono state ammesse le seguenti Ditte che hanno richiesto di partecipare:

DITTA ENDOTECNICA S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1611585621518 DEL 25.01.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-2-9-11-13-15-17-23-26-37-38.

DITTA COOK ITALIA S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1611651898397 DEL 26.01.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-7-8-9-10-11-12-13-15-16-22-23-26-27-30-31-37-41

DITTA COLMA SRL

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612187282663 DEL 01.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-2-3-5-6-7-10-11-13-15-17-21-26-28

DITTA BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612254139253 DEL 02.01.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-2-4-5-7-10-11-12-13-15-20-22-26-27-31-37-38.

DITTA COLOPLAST SPA

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612267422928 DEL 02.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 2-3-4-5-6-8-10-11-13-16-18-20-24-25-26-28-29-32-33-35-38

DITTA MEDICA S.P.A.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612346187953 DEL 03.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 39-40

DITTA MEDIVAL S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612431401936 DEL 04.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 11-13-15-17-21

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612434406107 DEL 04.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 36

DITTA BARD S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612450000866 DEL 04.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 2-3-4-9-13-17-27

DITTA HC ITALIA S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612517395226 DEL 05.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 39-40

DITTA PIEMMEMED S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612527056406 DEL 05.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-5-18-22-23-26-27-37

DITTA TELEFLEX S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612527056406 DEL 08.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-2-3-7-10-11-15-17-19-21-22-23-26-27-28-31-32-36

DITTA E.F.M.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612784048873 DEL 08.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE -2-3-7-10-11-15-17-19-21-22-23-26-27-28-31-32-36

Handwritten signatures and initials in black ink on the right side of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a signature at the top, a large stylized 'R' or 'L' in the middle, and another signature at the bottom.

DITTA B.BRAUN MILANO SPA

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612794072440 DEL 08.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 24-25-26

DITTA MEHOS S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612794072440 DEL 08.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 7

DITTA TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612859531867 DEL 09.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-3-5-7-10-19-26-32

DITTA CARLO BIANCHI

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612869398655 DEL 09.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-3-5-7-10-19-26-32

DITTA TAU MEDICA S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612874165921 DEL 09.02.2021

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-2-7-24-26-29-36

La Commissione Giudicatrice prende atto del Capitolato Speciale di gara e precisa che la presente fornitura sarà aggiudicata per singoli lotti indivisibili a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto **l'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA' **MAX PUNTI 70**

PREZZO **MAX PUNTI 30**

Suddivisi nei seguenti sottocriteri di valutazione:

LOTTO 2:

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (con eventuale esame anche di campioni se ritenuto necessario dalla Commissione Giudicatrice)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	17
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE (giudizio clinico, esigenze di manualità, da valutarsi in presenza di campionatura, tecniche in uso ed indirizzi terapeutici degli operatori sanitari ecc...)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	27
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI attinente al presidio offerto con indicazione degli estremi di pubblicazione (eventualmente da produrre su richiesta della Commissione Giudicatrice)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5
ASSISTENZA SPECIALIST : disponibilità a garantire la presenza dell'informatore specialista durante l'attività chirurgica con appropriato supporto tecnico formativo e modalità con cui viene dato seguito all'affiancamento . Dichiarazione della Ditta da allegare alla documentazione tecnica	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5
CARATTERISTICA PREFERENZIALE: rivestimento idrofilico su tutta la lunghezza	Criterio tabellare: punteggio fisso e predefinito che sarà attribuito o non attribuito in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.	T	8
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (intesa come resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	8

RESTANTI LOTTI

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Ca' and other initials like 'GB' and '1211'.

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (con eventuale esame anche di campioni se ritenuto necessario dalla Commissione Giudicatrice)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE (giudizio clinico, esigenze di manualità, da valutarsi in presenza di campionatura, tecniche in uso ed indirizzi terapeutici degli operatori sanitari ecc...)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI attinente al presidio offerto con indicazione degli estremi di pubblicazione (eventualmente da produrre su richiesta della Commissione Giudicatrice)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	6
ASSISTENZA SPECIALIST : disponibilità a garantire la presenza dell'informatore specialista durante l'attività chirurgica con appropriato supporto tecnico formativo e modalità con cui viene dato seguito all'affiancamento . Dichiarazione della Ditta da allegare alla documentazione tecnica	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (intesa come resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	8

Con la lettera **D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Fatto salvo ove diversamente specificato, l'attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall'A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio, l'attribuzione del punteggio afferente il parametro **"QUALITA'"** verrà calcolato moltiplicando il coefficiente

BB
h
211
g

AK

attribuito in forma congiunta per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi di tutti i sottocriteri. Successivamente, i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "**Qualità**" saranno in ogni caso ~~attribuiti 70 punti~~ mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito dalla Commissione Giudicatrice un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

Terminati questi adempimenti La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione tecnica e delle campionature messe a disposizione della S.C. E.L.A.P secondo gli esiti di seguito riportati:

LOTTO 1 : STENT URETERALE A BREVE PERMANENZA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	ENDOTECNICA	COOK	COLMA
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef. 0,5 punti 10	Coef. 0,7 punti 14	Coef. 0,4 punti 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef. 0,4 punti 12	Coef. 0,8 punti 24	Coef. 0,3 punti 9
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef. 1 punti 6	Coef. 1 punti 6	Coef. 0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef. 1 punti 6	Coef. 1 punti 6	Coef. 1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef. 1 punti 8	Coef. 1 punti 8	Coef. 1 punti 8
TOTALE PUNTI		42	58	31** esclusa
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		45,94	63,44	esclusa

** Ditta Colma: materiale poco maneggevole, spingitore rigido e privo di marker radiopaco

LOTTO 1

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	BOSTON	PIEMMEMED	E.F.M.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef. 1 punti 20	Manca il filo guida, non conforme a quanto prescritto all'art. 27 dal Capitolato Speciale di gara	Coef. 0,5 punti 10
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef. 1 punti 30		Coef. 0,3 punti 9
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef. 0 punti 0		Coef. 0 punti 0

ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6		Coef. 1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8		Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		64	Non conforme	33** esclusa
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	Non conforme	esclusa

** Ditta E.F.M. : spingitore rigido privo di marker radiopaco. Alla prova d'uso con acqua a temperatura corporea rimane rigido.

LOTTO 1

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLEX	TAU MEDICA
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef.0,5 punti 10	Il filo guida è in acciaio e non in "nitinol". Non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del Capitolato Speciale di gara.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef. 0,4 punti 12	
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef. 0 punti 0	
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	
CONFEZIONAMENTO	8	Coef. 0,5 punti 4	
TOTALE PUNTI		32** esclusa	Non conforme
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		esclusa	Non conforme

** Ditta Teleflex: spingitore privo di marker radiopaco, estremo prossimale con punta scarsamente rastremata.
Il marcatore presente ad ogni centimetro può rendere meno agevole il posizionamento dello stent.

LOTTO 2 : STENT URETERALE A MEDIA – LUNGA PERMANENZA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	ENDOTECNIC A	COLMA	BOSTON
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	17	Coef. 0,6 punti 10,20	Coef. 0,4 punti 6,8	Coef. 0,7 punti 11,90
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE (27	Coef. 0,6 punti 16,20	Coef. 0,2 punti 5,4	Coef. 0,7 punti 18,9
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI attinente al presidio offerto con indicazione degli estremi di pubblicazione Giudicatrice)	5	Coef. 0,5 punti 2,5	Coef. 0,4 punti 2	Coef. 0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST : de tecnica	5	Coef. 1 punti 5	Coef. 0,5 punti 2,5	Coef. 1 punti 5
CARATTERISTICA PREFERENZIALE: rivestimento idrofilico su tutta la lunghezza	8	Coef. 0 punti 0	Coef. 1 punti 8	Coef. 0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (intesa come resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	8	Coef. 1 punti 8	Coef. 1 punti 8	Coef. 1 punti 8
TOTALE PUNTI		41,90	32,70 ** esclusa	43,8
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		45,12	esclusa	47,17

** Ditta Colma: materiale poco maneggevole, spingitore rigido e privo di marker radio-
paco. Caratteristica di unicità non valutabile.

LOTTO 2 :

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST	BARD	E.F.M.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	17	Coef. 1 punti 17	Coef. 0,6 punti 10,20	Coef. 0,5 punti 8,5
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE (27	Coef. 1 punti 27	Coef. 0,5 punti 13,50	Coef. 0,4 punti 10,8
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI attinente al presidio offerto con indicazione degli estremi di pubblicazione Giudicatrice)	5	Coef. 0 punti 0	Coef.1 punti 5	Coef. 0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST : de tecnica	5	Coef. 1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef. 0 punti 0
CARATTERISTICA PREFERENZIALE: rivestimento idrofilico su tutta la lunghezza	8	Coef. 1 punti 8	Coef. 0 punti 0	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (intesa come resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	8	Coef. 1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef. 1 punti 8
TOTALE PUNTI		65	41,7	27,3 ** esclusa
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	44,91	esclusa

** Ditta E.F.M. : spingitore rigido, privo di marker radiopaco .Alla prova d'uso con acqua a temperatura corporea rimane rigido.

Handwritten signatures and initials, including 'EB', 'Ca', and a large stylized signature, are present in the bottom right corner of the page.


LOTTO 2 :

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TAU MEDICA
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	17	Filo guida in acciaio e non in nitinol. Non conforme a quanto prescritto all'art 27 del capitolato speciale di gara
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE (27	
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	5	
ASSISTENZA SPECIALIST : de tecnica	5	
CARATTERISTICA PREFERENZIALE: rivestimento idrofilico su tutta la lunghezza	8	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Non conforme
TOTALE PUNTI		
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		



LOTTO 3: STENT URETERALE DOPPIO J ARMATO (TUMOR STENT)

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLMA	COLOPLAST	BARD
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Filo guida non in Nitinol , non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato Speciale di gara	Coef.1 punti 20	Manca filo guida in Nitinol, non conforme a quanto prescritto dall'art.27 capitolato speciale di gara.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30		Coef,1 punti 30	
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6		Coef.0 punti 0	
ASSISTENZA SPECIALIST :	6		Coef.1 punti 6	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	6		Coef 1 punti 8	
TOTALE PUNTI		Non conforme	64	Non conforme
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		Non conforme	70	Non conforme

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top right, there are initials 'BB'. Below them, a signature that appears to be 'Cec'. Further down, there is a large, stylized signature that looks like 'M'. At the bottom left, there is another signature that looks like 'A'.

LOTTO 3

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	E.F.M.	TELEFLEX
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE	20	Manca filo guida in Nitinol, non conforme a quanto prescritto dall'art.27 del capitolato speciale di gara.	Manca filo guida in Nitinol, non conforme a quanto prescritto dall'art.27 del capitolato speciale di gara.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30		
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI atti	6		
ASSISTENZA SPECIALIST :	6		
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8		
TOTALE PUNTI		Non conforme	Non conforme
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		Non conforme	Non conforme



LOTTO 4 : STENT URETERALE DOPPIO J

SOTTOCRITERI	MAX PUN TI	BOSTON	COLOPLAST	BARD
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Cof.1 punti 20	Manca sistema antidecubito, ha il pigtail anche distalmente. Non conforme a quanto prescritto dall'art. 27 del capitolato speciale di gara	Filo guida non in Nitinol, non conforme a quanto prescritto dall'art. 27 del capitolato speciale di gara.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Cof.1 punti 30		
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Cof.0 punti 0		
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Cof.1 punti 6		
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Cof.1 punti 8		
TOTALE PUNTI		64	Non conforme	Non conforme
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	Non conforme	Non conforme

LOTTO 5 : STENT URETERALE A DOPPIO J

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLMA	BOSTON	COLOPLAST
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Il campione presentato è uno Stent con estremità prossimale chiusa, non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara.	Coef.0,6 punti 12	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30		Coef.0,5 punti 15	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6		Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6		Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8		Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		Non conforme	41	64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		Non conforme	44,84	70

LOTTO 5

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	PIEMMEMED	TELEFLEX
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Manca filo guida, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara.	Coef. 0,5 punti 10
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30		Coef.0,5 punti 15
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6		Coef. 0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6		Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8		Coef.0,6 punti 4,80
TOTALE PUNTI		Non conforme	35,80
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		Non conforme	39,16

Handwritten signature and initials, possibly reading 'M. G. B.' or similar, located in the bottom right corner of the page.

LOTTO 6 : STENT URETERALE DOPPIO J PER PIELOPLASTICA E ENDOPIELOTOMIE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLMA	COLOPLAST
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef.0,5 punti 10	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef 0,5 punti 15	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.0,5 punti 4	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		35	64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		38,28	70







LOTTO 7 : STENT URETERALE MONO J

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLMA	BOSTON	E.F.M.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Presenta solo una lunghezza (cm 70) non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara	Filo guida non in Nitinol , non coforme a quanto prescritto all'art.. 27 del capitolato speciale di gara	Filo guida non in Nitinol , non coforme a quanto prescritto all'art.. 27 del capitolato speciale di gara
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30			
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6			
ASSISTENZA SPECIALIST :	6			
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8			
TOTALE PUNTI		Non conforme	Non conforme	Non conforme

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures: one at the top right, one in the middle right, and one at the bottom left of the signature area. The initials 'BB' are written above the top signature.

LOTTO 7

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	MEHOS	TELEFLEX	TAU MEDICA
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Filo guida non in Nitinol , non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara	Filo guida non in Nitinol , non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara	Filo guida non in Nitinol , non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30			
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6			
ASSISTENZA SPECIALIST :	6			
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8			
TOTALE PUNTI		Non conforme	Non conforme	Non conforme






LOTTO 7

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COOK
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	<p>Filo guida non in Nitinol , non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara</p>
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	
TOTALE PUNTI		Non conforme

LOTTO 8 : CAMICIA PER ACCESSO URETERALE LUNGHEZZA CM 35-45

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COOK	COLOPLAST
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.0,5 punti 10	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,5 punti 15	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		45	64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		49,22	70



12/16

LOTTO 9 : CAMICIA PER ACCESSO URETERALE LUNGHEZZA CM 90 CIRCA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	ENDOTECNICA	COOK	BARD
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef.1 punti 20	Mancano le linee dedicate al filo guida, non conforme a quanto prescritto all'art.27 dal capitolato speciale di gara	Mancano le linee dedicate al filo guida, non conforme a quanto prescritto all'art.27 dal capitolato speciale di gara
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30		
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.1 punti 6		
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6		
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Non conforme	Non conforme
TOTALE PUNTI		70		

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Nig' and several smaller initials like 'BB' and 'G'.

LOTTO 10 : CESTELLO PER URETEROSCOPIA RIGIDA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COOK	COLMA	BOSTON
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef.1 punti 20	Coef.0,4 punti 8	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.0,4 punti 12	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		70	34** esclusa	64

** Ditta Colma : il dispositivo si smonta con difficoltà

LOTTO 10

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST	E.F.M.	TELEFLEX
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef.1 punti 20	Coef. 0,4 punti 8	Il cestello ha la punta, non conforme a quanto prescritto dall'art.27 del capitolato speciale di gara.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.0,4 punti 12	
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0	
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	3	Coef.1 punti 3	Coef.1 punti 8	
TOTALE PUNTI		64	28** esclusa	Non conforme

** Ditta E.F.M. : il dispositivo si smonta con difficoltà. Materiale rigido e poco elastico

LOTTO 10

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	CARLO BIANCHI
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef.0,4 punti 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,4 punti 12
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI	6	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		28** esclusa

**Ditta Carlo Bianchi: il dispositivo si smonta con difficoltà. Materiale rigido e poco elastico.

LOTTO 11 : CESTELLO PER URETEROSCOPIA FLESSIBILE

SOTTOCRITERI	MAX PUN TI	ENDOTECNICA	COOK	COLMA
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef.1 punti 20	Coef.0,6 punti 12	Coef.0,4 punti 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.0,6 punti 18	Coef. 0,3 punti 9
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef. 1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		64	50	31 ** esclusa
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	54,69	esclusa

** Ditta Colma : Manipolo con ritorno automatico; rischioso per manovre endourologiche e smontabile con difficoltà.

Handwritten signatures and initials, including a large 'SB' at the top, a stylized signature in the middle, and another signature at the bottom.

LOTTO 11

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	BOSTON	COLOPLAST	MEDIVAL
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef. 0,7 punti 14	Coef. 0,6 punti 12	Coef. 0,4 punti 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,6 punti 18	Coef 0,5 punti 15	Coef. 0,4 punti 12
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0	Coef. 0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef. 1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef. 1 punti 8
TOTALE PUNTI		46	41	34** esclusa
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		50,31	44,84	esclusa

** Ditta Medival: manipolo smontabile con difficoltà, poco pratico.

LOTTO 11

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	E.F.M.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef. 0,4 punti 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef. 0,4 punti 12
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef. 0 punti. 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef. 0 punti. 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef. 1 punti 8
TOTALE PUNTI		28** esclusa
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		esclusa

** Ditta E.F.M. : manipolo smontabile con difficoltà, poco pratico, con punta non completamente retrattile

Handwritten signature and initials, including "10" and "10/10".

LOTTO 12 : ESTRATTORE DI CALCOLO PER URETEROSCOPIA RIGID

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COOK	BOSTON
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef.0,6 punti 12	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,5 punti 15	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punto 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		47	64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		51,41	70

LOTTO 13 : ESTRATTORE DI CALCOLI PER URETEROSCOPIA FLESSIBILE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	ENDOTECNIC A	COOK	COLMA
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef.0,6 punti 12	Coef. 1 punti 20	Coef.0,5 punti 10
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,5 punti 15	Coef. 1 punti 30	Coef. 0,4 punti 12
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef. 1 punti 8	Coef. 1 punti 8
TOTALE PUNTI		41	64	36
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		44,84	70	39,38



LOTTO 13

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	BOSTON	COLOPLAST	MEDIVAL
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef. 0,8 punti 16	Coef.0,7 punti 14	Coef.0,5 punti 10
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef. 0,8 punti 24	Coef. 0,7 punti 21	Coef. 0,5 punti 15
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef. 0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		54	49	39
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		59,06	53,59	42,66

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures: one at the top right, one in the middle right, and one at the bottom right.

LOTTO 13

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	BARD
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Estrattore a quattro fili, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	
TOTALE PUNTI		Non conforme
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		Non conforme

LOTTO 14 NESSUNA OFFERTAThe block contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'BR' followed by a long horizontal stroke. Below it is a signature that looks like 'R'. At the bottom right, there is a large, stylized signature that could be 'N16' or similar, with another signature below it.

LOTTO 15 : FILO GUIDA PUNTA DRITTA O ANGOLATA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	ENDOTECNICA	COOK	BOSTON
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	coef. 0,6 punti 12	Coef. 0,5 punti 10	Coef. 1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef. 0,6 punti 18	Coef. 0,5 punti 15	Coef. 1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef. 0 Punti 0	Coef. 1 punti 6	Coef. 0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef. 1 punti 6	Coef. 1 punti 6	Coef. 1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef. 1 punti 8	Coef. 1 punti 8	Coef. 1 punti 8
TOTALE PUNTI		44	45	64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		48,13	49,22	70

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'J.B. La'. Below it, there is a large, stylized signature that looks like 'R'. At the bottom right, there are more initials, including '16' and a signature that looks like 'M'.

LOTTO 15

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLMA	MEDIVAL	E.F.M.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef.0,4 punti 8	Coef.0,4 punti 8	Coef. 0,4 punti 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,4 punti 12	Coef.0,4 punti 12	Coef.0,4 punti 12
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		34** esclusa	34*** esclusa	28****
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		esclusa	esclusa	esclusa

** Ditta Colma : rigidità eccessiva

*** Ditta Medival : scarsa idrofilicità, rigidità

**** Ditta E.F.M.: scarsa idrofilicità, molto rigido, non esce dalla guaina

LOTTO 16 : FILO GUIDA PUNTA FLESSIBILE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST	COOK
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Manca doppia punta flessibile, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara.	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30		Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6		Coef.1 punti 6
ASSISTENZA SPECIALIST	6		Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8		Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		Non conforme	70

LOTTO 17 : FILO GUIDA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	ENDOTECNICA	COLMA	MEDIVAL
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef.0,5 punti 10	Coef.0,4 punti 8	Coef.0,4 punti 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,4 punti 12	Coef.0,4 punti 12	Coef.0,4 punti 12
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef. 1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		36	34** esclusa	34** esclusa

** Ditte Colma, Medival : rigido , non garantisce l'atraumaticità

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and the number '1716' with initials 'AC' below it.

LOTTO 17

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	BARD	E.F.M.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef.1 punti 20	Coef.0,4 punti 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.4 punti 12
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		70	28**

Ditta E.F.M : rigido , non garantisce l'atraumaticità

LOTTO 18 : SET DI DILATATORI FASCIALI

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST	PIEMMEMED	CARLO BIANCHI
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef. 1 punti 20	Non permette inserimento del filo guida doppio, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara	Non permette inserimento del filo guida doppio, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30		
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti		
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6		
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8		
TOTALE PUNTI		64	Non conforme	Non conforme
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	Non conforme	Non conforme

LOTTO 19 : DILATATORI URETERALI

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	E.F.M.	TELEFLEX
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef.0,4 punti 8	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,4 punti 12	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST.	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 1
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.8 punti 8
TOTALE PUNTI		34 ** esclusa	64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		Esclusa	70

** Ditta E.F.M.: punta non adeguatamente restremata, rigidità.

LOTTO 20 : SET DILATAZIONE URETERALE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	BOSTON	COLOPLAST
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef.1 punti 20	Coef. 0,7 punti 14
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.0,6 punti 18
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		64	46
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	50,31

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.

LOTTO 21 : DILATATORI FASCIALI

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLMA	MEDIVAL	E.F.M.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef. 0,6 punti 12	Coef. 0,5 punti 10	Coef.0,5 punti 10
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef. 0,7 punti 21	Coef.0,5 punti 15	Coef.0,6 punti 18
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		47	39	36
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		56,72	47,07	43,45

LOTTO 21

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	CARLO BAINCHI
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		58
PUNTEGGIO RIDETERMINATO		70

LOTTO 22 : SET DI AMPLAZ

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COOK	BOSTON	PIEMMEMED
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef.1 punti 20	Coef.0,6 punti 12	Non valutabile per mancanza di campionatura
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.0,6 punti 18	
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0	
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Non valutabile
TOTALE PUNTI		70	44	

LOTTO 22

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	E.F.M.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Non valutabile per mancanza di campionatura
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	
TOTALE PUNTI		Non valutabile

LOTTO 23 : ESTRATTORE DI CALCOLI PER PERCUTANEA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	ENDOTECNICA	COOK	PIEMMEMED
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef 0,7 punti 14	Coef.1 punti 20	Non valutabile per mancanza di campionatura
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,7 punti 21	Coef.1 punti 30	
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.1 punti 6	
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef. 1 punti 6	Coef.1 punti 6	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Non valutabile
TOTALE PUNTI		49	70	

LOTTO 23

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	E.F.M.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Non valutabile per mancanza di campionatura
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Non valutabile
TOTALE PUNTI		

LOTTO 24 : SET PER CISTOSTOMIA SOVRAPUBICA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST	B.BRAUN
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef.0,5 punti 10	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,4 punti 12	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		36	64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		39,38	70

Handwritten signatures and initials, including a large 'ZB' and several stylized signatures, located in the bottom right corner of the page.

LOTTO 24

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TAU MEDICA	CARLO BIANCHI
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	coef.0,4 punti 8	Coef. 0,4 punti 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef. 0,4 punti 12	Coef.0,4 punti 12
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		28 ** escluso	28 ** escluso
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		escluso	escluso

** Ditta Tau Medica - ditta Carlo Bianchi L: punta chiusa, catetere non sostituibile con possibile perdita del tramite con rischio di nuova puntura.

LOTTO 25 : ET DI SOSTITUZIONE PER SET PER CISTOSTOMIA SOVRAPUBICA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST	B.BRAN
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.1 punti 20	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 6
ASSISTENZA SPECIALIST:	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.01 punti 8	Coef.01 punti 8
TOTALE PUNTI		64	64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	70

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'A' and several other smaller marks.

LOTTO 26 : SET PER NEFROSTOMIA COMPLETO PER PUNTURA SINGOLA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	ENDOTECNICA	COOK	COLMA
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.0,4 punti 8	Coef. 0,7 punti 14	Mancano i dilatatori progressivi, non conforme a quanto prescritto dall'art.27 del capitolato speciale di gara
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef. 0,5 punti 15	Coef. 0,7 punti 21	
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0	
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	
TOTALE PUNTI		37	49	Non conforme
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		40,47	53,59	Non conforme

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

LOTTO 26

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	BOSTON	COLOPLAST	PIEMMEMED
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.1 punti 20	Coef.1 punti 20	Coef.6 punti 12
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.1 punti 30	Coef. 0,5 punti 15
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef. 0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		64	64	35
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	70	38,28

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Gib' and several other stylized marks.

LOTTO 26

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	E.F.M.	B.BRAUN	TELEFLEX
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.6 punti 12	Mancano i dilatatori progressivi, sistema di fissaggio difettoso. non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara.	Mancano i dilatatori progressivi, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef. 0,5 punti 15		
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0		
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef. 0 punti 0		
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8		
TOTALE PUNTI		35	Non conforme	Non conforme
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		38,28	Non conforme	Non conforme

LOTTO 26

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TAU MADICA
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		58
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

LOTTO 27: SET CATETERE A PALLONCINO AD ALTA PRESSIONE PER PCNL

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COOK	BOSTON	PIEMMEMED
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.1 punti 20	Coef.1 punti 20	Coef.0,4 punti 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.1 punti 30	Coef.0,4 punti 12
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		70	64	28** esclusa

** Ditta Piemmmed : materiali tecnicamente non complianti

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Nili' and several other smaller marks.

LOTTO 27

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	BARD**	E.F.M.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Giudizio sospeso in attesa di chiarimenti	Coef.0,4 punti 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30		Coef.0,4 punti 12
ELABORANDO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6		Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6		Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8		Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI			28** esclusa

** Per quanto riguarda la ditta Bard , la Commissione Giudicatrice dall'esame della campionatura rileva che il campione presentato codice Bard 995081 è senza manometro, mentre dall' esame dalla documentazione tecnica specifica del lotto al punto 8 " caratteristiche tecniche" si evince che il palloncino è disponibile con o senza manometro. Pertanto viene dato mandato alla S.C. Economato-Logistica-Approvvigionamenti- Patrimoniale di chiedere alla Ditta Bard

una dichiarazione attestante se i dispositivi offerti in sede di gara codice Bard 995081 e 995101 siano comprensivi di manometro.

Si ritiene, in questa sede, di non esprimere punteggi qualitativi, che vengono rimandati all'atto dell'invio della documentazione integrativa richiesta.

LOTTO 28 : SONDE NEFROSTOMICHE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLMA	COLOPLAST	E.F.M.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.0,5 punti 10	Coef.1 punti 20	Coef.0,5 punti 10
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,4 punti 12	Coef.1 punti 30	Coef.0,6 punti 18
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		36	64	36
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		39,38	70	39,38

LOTTO 29 : AGO DA PUNTURA PERCUTANEA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST	TAU MEDICA
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.1 punti 20	Coef.0,5 punti 10
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.0,6 punti 18
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		64	36
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	39,38

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'N. G.' and several other smaller initials and marks.

LOTTO 30 : AGO INCISIONE FASCIALE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COOK
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.1 punti 6
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		70

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Za' and other smaller marks.

LOTTO 31 : CATETERE URETERALE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COOK	BOSTON	E.F.M.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.1 punti 20	Coef.0,5 punti 10	Coef. 0,6 punti 12
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.0,4 punti 12	Coef. 0,5 punti 15
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		70	36	35

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large stylized signature and several smaller initials.

LOTTO 32 : CATETERE NEFROSTOMICO

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST	E.F.M.	TELEFLEX
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Catetere senza mandrino , non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara	Catetere senza mandrino , non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30			Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6			Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6			Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8			Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI			Non conforme	64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		Non conforme	Non conforme	70

LOTTO 33 : EVACUATORI

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70

**LOTTO 34 : SET DI AMPLAZ
NESSUNA OFFERTA**

LOTTO 35 : RACCORDO UNIVERSALE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COLOPLAST
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30

ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70

LOTTO 36 : AGO CIBA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	E.F.M.	TAU MEDICA	B.D
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI	20	Coef.1 punti 20	Coef.1 punti 20	Lunghezza incompatibile con gli strumenti in uso presso le Aziende dell'AIC. Non valutabile
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.1 punti 30	
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0	
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	
TOTALE PUNTI		58	58	Non valutabile
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	70	Non valutabile

LOTTO 37 : SISTEMA DI IRRIGAZIONE MANUALE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COOK	BOSTON	PIMMEMED
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef. 0,3 punti 6	Coef.0,5 punti 10	Coef.0.4 punti 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef .0,2 punti 6	Coef.0,4 punti 12	Coef.0,4 punti 12
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		32** esclusa	36	28*** esclusa
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		esclusa	39,38	esclusa

** ditta Cook: materiale eccessivamente morbido, tendente a "memorizzare " eventuali pieghe. La presenza del pozzetto rende meno efficace la procedura

*** ditta Piemmemed : qualità tecniche e caratteristiche funzionali insufficienti

LOTTO 37

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	ENDOTECNICA
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70

LOTTO 38 : CONNETTORI

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	ENDOTECNICA	BOSTON	COLOPLAST
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI	20	Coef.1 punti 20	Coef. 0,5 punti 10	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30	Coef.0,4 punti 12	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		64	36	64
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	39,38	70


Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several sets of initials.

LOTTI 39 : CATETERE RETTALE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	MEDICA	HC ITALIA
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.0,6 punti 12	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,5 punti 15	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		35	58
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		42,24	70

LOTTO 40 : CATETERE PER CISTOMANOMETRIA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	MEDICA	HC ITALIA
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.0,6 punti 12	Coef.1 punti 20
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.0,5 punti 15	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.0 punti 0	Coef.0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		35	58
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		42,24	70

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials 'ZB' are written above it.

LOTTO 41 : GUIDE IDROFILE TIPO ROAD

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	COOK
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI QUALITÀ' DEI PRODOTTI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	20	Coef.1 punti 1
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE	30	Coef.1 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI	6	Coef.12 punti 6
ASSISTENZA SPECIALIST :	6	Coef.1 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA	8	Coef.1 punti 8
TOTALE PUNTI		70

Si precisa che durante i lavori di valutazione delle campionature la Commissione Giudicatrice ha dato mandato alla S.C. E.L.A.P. di chiedere campionature aggiuntive, come previsto all'art. 33 del Capitolato speciale di gara, alle seguenti ditte:

DITTA COOK di Nova M.se: con le note protocollo n. 146616 del 05.10 2021 e nota protocollo n. 160260 del 4.11.2021 è stata chiesta campionatura integrativa per i lotti 10-11-12 e per i lotti 22 – 23;

DITTA BOSTON di Milano: con le note protocollo n. 146562 del 05.10.2021 e protocollo n.160265 del 04.11.2021 è stata richiesta campionatura integrativa

per i lotti 10-11-12-22;

DITTA CARLO BIANCHI di Bergamo : con nota protocollo n. 146782 del 05.10.2021 è stata richiesta campionatura integrativa per il lotto 10;

DITTA MEDIVAL di Padova: con nota protocollo n. 146631 del 05.10.2021 è stata richiesta campionatura integrativa per il lotto 11;

DITTA ENDOTECNICA di Alassio: con le note protocollo n.146627 del 05.10.20212 e protocollo n. 160284 del 04.11.2021 è stata richiesta campionatura integrativa per i lotti 11-23;

DITTA COLOPLAST di Bologna con nota protocollo n. 146610 del 05.10.2021 è stata richiesta campionatura integrativa per i lotti 10-11;


DITTA PIEMMEMED con nota protocollo n. 160273 del 04.11.2021 è stata richiesta campionatura integrativa per i lotti 22-23;

DITTA COLMA di Bologna: con nota protocollo n. 146581 del 05.10.2021 è stata richiesta campionatura integrativa per i lotti 10-11;

DITTA TAU MEDICA: con nota protocollo n. 160575 del 04.11.2021 è stata richiesta campionatura integrativa per i lotti 26-29;

Ditta E.F.M. di Bologna : con le note protocollo n. 146622 del 05.10.2021 e protocollo n. 160276 del 04.11.2021 è stata richiesta campionatura integrativa per i lotti 10-11-22-23.

La ditta E.F.M. di Bologna per i lotti 10-11 ha inviato in campioni richiesti , che sono stati valutati dalla Commissione Giudicatrice, mentre per i lotti 22-23 non ha fornito riscontro e tali lotti sono stati ritenuti non valutabili, come descritto in dettaglio nella tabella sopra riportata

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top right, there is a large, stylized signature. Below it, to the right, are the initials 'M1'. At the bottom center, there is another large, stylized signature.

La ditta PIEMMEMED per i lotti 22-23 non ha presentato la campionature e pertanto tali lotti non sono stati ritenuti valutabili da parte della Commissione Giudicatrice, come descritto in dettaglio nella tabella sopra riportata.


Le restanti ditte hanno fornito riscontro presentando i campioni richiesti che sono stati valutati dalla Commissione Giudicatrice, come descritto in dettaglio nella tabella sopra riportata.

Il Presidente, terminati, lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi nella giornata del 3.11.2021 alle ore 13,10 ca. Viene redatto il presente verbale che, composto da n.

70 fasciate comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti la Commissione Giudicatrice.

IL PRESIDENTE

D.ssa Enrica Bonadeo




Componenti


D.ssa Cristina Rossi



Dott. Luca Ruggiero



Dott. Andrea Di Stasio



Dott. Michele Cussotto

