

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 10 BARELLE OCCORRENTI A P.O. DIVERSI
DELL'A.S.L. AL**

Relazione Tecnica

R.D.O N. 3473616 – SMART CIG N. Z6F3A4D860

I sottoscritti, in qualità di esperti preposti alla valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura negoziata indicata in oggetto, hanno svolto a distanza la propria attività:

Stefania De Vizio – CPS S.S. Pronto Soccorso Acqui Terme
(Individuato con nota prot. n. 33701 del 30.03.2023)

Ing. Massimo Giacobbe – S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT
(Individuato con nota prot. n. 32859 del 29.03.2023)

Gli esperti prendono atto preliminarmente che:

- Questa A.S.L. ha avviato, mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA, una R.D.O. per l'acquisto di **N. 10 BARELLE OCCORRENTI A P.O. DIVERSI DELL'A.S.L. AL** da affidare per lotto unico indivisibile a favore dell'offerta a prezzo più basso, previa verifica della conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

La R.D.O. n. 3473616 è stata processata con le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O.:	FORNITURA DI N. 10 BARELLE OCCORRENTI A P.O. DIVERSI DELL'A.S.L. AL
Procedura di aggiudicazione	Prezzo più basso previa verifica conformità
Numero fornitori invitati	8
Numero offerte ricevute	4
Numero lotti	1
Inizio presentazione offerte	14.03.2023
Scadenza presentazione offerte	29.03.2023
Validità offerta	29.09.2023

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del 29.03.2023 sono pervenute le seguenti offerte:

DITTA	SEDE	P.IVA	DATA ED ORA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 20,31044 MONTE- BELLUNA (TV)	00175410265	28/03/2023 11:48
SCHMITZ ITALIA	PIAZZA GIUSEPPE GARI- BALDI, 20, 15076 OVADA (AL)	06315210960	29/03/2023 09:29
GIVAS	VIALE VENETO, 2, 35020 SAONARA (PD)	01498810280	29/03/2023 09:53
MALVESTIO S.P.A.	VIA MARCONI 12D, 35010 VILLANOVA DI CAMPO- SAMPIERO (PD)	00197370281	29/03/2023 11:23

In data 03.04.2023 sempre tramite la piattaforma informatica del M.E.P.A., la S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale ha provveduto, in seduta telematica, alla verifica ed all'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa e, successivamente, nella medesima data, si è provveduto all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara ed alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

Gli esperti prendono atto preliminarmente del Capitolato Speciale di Gara e precisa che la presente fornitura sarà aggiudicata con i seguenti criteri:
ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per singolo lotto indivisibile a favore della Ditta che avrà **proposto l'offerta al prezzo più basso previa verifica della conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale.**

Dopo l'esame della documentazione tecnica messa a disposizione dalla S.C. E.L.A.P. effettuato nel corso della seduta riservata gli esperti procedono all'attribuzione del giudizio di conformità sul prodotto offerto così come prescritto dal Capitolato Speciale di gara, sulla scorta della predetta documentazione tecnica prodotta:

R.D.O. n. 3473616			
LOTTO	DESCRIZIONE	DITTA	GIUDIZIO
UNICO	Barella radiotrasparente ad altezza variabile con sponde di protezione a compasso comprensivo di materasso radiotrasparente Struttura portante in acciaio tubolare Piano completamente radiotrasparente in laminato plastico HPL con spessore superiore a 8mm Configurazione a due sezioni Movimentazione ad altezza variabile di tipo meccanico – pneumatico (no sistema oleodinamico e no elettrico) Misure: LxPxH 200x81x (55-85) cm ± 5cm Area utile per apparecchiature radiologiche 60x50 cm ± 5cm Ruote diametro 200mm, con possibilità di blocco Coppia di sponde a compasso per la protezione del paziente da caduta Maniglie del piano rete in acciaio zincato Materasso antistatico radiotrasparente, antibatterico non inferiore a 8 cm di spessore Porta bombole in acciaio Asta porta flebo a due ganci	FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	CONFORME
		SCHMITZ ITALIA	CONFORME
		GIVAS	Non conforme - Il piano non risulta completamente radiotrasparente (solo lo schienale risulta radiotrasparente)
		MALVESTIO S.P.A.	Non conforme - il piano non risulta completamente radiotrasparente (solo la parte testa-ginocchia risulta radiotrasparente)

I sottoscritti, avendo concluso i lavori inerenti la parte del procedimento di competenza, redigono la presente relazione che, composta da n. 3 facciate comprese le sottoscrizioni, viene successivamente letta, approvata e sottoscritta dal medesimo e trasmessa alla S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale per i successivi adempimenti.

Data: 13.04.2023

In qualità di esperti:

Dott.ssa Stefania De Vizio

Ing. Massimo Giacobbe

Per presa visione:

IL R.U.P.

Dott.ssa Lucia Carrea
