

ALLEGATO AL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA FORNITURA DI MASCHERE SCAFANDRI E MATERIALE PER TRACHEOSTOMIA TUBI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE. GARA ANAC 7699302 -I.D. SINTEL 123972971

MASCHERA FACCIALE TOTALE

LOTTO N. 1:	MAX PUNTI	DIMAR	M.T.V. MEDICAL	INTERSURGICAL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Coef.1 Punti10	Manca il passaggio dedicato per il sondino naso gastrico (presenta un cuscinetto esterno da adattare non integrato nel dispositivo) non conforme a quanto prescritto dall'art. 27 del Capitolato Speciale di gara)	Manca la misura pediatrica : non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara
TENUTA DEL SISTEMA	15	Coef. 0,9 Punti13,5		
COMFORT E ATRAUMATICITA'	15	Coef.1 Punti 15		
MANEGGEVOLEZZA	5	Coef.0,7 Punti 3,5		
ACCESSIBILITA' AL PAZIENTE	10	Coef.1 Punti10		
QUALITA' E QUANTITA' DEGLI ACCESSORI	10	Coef.1 Punti 10		
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5		
TOTALE PUNTI		67	N.C.	N.C.
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	N.C.	N.C.

MASCHERA FACCIALE TOTALE A RIDOTTO REBREATHING DI CO2

LOTTO N. 2:	MAX PUNTI	DIMAR	INTERSURGICAL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Coef.1 Punti 10	Manca la misura pediatrica : non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara
TENUTA DEL SISTEMA	15	Coef.9 Punti 13,5	
COMFORT E ATRAUMATICITA'	15	Coef.1 Punti 15	
MANEGGEVOLEZZA	5	Coef.0,7 Punti 3,5	
ACCESSIBILITA' AL PAZIENTE	10	Coef.1 Punti 10	
QUALITA' E QUANTITA' DEGLI ACCESSORI	10	Coef.1 Punti 10	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	
TOTALE PUNTI		67	N.C.
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	N.C.

MASCHERA ORONASALE

LOTTO N. 3:	MAX PUNTI	MEDIVAL*	AIR LIQUID	M.T.V. MEDICAL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Coef.1 Punti 10	Presenta solo tre misure non conforme a quanto prescritto dal l'art.27 del capitolato speciale di gara	Coef.1 punti 10
TENUTA DEL SISTEMA	15	Coef.0,4 Punti 6		Coef.1 Punti 15
COMFORT ATRAUMATICITA' E	15	Coef.1 Punti 15		Coef.1 Punti 15
MANEGGEVOLEZZA	5	Punti 0,5 Punti 2,5		Coef.1 Punti 5
ACCESSIBILITA' AL PAZIENTE	10	Coef.1 Punti10		Coef.1 Punti 10
QUALITA' E QUANTITA' DEGLI ACCESSORI	10	Coef.0 Punti 0		Coef.1 punti 10
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5		Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		48,5	N.C.	70

*Medival : la campionatura presentata in sede di gara consiste nella maschera sprovvista di alcun raccordo.

MASCHERA NASALE

LOTTO N. 4:	MAX PUNTI	AIR LIQUID
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Manca misura pediatrica. Non conforme a quanto prescritto dall'art.27 del capitolato speciale di gara
TENUTA DEL SISTEMA	15	
COMFORT E ATRAUMATICITA'	15	
MANEGGEVOLEZZA	5	
ACCESSIBILITA' AL PAZIENTE	10	
QUALITA' E QUANTITA' DEGLI ACCESSORI	10	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	
TOTALE PUNTI		N.C.

MASCHERA FACCIALE PER ENDOSCOPIA

LOTTO N. 5:	MAX PUNTI	MEHOS	INTERSURGICAL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Coef.1 Punti 10	Coef.1 Punti 10
TENUTA DEL SISTEMA	15	Coef.1 Punti 15	Coef.7 Punti 10,5
COMFORT E ATRAUMATICITA'	15	Coef.1 Punti 15	Coef.1 Punti 15
MANEGGEVOLEZZA	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
ACCESSIBILITA' AL PAZIENTE	10	Coef.1 Punti 10	Coef.1 Punti 10
QUALITA' E QUANTITA' DEGLI ACCESSORI	10	Coef.1 Punti 10	Coef.0,5 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Cof.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70	60,5

MASCHERA LARINGEA

LOTTO N. 6	MAX PUNTI	TELEFLEX	MEDISIZE FLEXICARE	AMBU
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Dispositivo non intubabile, senza canale di aspirazione non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara	Coef.0,5 Punti 5	Coef.0,8 Punti 8
TENUTA DEL SISTEMA	25		Coef.0,4 Punti 10	Coef.0,8 Punti 20
ATRAUMATICITA'	15		Coef 0,5 Punti 7,5	Coef.0,8 Punti 12
MANEGGEVOLEZZA	15		Coef.0,4 Punti 6	Coef.0,8 Punti 12
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5		Coef. 1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		N.C.	33,5 esclusa	57
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		N.C.	esclusa	70

Ditta MEDISIZE FLEXICARE : materiale rigido. Ostacolato il passaggio del tubo tracheale per l'ingombro legato al canale di aspirazione

DISPOSITIVO SOVRAGLOTTIDEO

LOTTO N. 7	MAX PUNTI	TELEFLEX	INTERSURGICAL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Il dispositivo presentato non è sovraglottideo, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara	Coef.1 Punti10
TENUTA DEL SISTEMA	25		Coef.1 Punti 25
ATRAUMATICITA'	15		Coef.1 Punti 15
MANEGGEVOLEZZA	15		Coef.1 Punti 15
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5		Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		N.C.	70

SCAFANDRO PER CPAP

LOTTO N. 8:	MAX PUNTI	DIMAR	HAROL	INTERSURGICAL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Coef.0,6 Punti 6	Coef.0,5 Punti 5	Coef.1 Punti10
TENUTA DEL SISTEMA	15	Coef.0,5 Punti 7,5	Coef.0,5 Punti 7,5	Coef.1 Punti 15
COMFORT E ATRAUMATICITA'	15	Coef.0,6 Punti 9	Coef.0,6 Punti 9	Coef.1 Punti 15
MANEGGEVOLEZZA	5	Coef.0,6 Punti 3	Coef. 0,5 Punti 2,5	Coef.1 Punti 5
ACCESSIBILITA' AL PAZIENTE	10	Coef.2 Punti 2	Punti 0,2 Punti 2	Coef.1 Punti 10
QUALITA' E QUANTITA' DEGLI ACCESSORI	10	Coef.4 Punti 4	Coef.0,2 Punti 2	Coef.1 Punti 10
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		36,5	33 esclusa	70

DITTA HAROL: Materiale facile alla rottura nei punti di ancoraggio e nel punto di saldatura. Dispositivo traumatico per la rigidità del materiale. Accessibilità al paziente difficoltosa .

SCAFANDRO PER CPAPP BAMBIN

LOTTO N. 9:	MAX PUNTI	DIMAR	HAROL	INTERSURGICAL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Coef.0,6 Punti 6	Coef.0,5 Punti 5	Coef.1 Punti10
TENUTA DEL SISTEMA	15	Coef.0,5 Punti 7,5	Coef.0,5 Punti 7,5	Coef.1 Punti 15
COMFORT E ATRAUMATICITA'	15	Coef.0,6 Punti 9	Coef.0,6 Punti 9	Coef.1 Punti 15
MANEGGEVOLEZZA	5	Coef.0,6 Punti 3	Coef. 0,5 Punti 2,5	Coef.1 Punti 5
ACCESSIBILITA' AL PAZIENTE	10	Coef.2 Punti 2	Punti 0,2 Punti 2	Coef.1 Punti 10
QUALITA' E QUANTITA' DEGLI ACCESSORI	10	Coef.0,4 Punti 4	Coef.0,2 Punti 2	Coef.1 Punti 10
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		36,5	33 esclusa	70

DITTA HAROL: Materiale facile alla rottura nei punti di ancoraggio e nel punto di saldatura. Dispositivo traumatico per la rigidità del materiale. Accessibilità al paziente difficoltosa .

I giudizi sono stati espressi dalla Commissione Giudicatrice dopo aver consultato i rianimatori pediatrici dell'A.O. di Alessandria

SCAFANDRO PER VENTILAZIONE NON INVASIVA

LOTTO N. 10:	MAX PUNTI	DIMAR	HAROL	INTESURGICAL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Coef.0,6 Punti 6	Coef.0,5 Punti 5	Coef.1 Punti10
TENUTA DEL SISTEMA	15	Coef.0,5 Punti 7,5	Coef.0,5 Punti 7,5	Coef.1 Punti 15
COMFORT E ATRAUMATICITA'	15	Coef.0,6 Punti 9	Coef.0,6 Punti 9	Coef.1 Punti 15
MANEGGEVOLEZZA	5	Coef.0,6 Punti 3	Coef. 0,5 Punti 2,5	Coef.1 Punti 5
ACCESSIBILITA' AL PAZIENTE	10	Coef.0,2 Punti 2	Punti 0,2 Punti 2	Coef.1 Punti 10
QUALITA' E QUANTITA' DEGLI ACCESSORI	10	Coef.0,4 Punti 4	Coef.0,2 Punti 2	Coef.1 Punti 10
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		36,5	33 esclusa	70

Ditta HAROL: Materiale facile alla rottura nei punti di ancoraggio e nel punto di saldatura.
Dispositivo traumatico per la rigidità del materiale. Accessibilità al paziente difficoltosa .

I giudizi sono stati espressi dalla Commissione Giudicatrice dopo aver consultato i rianimatori pediatrici dell'A.O. di Alessandria

SCAFANDRO PER CPAP PER TRASPORTO

LOTTO N. 11:	MAX PUNTI	DIMAR	HAROL *	INTERSURGICA L
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Coef.0,6 Punti 6	Da scheda tecnica si rileva un FiO% max al 85% non conforme a quanto prescritto dal capitolato speciale di gara	Coef.1 Punti10
TENUTA DEL SISTEMA	15	Coef.0,5 Punti 7,5		Coef.1 Punti 15
COMFORT E ATRAUMATICITA'	15	Coef.0,6 Punti 9		Coef.1 Punti 15
MANEGGEVOLEZZA	5	Coef.0,6 Punti 3		Coef.1 Punti 5
ACCESSIBILITA' AL PAZIENTE	10	Coef.2 Punti 2		Coef.1 Punti 10
QUALITA' E QUANTITA' DEGLI ACCESSORI	10	Coef.4 Punti 4		Coef.1 Punti 10
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5		Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		36,5	N.C.	70

*Ditta **HAROL**: il dispositivo offerto presenta un sistema di FiO2 fino massimo 85%, mentre nel capitolato speciale di gara era richiesto "...dotato di sistema VENTURI integrato FIO2 da 40% A 100%".
La Commissione Giudicatrice in sede di valutazione non ritiene di avvalersi del principio di equivalenza, stabilito dall'art. 78 del Codice dei contratti e dall'art. 32 del capitolato speciale di gara, poiché il range richiesto come caratteristica minima dal capitolato di gara viene ritenuto come ottimale per l'utilizzo del dispositivo medesimo.

VALVOLA PEEP MONOUSO

LOTTO N. 12	MAX PUNTI	DAHLHAUSEN	DIMAR	HAROL	INTERSURGICAL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Coef.0,5 Punti 5	Coef.0,5 Punti 5	Coef.0,5 Punti 5	Coef.1 Punti 10
PRECISIONE	15	Coef. 0,4 Punti 6	Coef. 0,4 Punti 6	Coef. 0,4 Punti 6	Coef.1 Punti 15
SILENZIOSITA'	15	Coef.0,5 Punti 7,5	Cof. 0,6 Punti 9	Coef.0,5 Punti 7,5	Coef.1 Punti 15
MANEGGEVOLEZZA	25	Coef.0,5 Punti 12,5	Coef.0,5 Punti 12,5	Coef.0,5 Punti 12,5	Coef.1 Punti 25
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		36	37,5	36	70

MASCHERA CPAP IN EMERGENZA

LOTTO N. 13	MAX PUNTI	NOVA MEDISAN	DIMAR	HAROL	INTERSURGICAL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10	Manca una misura, manca il doppio raccordo, non conforme a quanto prescritto dal capitolato speciale di gara	Coef.1 Punti 10	Coef.0,6 Punti 6	Coef.1 Punti 10
TENUTA DEL SISTEMA	15		Coef.1 Punti 15	Coef.0,5 Punti 7,5	Coef.1 Punti 15
COMFORT E ATRAUMATICITA'	15		Coef.1 Punti 15	Coef.0,6 Punti 9	Coef.1 Punti 15
MANEGGEVOLEZZA	5		Coef.1 Punti 5	Coef.0,6 Punti 3	Coef.1 Punti 5
ACCESSIBILITA' AL PAZIENTE	10		Coef.1 Punti 10	Coef.2 Punti 2	Coef.1 Punti 10
QUALITA' E QUANTITA' DEGLI ACCESSORI	10		Coef.1 Punti 10	Coef.4 Punti 4	Coef.1 Punti 10
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5		Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		N.C.	70	36,5	70

TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO

LOTTO N. 14	MAX PUNTI	DAHLHAUSEN	TELEFLEX	MEHOS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef.1 Punti 18	Manca il mandrino, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara	Manca il mandrino, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara
ATRAUMATICITA'	18	Coef.1 Punti 18		
TENUTA	24	Coef.1 Punti 24		
RANGE DI MISURE	5	Coef.1 Punti 5		
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5		
TOTALE PUNTI		70	N.C.	N.C.

LOTTO N. 14	MAX PUNTI	MEDTRONIC	ALEA
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef. 0,8 Punti 14,4	Coef. 0,8 Punti 14,4
ATRAUMATICITA'	18	Coef. 1 Punti 18	Coef. 1 Punti 18
TENUTA	24	Coef.1 Punti 24	Coef.1 Punti 24
RANGE DI MISURE	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		66,4	66,4

TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO EXTRALUNGO

LOTTO N. 15	MAX PUNTI	TELEFLEX
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef.1 Punti 18
ATRAUMATICITA'	18	Coef.1 Punti 18
TENUTA	24	Coef.1 Punti 24
RANGE DI MISURE	5	Coef.1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70

TUBO ENDOTRACHEALE NASALE E ORALE

LOTTO N. 16	MAX PUNTI	DAHLAUSEN	TELEFLEX	MEHOS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Manca una misura (parte da 3,5 mm) non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara	Coef 0,8 Punti 14,4	Coef.1 Punti18
ATRAUMATICITA'	18		Coef.1 Punti 18	Coef.1 Punti 18
TENUTA	24		Coef 1 Punti 24	Coef 1 Punti 24
RANGE DI MISURE	5		Coef 1 Punti 5	Coef 1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5		Coef 1 Punti 5	Coef 1 Punti 5
TOTALE PUNTI		N.C.	66,4	70

LOTTO N. 16	MAX PUNTI	SECURMED	MEDTRONIC
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef. 0,4 Punti 7,2	Coef.1 Punti18
ATRAUMATICITA'	18	Coef. 0,4 Puti 7,2	Coef.1 Punti 18
TENUTA	24	Coef. 0,5 Punti 12	Coef 1 Punti 24
RANGE DI MISURE	5	Coef.1 Punti 5	Coef 1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef 1 Punti 5
TOTALE PUNTI		36,4	70

TUBO ENDOTRACHEALE NASALE E ORALE NON CUFFIATO

LOTTO N. 17	MAX PUNTI	DAHLHAUSEN	TELEFLEX	SECURMED	MEDTRONIC
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef.0,8 Punti 14,4	Coef.1 Punti18	Coef.0,4 Punti 7,2	Coef.0,8 Punti 14,4
ATRAUMATICITA'	18	Coef.0,8 Punti 14,4	Coef.1 Punti 18	Coef. 0,4 Puti 7,2	Coef.0,8 Punti 14,4
TENUTA	24	Coef.0,9 Punti 21,6	Coef 1 Punti 24	Coef. 0,5 Punti 12	Coef.0,9 Punti 21,6
RANGE DI MISURE	5	Coef 1 Punti 5	Coef 1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef 1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef 1 Punti 5	Coef 1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef 1 Punti 5
TOTALE PUNTI		60,4	70	36,4	60,4

TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO

LOTTO N. 18	MAX PUNTI	DAHLHAUSEN	TELEFLEX	MEDTRONIC
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Manca il tubo non cuffiato, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara	Coef.1 Punti 18	Coef.1 Punti 18
ATRAUMATICITA'	18		Coef.1 Punti 18	Coef.1 Punti 18
TENUTA	24		Coef.1 Punti 24	Coef.1 Punti 24
RANGE DI MISURE	5		Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5		Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		N.C.	70	70

TUBO ENDOTRACHEALE NASALE PREFORMATO

LOTTO N. 19	MAX PUNTI	TELEFLEX	MEDTRONIC	ALEA
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef.1 Punti 18	Coef.1 Punti 18	Coef.0,4 Punti 7,2
ATRAUMATICITA'	18	Coef.1 Punti 18	Coef.1 Punti 18	Coef.0,4 Punti 7,2
TENUTA	24	Coef.1 Punti 24	Coef.1 Punti 24	Coef.0,5 Punti 12
RANGE DI MISURE	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70	70	36,4
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				

TUBO ENDOTRACHEALE PER MICROCHIRURGIA LARINGEA

LOTTO N. 20	MAX PUNTI	TELEFLEX	MEDTRONIC
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef.1 Punti18	Coef.0,4 Punti 7,2
ATRAUMATICITA'	18	Coef.1 Punti 18	Coef. 0,4 Puti 7,2
TENUTA	24	Coef 1 Punti 24	Coef. 0,5 Punti 12
RANGE DI MISURE	5	Coef 1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef 1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70	36,4

TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO PER LARINGECTOMIA

LOTTO N. 21	MAX PUNTI	TELEFLEX	MEHOS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef.1 Punti18	Coef 0,8 Punti 14,4
ATRAUMATICITA'	18	Coef.1 Punti 18	Coef 1 Punti 18
TENUTA	24	Coef 1 Punti 24	Coef 0,9 21,6
RANGE DI MISURE	5	Coef 1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef 1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70	64

TUBO ENDOTRACHEALE PER LASERTERAPIA

LOTTO N. 22	MAX PUNTI	TELEFLEX	MEDTRONIC
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Dispositivo non in acciaio , contiene lattice. Non conforme a quanto prescritto dall'art. 27 capitolato speciale di gara	Coef.1 Punti18
ATRAUMATICITA'	18		Coef.1 Punti 18
TENUTA	24		Coef 1 Punti 24
RANGE DI MISURE	5		Coef 1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5		Coef 1 Punti 5
TOTALE PUNTI		N.C.	70

TUBO PREFORMATO TIPO MONTANDON

LOTTO N. 23	MAX PUNTI	MEHOS	MEDTRONIC
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef.1 Punti18	Coef.0,4 Punti 7,2
ATRAUMATICITA'	18	Coef.1 Punti 18	Coef. 0,4 Puti 7,2
TENUTA	24	Coef 1 Punti 24	Coef. 0,5 Punti 12
RANGE DI MISURE	5	Coef 1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef 1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70	36,4

TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO C/LUME ADDIZIONALE DI IRRIGAZIONE ASPIRAZ SUBGLOT.

LOTTO N. 24	MAX PUNTI	MEDTRONIC
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef.1 Punti18
ATRAUMATICITA'	18	Coef.1 Punti 18
TENUTA	24	Coef 1 Punti 24
RANGE DI MISURE	5	Coef 1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef 1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70

TUBO ENDOTRACHEALE ORO/NASALE EXTRAMORBIDO

LOTTO N. 25	MAX PUNTI	TELEFLEX	MEDTRONIC	INTERSUGICAL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef.1 Punti18	Coef.1 Punti18	Coef.1 Punti18
ATRAUMATICITA'	18	Coef.1 Punti 18	Coef.1 Punti 18	Coef.1 Punti 18
TENUTA	24	Coef 1 Punti 24	Coef 1 Punti 24	Coef 1 Punti 24
RANGE DI MISURE	5	Coef 1 Punti 5	Coef 1 Punti 5	Coef 1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef 1 Punti 5	Coef 1 Punti 5	Coef 1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70	70	70

TUBO ENDOTRACHEALE ORO/NASALE MORBIDO

LOTTO N. 26	MAX PUNTI	NESSUNA OFFERTA

TUBO LARINGEO

LOTTO N. 27	MAX PUNTI	MEHOS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef.1 Punti18
ATRAUMATICITA'	18	Coef.1 Punti 18
TENUTA	24	Coef 1 Punti 24
RANGE DI MISURE	5	Coef 1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef 1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70

TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA

LOTTO N. 28	MAX PUNTI	MEDTRONIC
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef.1 Punti18
ATRAUMATICITA'	18	Coef.1 Punti 18
TENUTA	24	Coef 1 Punti 24
RANGE DI MISURE	5	Coef 1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef 1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70

CANNULA TRACHEALE PER INTUBAZIONE BONCHIALE SELETTIVA

LOTTO N. 29	MAX PUNTI	TELEFLEX
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Coef.1 Punti18
ATRAUMATICITA'	18	Coef.1 Punti 18
TENUTA	24	Coef 1 Punti 24
RANGE DI MISURE	5	Coef 1 Punti 5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef 1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70

BLOCCATORE BRONCHIALE

LOTTO N. 30	MAX PUNTI	TELEFLEX
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	18	Punto 30.1 presenta solo FR 7 Punto 30.2 presenta solo Fr 7,5. Non conforme a quanto prescritto dall'art.27 del capitolato speciale di gara
ATRAUMATICITA'	18	
TENUTA	24	
RANGE DI MISURE	5	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	
TOTALE PUNTI		N.C.

MANDRINO PER INTUBAZIONE

LOTTO N 31	MAX PUNTI	NOVAMEDISAN	DAHLHAUSEN	SMITHS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	15	Coef. 0,4 Punti 6	Coef. 0,6 Punti 9	Coef.1 Punti 15
MANEGGEVOLEZZA	25	Coef. 0,5 Punti 12,5	Coef. 0,7 Punti 17,5	Coef.1 Punti 25
ATRAUMATICITA'	25	Coef. 0,5 Punti 12,5	Coef.0,7 Punti 17,5	Coef.1 Punti 25
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		36	49	70

LOTTO N 31	MAX PUNTI	TELEFLEX	SECURMED	ALEA
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	15	Coef.1 Punti 15	Coef 0,7 Punti 10,5	Coef. 0,4 Punti 6
MANEGGEVOLEZZA	25	Coef.1 Punti 25	Coef. 0,7 Punti 17,5	Coef. 0,5 Punti 12,5
ATRAUMATICITA'	25	Coef.1 Punti 25	Coef.0,7 Punti 17,5	Coef. 0,5 Punti 12,5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70	50,5	36

GUIDA MONOUSO

LOTTO N 32	MAX PUNTI	SMITHS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	15	Coef.1 Punti 15
MANEGGEVOLEZZA	25	Coef. 1 Punti 25
ATRAUMATICITA'	25	Coef.1 Punti 25
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70

CATETERE CAMBIATUBO

LOTTO N 33	NESSUNA OFFERTA
-------------------	------------------------

FASCIA FISSAGGIO

LOTTO N. 34	MAX PUNTI	NOVAMEDISAN *	MEDIVAL	TELEFLEX
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	Coef. 0,4 Punti 12	coef.1 punti 30	Il dispositivo offerto è un tubo per fissaggio tracheostomico non edotracheale. Non conforme a quanto prescritto dall'art.27 del capitolato speciale di gara.
TENUTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	35	Coef. 0,4 Punti 14	coef.1 punti 35	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	coef.1 punti 5	
TOTALE PUNTI		31 esclusa	70	N.C.

LOTTO N. 34	MAX PUNTI	MEHOS	FLEXICARE MEDISIZE	MEDTRONIC **
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	Codice 40818044 (misura aduti) con lattice.	Coef.0,5 Punti 15	Coef. 0,4 Punti 12
TENUTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	35	Non conforme a quanto prescritto dall'art.27 del capitolato speciale di gara	Coef.0,5 Punti 17,5	Coef. 0,4 Punti 14
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5		Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		N.C.	37,5	31 esclusa

*Ditta NOVAMEDISAN: superficie ancoraggio limitata. Precario ancoraggio del tubo

** Ditta MEDTRONIC : Spessore fascia eccessivamente sottile. Scarsa superficie di ancoraggio

SONDINO PER ASPIRAZIONE

LOTTO N. 35	MAX PUNTI	MEDIVAL	FLEXICARE MEDISIZE
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	15	Coef.1 Punti 15	Coef. 0,7 Punti 10,5
TENUTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	15	Coef.1 Punti 15	Cof. 0,7 Punti 10,5
ATRAUMATICITA'	35	Coef.1 Punti 35	Cof.0,7 Punti 24,5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70	50,5

LOTTO N. 35	MAX PUNTI	DEAS	MEDTRONIC
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	15	Punto 35.2:mancano le misure pediatriche. Non conforme a quanto prescritto dall'art.27 del capitolato speciale di gara	Coef. 0,5 punti 7,5
TENUTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	15		Coef. 0,5 punti 7,5
ATRAUMATICITA'	35		Coef.0,5 Punti 17,5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5		Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		N.C.	37,5

SONDINO PER ASPIRAZIONE CON VALVOLA DI CONTROLLO INTEGRATA

LOTTO N. 36	MAX PUNTI	DAHLHAUSEN	SECURMED	FLEXICARE MEDISIZE
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	Coef.0,9 Punti 27	Coef.0,5 Punti 15	Coef.0,5 Punti 15
ATRAUMATICITA'	30	Coef.0,9 Punti 27	Coef.0,4 Punti 12	Coef.0,4 Punti 12
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	10	Coef.1 Punti 10	Coef.1 Punti 10	Coef.1 Punti 10
TOTALE PUNTI		64	37	37

LOTTO N. 36	MAX PUNTI	BENEFIS	ID E CO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	Coef.1 Punti 30	Coef.0,5 Punti 15
ATRAUMATICITA'	30	Coef.1 Punti 30	Coef.0,4 Punti 12
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	10	Coef.1 Punti 10	Coef.1 Punti 10
TOTALE PUNTI		70	37

SONDINO PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE

LOTTO N. 37	MAX PUNTI	TELEFLEX	SECURMED
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	Coef.1 Punti 30	Coef.0,5 Punti 15
ATRAUMATICITA'	30	Coef.1 Punti 30	Coef.0,4 Punti 12
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	10	Coef.1 Punti 10	Coef.1 Punti 10
TOTALE PUNTI		70	37

KIT PER TRACHEOSTOMIA A DILATATORI MULTIPLI

LOTTO N. 38	MAX PUNTI	XMED	TELEFLEX	VE.DI.SE
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	Ha presentato una cannula con dilatatore conico unico. Non conforme a quanto prescritto dall'art.27 del capitolato speciale di gara	Coef.1 Punti 30	Ha presentato una cannula con dilatatore conico unico . Non conforme a quanto prescritto dall'art.27 del capitolato speciale di gara
MANEGGEVOLEZZA E SICUREZZA	35		Coef.1 punti 35	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5		Coef.1 Punti 5	
TOTALE PUNTI		N.C.	70	N.C.

KIT PER TRACHEOSTOMIA A DILATATORE SINGOLO

LOTTO N. 39	MAX PUNTI	SMITHS	XMED	TELEFLEX
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	Coef.1 Punti 30	Ha presentato un kit per tracheotomia percutanea secondo Griggs non richiesto in questo lotto. Non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara	Manca la cannula. Non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara
MANEGGEVOLEZZA E SICUREZZA	35	Coef.1 Punti 35		
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5		
TOTALE PUNTI		70	N.C.	N.C.

LOTTO N. 39	MAX PUNTI	VE.DI.SE	MEHOS	DEAS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	Coef.0,5 Punti 15	Coef.0,7 Punti 21	Coef.0,6 Punti 18
MANEGGEVOLEZZA E SICUREZZA	35	Coef. 0,5 Punti 17,5	Coef.0,7 Punti 24,5	Coef. 0,5 Punti 17,5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.0,7 Punti 3,5	Coef.0,7 Punti 3,5	Coef.0,7 Punti 3,5
TOTALE PUNTI		36	49	39

KIT PER TRACHEOSTOMIA DILATATIVA

LOTTO N. 40	MAX PUNTI	SMITHS	XMED	MEHOS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	Coef.1 Punti 30	Manca il sistema di dilatazione. Non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale dio gara	Coef.0,7 Punti 21
MANEGGEVOLEZZA E SICUREZZA	35	Coef.1 Punti 35		Coef.0,7 Punti 24,5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5		Coef.0,7 Punti 3,5
TOTALE PUNTI		70	N.C.	49

LOTTO N. 40	MAX PUNTI	DEAS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	Coef.0,6 Punti 18
MANEGGEVOLEZZA E SICUREZZA	35	Coef. 0,5 Punti 17,5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.0,7 Punti 3,5
TOTALE PUNTI		39

KIT PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA SECONDO GRIGGS

LOTTO N. 41	MAX PUNTI	SMITHS	XMED*	MEHOS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	Coef.1 Punti 30	Coef.0,4 Punti 12	Manca la cannula di aspirazione sovraglottica. Non conferme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara.
MANEGGEVOLEZZA E SICUREZZA	35	Coef.1 Punti 35	Coef. 0,4 Punti 14	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	
TOTALE PUNTI		70	31 esclusa	N.C.

LOTTO N. 41	MAX PUNTI	DEAS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	Manca la cannula di aspirazione sovraglottica. Non conferme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara.
MANEGGEVOLEZZA E SICUREZZA	35	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	
TOTALE PUNTI		N.C.

*Ditta XMED : Il Seldinger è facilmente deformabile: Scarsa maneggevolezza della pinza dilatatrice

UMIDIFICATORI (NASINI)

LOTTO N. 42	MAX PUNTI	MEDIVAL	TELEFLEX	MEHOS
--------------------	------------------	----------------	-----------------	--------------

LOTTO N. 42	MAX PUNTI	FLEXICARE MEDISIZE	BIOPSYBELL
--------------------	------------------	---------------------------	-------------------

Il lotto non viene valutato in quanto uno dei sottocriteri di aggiudicazione non è compatibile con il dispositivo proposto che è uno scambiatore di umidità e calore.

CANNULE TRACHEOSTOMICHE RIGIDE

LOTTO N. 43	MAX PUNTI	MEDTRONIC
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	12	Coef.1 Punti 12
ATRAUMATICITA'	12	Coef.1 Punti 12
TENUTA	12	Coef.1 Punti 12
VARIETA' DI MISURE	12	Coef.1 Punti 12
ADEGUATO RAPPORTO LUME INTERNO LUME ESTERNO	17	Coef.1 Punti 17
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef,1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70

CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE

LOTTO N.44	MAX PUNTI	SMITHS	TELEFLEX	MEDTRONIC
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	12	Coef.1 Punti 12	Coef.0,5 Punti 6	Coef.0,5 Punti 6
ATRAUMATICITA'	12	Coef.1 Punti 12	Coef.0,4 Punti 4,8	Coef.0,4 Punti 4,8
TENUTA	12	Coef.1 Punti 12	Coef.0,5 Punti 6	Coef.0,5 Punti 6
VARIETA' DI MISURE	12	Coef.1 Punti 12	Coef.1 Punti 12	Coef.1 Punti 12
ADEGUATO RAPPORTO LUME INTERNO LUME ESTERNO	17	Coef.1 Punti 17	Coef.0,5 Punti 8,5	Coef.0,5 Punti 8,5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70	42,3	42,3

CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI CUFFIATE

LOTTO N. 45	MAX PUNTI	MEDTRONIC*
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	12	Coef. 0,4 Punti 4,8
ATRAUMATICITA'	12	Coef. 0,4 Punti 4,8
TENUTA	12	Coef. 0,4 Punti 4,8
VARIETA' DI MISURE	12	Coef. 0,5 Punti 6
ADEGUATO RAPPORTO LUME INTERNO LUME ESTERNO	17	Coef. 0,4 Punti 6,8
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		32,2 esclusa

*ditta MEDTRONIC :Il sistema di fissaggio rigido determina scarsa sicurezza.Scarsa maneggevolezza.

CANNULETRACHEOSTOMICHE CUFFIATE E NON CUFFIATE ARMATE

LOTTO N.46	MAX PUNTI	TELEFLEX
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	12	Coef.1 Punti 12
ATRAUMATICITA'	12	Coef.1 Punti 12
TENUTA	12	Coef.1 Punti 12
VARIETA' DI MISURE	12	Coef.1 Punti 12
ADEGUATO RAPPORTO LUME INTERNO LUME ESTERNO	17	Coef.1 Punti 17
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70

CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI NON CUFFIATE

LOTTO N. 47	MAX PUNTI	TELEFLEX
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	12	Cannula cuffiata non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara
ATRAUMATICITA'	12	
TENUTA	12	
VARIETA' DI MISURE	12	
ADEGUATO RAPPORTO LUME INTERNO LUME ESTERNO	17	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	
TOTALE PUNTI		N.C.

CANNULE TRACHEOSTOMICHE RISTERILIZZABILI

LOTTO N. 48	MAX PUNTI	SMITHS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	12	Coef.1 Punti 12
ATRAUMATICITA'	12	Coef.1 Punti 12
TENUTA	12	Coef.1 Punti 12
VARIETA' DI MISURE	12	Coef.1 Punti 12
ADEGUATO RAPPORTO LUME INTERNO LUME ESTERNO	17	Coef.1 Punti 17
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		70

FASCIA PER FISSAGGIO CANNULE TRACHEOSTOMICHE

LOTTO N. 49	MAX PUNTI	MEDIVAL	SMITHS	TELEFLEX	MEHOS
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	Coef.0,5 Punti 10	Coef.1 Punti 20	Mancano le misure pediatriche . Non conforme a quanto prescritto dall' art. 27 del capitolato speciale di gara	Coef.0,8 Punti 16
TENUTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	25	Coef.0,5 Punti 12,5	Coef.1 Punti 25		Coef.0,9 Punti 22,50
COMFORT, ATRAUMATICITA', IPOALLERGENICITA', MANTENIMENTO CUTE INTEGRA	20	Coef.0,5 Punti 10	Coef.1 Punti 20		Coef.0,9 Punti 18
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5		Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		37,5	70	N.C.	61,5

LOTTO N. 49	MAX PUNTI	BIOPSYBEL L	MEDTRONIC	ITALSANIT ARIA	CAIR
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	Mancano le misure pediatriche . Non conforme a quanto prescritto dall' art. 27 del capitolato speciale di gara	Coef.0,9 Punti 18	Coef.0,4 Punti 8	Coef. 0,5 Punti 10
TENUTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	25		Coef.0,9 Punti 22,5	Coef.0,5 Punti 12,5	Coef.0,5 Punti 12,5
COMFORT, ATRAUMATICITA', IPOALLERGENICITA', MANTENIMENTO CUTE INTEGRA	20		Coef.1 Punti 20	Coef.0,5 Punti 10	Coef.0,5 Punti 10
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	5		Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5	Coef.1 Punti 5
TOTALE PUNTI		N.C.	65,5	35,5	37,5

LOTTO 50 : ESERCITATORE POLMONARE

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
TELEFLEX	CONFORME
FLEXICARE MEDISIZE	NON CONFORME Non raggiunge la graduazione richiesta
BENEFIS	CONFORME
MEDTRONIC	CONFORME

LOTTO 51: ESERCITATORE POLMONARE ESPIRATORIO

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
NOVAMEDISAN	CONFORME
SMITHS	CONFORME
TELEFLEX	CONFORME

LOTTO 52: PALLONE PER C-PAP

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
DIMAR	CONFORME
HAROL	CONFORME
INTERSURGICAL	CONFORME

LOTTO 53: APPARECCHIO PER IL CONTROLLO DELLA PRESSIONE

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
TECNOHEALTH	CONFORME
MEDIVAL	NON CONFORME Procedura complessa occorre leggere su un display. C'è una batteria e il dispositivo va ad esaurimento. Non idoneo all'utilizzo continuo.
TELEFLEX	CONFORME
VE.DI.SE	NON CONFORME Manca manometro, dispositivo non utilizzabile. E' complesso il montaggio.
MEHOS	CONFORME
MEDTRONIC	CONFORME

LOTTO 54: SET ASPIRAZIONE MUCOSITA' PER PRELIEVI BATTERIOLOGICI

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
TELEFLEX	NON CONFORME 54.1 manca tappo di chiusura 54.2 non riporta graduazione
POLIMED	CONFORME
COLMA	NON CONFORME Manca sistema di chiusura sia per il 54.1 che per il 54.2
CAIR	NON CONFORME 54.2 manca tappo di chiusura

LOTTO 55: DISTANZIATORE PER AEROSOL DOSATO

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
	NESSUNA OFFERTA

LOTTO 56: SISTEMA NEBULIZZAZIONE FARMACI

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
TELEFLEX	CONFORME
MEDISIZE	CONFORME
DRAGER	NON CONFORME Manca certificato di nebulizzare il farmaco in particelle che vanno da 0.5 a 5 micron

LOTTO 57: TAPPO OTTURATORE

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
SMITHS	CONFORME

LOTTO 58: SCOVOLINO

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
SMITHS	CONFORME
ID E CO	NON CONFORME Scovolino eccessivamente corto , non utilizzabile per pulizia cannule trachestomiche.

In originale firmato