

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.

Sede legale: Via Venezia, 6- Alessandria

**Verbale della commissione giudicatrice preposta alla  
valutazione delle offerte presentate dalle Ditte  
partecipanti alla procedura aperta per la fornitura di  
MASCHERE SCAFANDRI TUBI E MATERIALI PER  
TRACHEOSTOMIA PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
occorrenti all'A.S.L. AL all'A.S.L. AT e all'A.S.O. di  
Alessandria - Gara n. 7699302**

Nella seguenti giornate:

26 gennaio 2021 dalle ore 9,30 c.a. alle ore 14,00 c.a.

05 febbraio 2021 dalle ore 8,30 c.a. alle ore 13,00 c.a.

11 febbraio 2021 dalle ore 8,30 c.a. alle ore 13,00 c.a.

18 febbraio 2021 dalle ore 8,30 circa alle ore 12,00 c.a.

23 febbraio 2021 dalle ore 9,00 circa alle ore 11,00 c.a.

presso la S.C. E.L.A.P. di Acqui Terme – Via Alessandria n. 1, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Direttore della S.C. E.L.A.P. dell'A.S.L. AL n. 187

25.03.2020 nelle seguenti persone:

**Presidente**

Dott. Pietro Del Nero

Dirigente Medico S.C. Anestesia e Rianimazione

In rappresentanza dell'A.S.L. AL di Alessandria

## **Componenti**

Dott. Laura Lorenzelli

Dirigente Medico SS Rianimazione

In rappresentanza dell'A.S.L di Asti

Dott. Valeria Bonato

Dirigente Medico Responsabile SS terapia intensiva polivalente

In rappresentanza dell'A.O. di Alessandria

Come prescritto dall'art. 282 3° comma del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. i componenti la Commissione Giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 6 del 08.02.2015 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 84 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e di astensione previste dall'art. 51 del Codice Procedura Civile.

Preliminarmente, la Commissione prende conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura aperta accertando in particolare quanto segue:

con deliberazione del Commissario dell'A.S.L. n. 187 del 25.03.2020 esecutiva ai sensi di legge si è proceduto all'indizione della procedura aperta in oggetto e all'approvazione del Capitolato Speciale.

La Commissione rileva che in data 10.07.2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte economiche e nella seduta telematica svoltasi in data 31.07.2020 tramite la piattaforma telematica denominata "Sintel" sono state ammesse le seguenti Ditte che hanno richiesto di partecipare:

DITTA AMBU S.R.L.

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1593087438537 DEL  
25.06.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 6

DITTA MEDISIZE FLEXICARE

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1593591427660 DEL  
1.7.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 6-34-35-36-42-50-56

DITTA DIMAR SRL UNIPERSONALE

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594302892783 DEL  
09.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-2-8-9-10-11-12-13-52

DITTA ID&CO S.r.l.

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1593678981988 DEL  
02.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 36-58

DITTA COLMA SRL

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1593679829361 DEL  
02.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 54

DITTA SECURMED

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1593685023847 DEL  
02.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 16-17-31-36-37

DITTA MEHOS S.R.L.

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1593685574601 DEL  
02.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 5-14-16-21-23-27-34-35-39-40-41-42-49-53

DITTA ITALSANITARIA SRL

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1593697803184 DEL  
02.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 49

DITTA M.T.V. MEDICAL S.R.L.

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594020808987 DEL  
06.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-3

DITTA POLIMED S.R.L.

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594042063361 DEL  
06.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 54

DITTA TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594195956279 DEL  
08.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 6-7-14-15-16-17-18-19-20-21-22-25-29-30-31-  
34-37-38-39-42-44-46-47-49-50-51-53-54-56

DITTA ALEA srl

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594125503203 DEL  
07.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 14-19-31

DITTA VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.  
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594126463667 DEL  
07.07.2020  
LOTTE DI PARTECIPAZIONE 38-39-53

DITTA HAROL SRL  
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594131103256 DEL  
07.07.2020  
LOTTE DI PARTECIPAZIONE 8-9-10-11-12-13-52

DITTA INTERSURGICAL SPA  
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594195630671 DEL  
08.07.2020  
LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13-25-52

DITTA AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL  
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594200117384 DEL  
08.07.2020  
LOTTE DI PARTECIPAZIONE 3-4

DITTA CAIR ITALIA s.r.l.  
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594202785683 DEL  
08.07.2020  
LOTTE DI PARTECIPAZIONE 49-54

DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A.  
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594205427387 DEL  
08.07.2020  
LOTTE DI PARTECIPAZIONE 14-16-17-18-19-20-22-23-24-25-28-31-34-35-  
43-44-45-49-50-53.

DITTA DRAEGER ITALIA S.P.A.  
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594210732416 DEL  
08.07.2020  
LOTTE DI PARTECIPAZIONE 56

DITTA XMED  
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594213637838 DEL  
08.07.2020  
LOTTE DI PARTECIPAZIONE 38-39-40-41

DITTA DEAS SRL  
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594215963221 DEL  
08.07.2020  
LOTTE DI PARTECIPAZIONE 35-39-40-41

DITTA. BIOPSYBELL SRL  
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594223138087 DEL  
08.07.2020  
LOTTE DI PARTECIPAZIONE 42-49

DITTA BENEFIS SRL  
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594223526269 DEL  
08.07.2020  
LOTTE DI PARTECIPAZIONE 36-50

DITTA SMITHS MEDICAL  
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594278510506 DEL  
09.07.2020  
LOTTE DI PARTECIPAZIONE 31-32-39-40-41-44-48-49-51-57-58

DITTA MEDIVAL

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594280957450 DEL  
09.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 3-34-35-42-49-53

DITTA DAHLHAUSEN SRL

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594295686616 DEL  
09.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 12-14-16-17-18-31-36

DITTA TECNOHEALTH

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594299240792 DEL  
09.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 53

DITTA DIMAR

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594302892783 DEL  
09.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 1-2-8-9-10-11-12-13-52

DITTA NOVAMEDISAN

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1594373339259 DEL  
10.07.2020

LOTTE DI PARTECIPAZIONE 13-31-34-51

Dalla verifica della documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti alla presente procedura si rileva che la ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A. nella documentazione presentata nella Busta Amministrativa aveva dichiarato di partecipare, tra gli altri,





ACCESSIBILITA' AL PAZIENTE	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	10
QUALITA' E QUANTITA' DEGLI ACCESSORI	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	10
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

**LOTTO 6: MASCHERA LARINGEA – LOTTO 7 : DISPOSITIVO SOVRAGLOTTIDEO**

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	10
TENUTA DEL SISTEMA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	25
ATRAUMATICITA'	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	15
MANEGGEVOLEZZA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	15
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

**LOTTO 12 : VALVOLA PEEP MONOUSO**

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
--------------	--------------------------	--------------------	-----------

QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	10
PRECISIONE	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	15
SILENZIOSITA'	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	15
MANEGGEVOLEZZA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	25
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

#### LOTTO 13 : MASCHERA C-PAP IN EMERGENZA

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA BIOCAMPATIBILITA'	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	10
TENUTA DEL SISTEMA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	15
COMFORT E ATRAUMATICITA'	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	15
MANEGGEVOLEZZA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5
ACCESSIBILITA' AL PAZIENTE	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	10

QUALITA' E QUANTITA' DEGLI ACCESSORI	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	10
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

**TUBI ENDOTRACHEALI : DAL LOTTO 14 AL LOTTO 30**

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	18
ATRAUMATICITA'	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	18
TENUTA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	24
RANGE DI MISURE	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

**LOTTO 31: MANDRINO INTUBAZIONE- LOTTO 32 :GUIDA MONOUSO – LOTTO 33 : CATETERE CAMBIATUBO**

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	15

MANEGGEVOLEZZA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	25
ATRAUMATICITA'	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	25
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

#### LOTTO 34: FASCIA FISSAGGIO

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	30
TENUTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	35
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

#### LOTTO 35: SONDINO PER ASPIRAZIONE

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	15
TENUTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	15
ATRAUMATICITA'	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	35

CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

#### LOTTO 36-37 SONDINI PER ASPIRAZIONE

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	30
ATRAUMATICITA'	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	30
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	10

#### LOTTE DAL 38 AL 41 : KIT PER TRACHEOSTOMIA

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	30
MANEGGEVOLEZZA E SICUREZZA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	35
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

#### LOTTO 42:UMIDIFICATORI ( NASINI)

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
RESISTENZA AL FLUSSO	Criterio quantitativo: all'offerta corrispondente alla minor resistenza al flusso sarà attribuito il punteggio maggiore mentre alle altre	Q	15

	coefficienti inferiori inversamente proporzionali		
CAPACITA' UMIDIFICANTE	Criterio quantitativo: all'offerta corrispondente alla maggiore efficienza di filtrazione sarà attribuito il punteggio maggiore mentre alle altre coefficienti inferiori inversamente proporzionali	Q	25
SUPERFICIE FILTRANTE	Criterio quantitativo: all'offerta corrispondente alla maggiore efficienza di filtrazione sarà attribuito il punteggio maggiore mentre alle altre coefficienti inferiori inversamente proporzionali	Q	15
PESO	Criterio di attribuzione del coefficiente: All'offerta corrispondente alla minor peso sarà attribuito il coefficiente maggiore mentre alle altre offerte coefficienti inferiori inversamente proporzionali	Q	10
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

**LOTTO 43: CANNULE TRACHEOSTOMICHE RIGIDE LOTTO 44: CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA- LOTTO 45: CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI LOTTO 46: CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA – LOTTO 47: CANNULA TRACHEOSTOMICA TRASPARENTE LOTTO 48 : CANNULE TRACHEOSTOMICHE RISTERILIZZABILI**

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	12
ATRAUMATICITA'	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	12
TENUTA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	12
VARIETA' DI MISURE	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	12

ADEGUATO RAPPORTO LUME INTERNO LUME ESTERNO	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	17
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

#### LOTTO 49 : FASCIA PER FISSAGGIO CANNULE TRACHEOSTOMICHE

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	20
TENUTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	25
COMFORT, ATRAUMATICITA', IPOALLERGENICITA', MANTENIMENTO CUTE INTEGRA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	20
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA ( resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

Con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera **Q** vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Fatto salvo ove diversamente specificato, l'attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall'A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio, l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "**QUALITA'**" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito in forma congiunta per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei



punteggi di tutti i sottocriteri. Successivamente, i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "**Qualita'**" saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito dalla Commissione Giudicatrice un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

per i lotti

**lotti 50 - 51: esercitatore polmonare - lotto 52: pallone c-pap lotto 53: apparecchio controllo pressione e gonfiaggio cuffielotto 54: set aspirazione mucosità - lotto 55: distanziatore per aerosol dosato - lotto 56: sistema nebulizzazione farmaci - lotto 57: tappo otturatore - lotto 58: scovolino per pulizia canale**

a favore della Ditta che avrà proposto il prezzo complessivo più basso previa verifica della conformità del prodotto alle caratteristiche indicate nel Capitolato speciale di gara da parte della Commissione Giudicatrice.

Terminati questi adempimenti La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione tecnica e delle campionature messe a disposizione della S.C. E.L.A.P secondo gli esiti dettagliatamente riportati nello schema allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Durante la seduta del 18.02.2021 la Commissione Giudicatrice ha ritenuto di richiedere alcuni chiarimenti.

Con nota protocollo n.29660 del 18.02.2021 e nota protocollo n. 29655 del 18.02.2021 è stato chiesto rispettivamente alla ditta Flexicare Medisize di Pomezia e alla ditta Medival di Padova, in riferimento al lotto 42 " Umidificatori ( nasini)", di precisare alcuni dati riguardanti la superficie filtrante. La ditta Flexicare Medisize con nota protocollo 30080 del 19.02.2021 e la ditta Medival con nota protocollo n. 30672 del 22.02.2021 hanno presentato i chiarimenti richiesti .

Con nota protocollo n. 29736 del 19.02.2021 è stato chiesto alla ditta Draeger di Corsico in riferimento al lotto 56 " sistema nebulizzazione farmaci" di presentare una certificazione circa la " nebulizzazzazione del farmaco in particelle che vanno da 0,5 a 5 micron" , come richiesto all'art. 27 del capitolato speciale di gara . La ditta Draeger ha fornito i chiarimenti richiesti.

Il Presidente, terminati, lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi nella giornata del 23.02.2020 alle ore 11,00 ca. Viene redatto il presente verbale che, composto da n. 19 facciate comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti la Commissione Giudicatrice.

**IL PRESIDENTE**

Dott. Pietro Del Nero

\_\_\_\_\_

(in originale firmato)

**Componenti**

D.ssa Laura Lorenzelli

\_\_\_\_\_

(in originale firmato)

D.ssa Valeria Bonato

\_\_\_\_\_

(in originale firmato)