

Verbale della commissione giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione presentata dalle ditte partecipanti alla procedura aperta per la fornitura in regime di noleggio, per mesi 36, in "full service" con eventuale riscatto, di n. 4 portatili per radioscopia con arco a "C" per uso urologico - ortopedico - chirurgico per i blocchi operatori dei PP.OO. Dell'ASL AL.

Gara A.N.A.C. n. 8785616 - ARIA Sintel ID n. 162732146.

Risposta accesso atti protocolli n.89285 del 14.09.2023 - 91736 del 21.09.2023 ed n.123662 del 15.12.2023 e richiesta esclusione da parte della Ditta Sago

Medica prot. 9089 del 25.01.2024

VERBALE N. 3

L'anno 2024, addì 14, del mese di febbraio alle ore 12,00 ca., presso S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale - sita in Novi Ligure, Via E. Raggio n. 12 (AL), si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Direttore della S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale dell'A.S.L. AL n. n.607 del 27.04.2023 nelle seguenti persone:

Presidente

Dott. Chiapuzzo Enrico

Dirigente Medico della S.C. Ortopedia del P.O. di Novi Ligure

Componenti

Dott.ssa Rossi Cristina

Dirigente Medico della S.C. Urologia del P.O. di Novi Ligure

Ing. Massimo Giacobbe

Servizio Tecnologie Biomediche - Ufficio Coordinamento manutenzione-acquisto materiali attrezzature Sanitarie ASL AL

Sono presenti il dott. Gianni Musso e la Sig.ra Elena Demergasso della S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale con funzioni esclusivamente di segreteria.

La Commissione Giudicatrice prende atto che la procedura di gara in esame è stata aggiudicata con la deliberazione del Direttore Generale n.1035 del 07.12.2023 esecutiva nelle forme di legge e che, successivamente alle comunicazioni di aggiudicazione e di non aggiudicazione, effettuate nei confronti delle Ditte partecipanti è pervenuta una richiesta di accesso agli atti presentata dalla Ditta SAGO MEDICA S.R.L. con nota prot.n.89285 del 14.09.2023 - 91736 del 21.09.2023 ed n.123662 del 15.12.2023 ai quali è stato fornito successivo riscontro con note prot.n.93983 del 27.09.2023 e prot. 3342 del 11.01.2024.

Successivamente a seguito dell'accesso agli atti di gara relativa all'oggetto, con prot. n. 9089 del 25.01.2024 la Ditta Sago Medica S.R.L. ha richiesto l'esclusione della Ditta Tecno Ray S.R.L., in quanto ritiene che il prodotto offerto non sia conforme a quanto previsto da capitolato speciale di gara, nella fattispecie a quanto richiesto alle CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI ESSENZIALI ED OBBLIGATORIE RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE ove si richiedeva al punto A-19 che il partecipante alla gara offrisse un pannello digitale di 21x21 cm. con risoluzione minima di almeno 1k x 1k e quindi 1024 linee x 1024 linee.



La Ditta richiedente annota inoltre che la scheda tecnica del pannello offerto da Tecno Ray Srl specifica una dimensione di 20,99x20,99 e una risoluzione effettiva di 1004 x1004 e che la medesima misura sia dichiarata sul questionario presentato dalla Ditta offerente, quindi non conforme a quanto richiesto in capitolato, chiedendone l'esclusione.

La presente riunione è pertanto finalizzata a fornire un riscontro alla Ditta SAGO MEDICA S.R.L., trattandosi di quesiti di carattere tecnico circa la corrispondenza rispetto ai requisiti prescritti dal Capitolato Speciale di gara.

I componenti della Commissione Giudicatrice richiamano a questo punto il verbale redatto in data 24.08.2023 ricordando che le tutte ditte partecipanti sono state considerate idonee e valutate positivamente, a seguito di una valutazione tramite le schede tecniche presentate dalle ditte partecipanti e anche tramite prova on-site delle apparecchiature di tutti gli operatori economici, svoltesi regolarmente come da calendario predisposto con lettera prot. 62502 del 21.06.2023 come segue:

Ditta TECNO RAY RX S.R.L. ore 09:00 – 12:00 del 28.06.2023;
Ditta SAGO MEDICA S.R.L. ore 09:00 – 12:00 del 05.07.2023;
Ditta EUROCOLUMBUS S.R.L. ore 14:00 – 18:00 del 13.07.2023;
Ditta PRIMAX INTERNATIONAL S.R.L. ore 09:00 – 12:00 del 26.07.2023;

Nel corso delle prove, effettuate singolarmente per ciascun concorrente, era presente un rappresentante della Ditta interessata.

Pertanto, la Commissione Giudicatrice ritiene di aver espresso le proprie valutazioni sulla base di un approfondito esame tecnico nel quale sono emerse in ogni caso le differenze delle proposte presenti dalle Ditte concorrenti sotto il profilo strettamente qualitativo.

Infatti, dopo aver esaminato la documentazione tecnica presentata e sulla scorta delle prove tecniche "on site", la commissione giudicatrice aveva deciso di attribuire i seguenti giudizi finali relativi al parametro "Qualità":

DITTE	Punteggi qualitativi TOTALI	RIPARAMETRAZIONE
EUROCOLUMBUS S.R.L.	62,13	70
PRIMAX INTERNATIONAL S.R.L.	54,55	61,52
SAGO MEDICA S.R.L.	58,55	65,97
TECNO RAY RX	56,60	63,77

A questo punto, sulla scorta della documentazione tecnica presentata in corso di gara e sulla base dei rilievi espressi dalla Ditta SAGO MEDICA S.R.L., la Commissione Giudicatrice esprime unanimemente le seguenti considerazioni:

- È stata valutata la risoluzione richiesta nella scheda tecnica contenuta nel Capitolato speciale di gara, in cui si richiede un valore pari a 1K x 1K. Si conferma che il pannello proposto dalla Ditta TECNO RAY RX S.R.L. Modello 2121 DXV,

prodotto dalla Ditta Varex, risulta conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara. Nessuna valutazione viene effettuata relativamente alla risoluzione "effettiva" della matrice in quanto trattasi di parametro non espressamente richiesto nel Capitolato speciale medesimo;

- Per quanto riguarda la misura geometrica del "flat panel" di dimensioni 21x21 cm., si ritiene che la differenza di 0,1 mm., in relazione alla misura richiesta, rientri nelle normali tolleranze tecniche costruttive per tali tecnologie, non comportando alcuna valenza di riduzione diagnostica nella valutazione delle immagini ai fini clinici. Da questo punto di vista, la Commissione Giudicatrice invoca pertanto l'applicazione dell'art. 68 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., normativa applicabile "ratione temporis" alla presente procedura di gara, valutando pertanto che la soluzione proposta dalla Ditta TECNO RAY RX S.R.L. ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

Per tali motivazioni si ritiene pertanto di non accogliere quanto espresso dalla Ditta SAGO MEDICA S.R.L., confermando pertanto le valutazioni tecniche già espresse nel richiamato verbale redatto in data 24.08.2023.

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, dichiara chiusa la seduta alle ore 13,45 ca. Viene redatto il presente verbale, che composto da n. 3 facciate comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.


IL PRESIDENTE

Dott. Enrico Chiapuzzo



I Componenti

Dott.ssa Cristina Rossi



Ing. Massimo Giacobbe