

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA

**Verbale della commissione giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica delle ditte partecipanti alla Procedura aperta per la fornitura di materiale per chirurgia laparoscopica e dispositivi vari per chirurgia mininvasiva occorrenti all’A.S.L. AL di Alessandria, all’A.S.L. AT di Asti e all’A.O. di Alessandria
GARA ANAC N. 8204513**

Nelle seguenti date, presso la S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale di Acqui Terme – Via Alessandria n. 1, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n. Acquisti e Servizi Economici dell’A.S.L. AL n. 1958 del 13.12.2021 nelle seguenti persone:

Presidente

- In rappresentanza dell’A.S.L. AL
Dott. Alberto Serventi
Direttore S.C. Chirurgia Generale Acqui Terme

Componenti

- In rappresentanza dell’A.O. di Alessandria
Dott. Fabio Priora
Direttore S.C. Chirurgia Generale A.O. di Alessandria
- In rappresentanza dell’A.S.L. AT di Asti
Dott. Ugo Parisi
Dirigente Medico Responsabile C.R.P. Chirurgia Laparoscopica

La Commissione Giudicatrice si è riunita in presenza nelle seguenti giornate:

nella giornata del 21.01.2022 dalle ore 14,00 circa alle ore 17,00 circa
nella giornata del 11.02.2022 dalle ore 14,15 circa alle ore 17,20 circa
nella giornata del 16.03.2022 dalle ore 14,25 circa alle ore 17,10 circa

I componenti la Commissione Giudicatrice hanno preliminarmente dichiarato di accettare l’incarico conferito con determinazione n. 1958 del 13.12.2021 nonché l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 18.04.2016 n. 50. E’ stato presente a tutte le sedute il Dott. Gianni Musso della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale con funzioni esclusivamente di segreteria.

La Commissione prende atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. AL n. 731 del 15.09.2021, immediatamente esecutiva nelle forme di legge, questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta per la fornitura di materiale per chirurgia laparoscopica e dispositivi vari per chirurgia mininvasiva occorrenti all'A.S.L. AL, all'A.S.L. AT di Asti e all'A.O. di Alessandria, con le seguenti modalità:

Gara n. 8204513 suddivisa in 36 lotti. CPV 33169000-2. CUI F02190140067202000063. Durata quattro anni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, con l'opzione di prosecuzione di un ulteriore biennio alla scadenza per complessivi 72 mesi. R.U.P. Dott.ssa Lucia Carrea – Direttore S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti – Patrimoniale dell'A.S.L. AL. Valore stimato dell'appalto e base d'asta ex art. 35 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.: Euro 4.629.675,60 comprensivo di tutte le opzioni. Non risultano oneri per la valutazione dei rischi da interferenza.

- entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 25.11.2021, sono pervenute le seguenti proposte tramite la piattaforma telematica ARIA – Sintel (ID procedura n. 145709693):

DITTA	PROTOCOLLO INFORMATICO OFFERTA
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS	1636722664765
SELEFAR S.R.L.	1636732191747
F.A.S.E. S.R.L.	1637053824795
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1637147148725
POLIMED S.R.L.	1637233256984
WOLFYR ITALIA S.R.L.	1637243707386
N.B.A. MEDICA S.R.L.	1637311545684
MOVI S.P.A.	1637318351507
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1637327774302
AORTA S.R.L.	1637336146513
B.BRAUN MILANO S.P.A.	1637506741175
PRO.MED. S.R.L.	1637576167243
PIRINOLI ENRICO & C. S.R.L.	1637578003082
EUROCLONE S.P.A.	1637579145295
TAU MEDICA S.R.L.	1637589450321

INNOVAMEDICA S.P.A.	1637659553651
MEHOS S.R.L.	1637666746516
CONMED ITALIA S.R.L.	1637675001056
BARD S.R.L.	1637676475905
COLOPLAST S.P.A.	1637677933846
MOLNLYCKE HEALTH CARE	1637747912613
TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	1637752633732
MULTIMED S.R.L.	1637763223805
HOSPITAL SERVICE S.R.L.	1637763922261
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV - FILIALE ITALIANA	1637770939326

La Commissione prende atto preliminarmente del Capitolato Speciale di gara e precisa che la presente procedura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per singoli lotti indivisibili a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto per ciascuno di essi l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA' MAX PUNTI 70
PREZZO MAX PUNTI 30

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà ripartito così come dettagliatamente riportato all'art. 20 del Capitolato Speciale che si richiama dettagliatamente "per relationem", approvato con la deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. AL n. 731 del 15.09.2021.

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la mediante una valutazione congiunta da parte della Commissione Giudicatrice come segue:

LOTTO 1	TROCAR PER TORACOSCOPIA	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità di penetrazione	20
B	Maneggevolezza e ergonomia del dispositivo	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	15

D	Ancoraggio e tenuta alla parete addominale	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 2	TROCAR CON PORT AD ACCESSO SINGOLO SENZA VALVOLA CON BARRIERA D'ARIA	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Maneggevolezza e ergonomia del dispositivo	18
B	Funzionalità e sicurezza del dispositivo	18
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	10
D	Efficacia del dispositivo di tenuta del pneumoperitoneo	9
E	Valutazione clinica	8
F	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 3	DISPOSITIVO DI ACCESSO TRANSANALE IN GEL PERFORABILE PER TEM/TAMIS	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Maneggevolezza e ergonomia del dispositivo	18
B	Funzionalità e sicurezza del dispositivo	18
C	Efficacia del dispositivo di fissaggio e di introduzione	10
D	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	9
E	Valutazione clinica	8
F	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 4	CLIPS SINGOLE IN MATERIALE ASSORBIBILE E RELATIVI APPLICATORI	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Funzionalità e sicurezza del dispositivo (ad esempio: presenza di sistemi di controllo manuale e/o automatico del dispositivo, chiusura progressiva senza esercitare forza eccessiva)	20
B	Maneggevolezza e ergonomia nell'utilizzo. (ad esempio: minor peso, minori dimensioni, ergonomia dell'impugnatura)	20

C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo (ad esempio: facilità di posizionamento, tenuta della clip, funzionamento completamente automatico, caratteristiche del meccanismo di azionamento, assenza di inceppamenti)	15
D	Valutazione clinica	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 5	CLIPS SINGOLE IN TITANIO E RELATIVI APPLICATORI	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Funzionalità e sicurezza del dispositivo (ad esempio: presenza di sistemi di controllo manuale e/o automatico del dispositivo, chiusura progressiva senza esercitare forza eccessiva)	20
B	Maneggevolezza e ergonomia nell'utilizzo. (ad esempio: minor peso, minori dimensioni, ergonomia dell'impugnatura)	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo (ad esempio: facilità di posizionamento, tenuta della clip, funzionamento completamente automatico, caratteristiche del meccanismo di azionamento, assenza di inceppamenti)	15
D	Valutazione clinica	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 6	CLIPS SINGOLE IN MATERIALE PLASTICO NON ASSORBIBILE	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Funzionalità e sicurezza del dispositivo (ad esempio: presenza di sistemi di controllo manuale e/o automatico del dispositivo, chiusura progressiva senza esercitare forza eccessiva)	20
B	Maneggevolezza e ergonomia nell'utilizzo. (ad esempio: minor peso, minori dimensioni, ergonomia dell'impugnatura)	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo (ad esempio: facilità di posizionamento, tenuta della clip, funzionamento completamente automatico, caratteristiche del meccanismo di azionamento, assenza di inceppamenti)	15
D	Valutazione clinica	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 7	APPLICATORI AUTOMATICI DI CLIPS IN TITANIO	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN

A	Funzionalità e sicurezza del dispositivo (ad esempio: presenza di sistemi di controllo manuale e/o automatico del dispositivo, chiusura progressiva senza esercitare forza eccessiva)	20
B	Maneggevolezza e ergonomia nell'utilizzo. (ad esempio: minor peso, minori dimensioni, ergonomia dell'impugnatura)	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo (ad esempio: facilità di posizionamento, tenuta della clip, funzionamento completamente automatico, caratteristiche del meccanismo di azionamento, assenza di inceppamenti)	15
D	Valutazione clinica	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 8	APPLICATORI AUTOMATICI DI CLIPS IN TITANIO	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Funzionalità e sicurezza del dispositivo (ad esempio: presenza di sistemi di controllo manuale e/o automatico del dispositivo, chiusura progressiva senza esercitare forza eccessiva)	20
B	Maneggevolezza e ergonomia nell'utilizzo. (ad esempio: minor peso, minori dimensioni, ergonomia dell'impugnatura)	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo (ad esempio: facilità di posizionamento, tenuta della clip, funzionamento completamente automatico, caratteristiche del meccanismo di azionamento, assenza di inceppamenti)	15
D	Valutazione clinica	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 9	APPLICATORI DI CLIPS METALLICHE PER FISSAGGIO DI RETI	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Funzionalità e sicurezza del dispositivo (ad esempio: presenza di sistemi di controllo manuale e/o automatico del dispositivo, chiusura progressiva senza esercitare forza eccessiva)	20
B	Maneggevolezza e ergonomia nell'utilizzo. (ad esempio: minor peso, minori dimensioni, ergonomia dell'impugnatura)	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo (ad esempio: facilità di posizionamento, tenuta della clip, funzionamento completamente automatico, caratteristiche del meccanismo di azionamento, assenza di inceppamenti)	15

D	Valutazione clinica	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 10	APPLICATORI DI CLIPS MONOUSO ARTICOLATO PER IL FISSAGGIO DI RETI	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Funzionalità e sicurezza del dispositivo (ad esempio: presenza di sistemi di controllo manuale e/o automatico del dispositivo, chiusura progressiva senza esercitare forza eccessiva)	20
B	Maneggevolezza e ergonomia nell'utilizzo. (ad esempio: minor peso, minori dimensioni, ergonomia dell'impugnatura)	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo (ad esempio: facilità di posizionamento, tenuta della clip, funzionamento completamente automatico, caratteristiche del meccanismo di azionamento, assenza di inceppamenti)	15
D	Valutazione clinica	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 11	APPLICATORI DI CLIPS RIASSORBIBILI PER IL FISSAGGIO DI RETI	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Funzionalità e sicurezza del dispositivo (ad esempio: presenza di sistemi di controllo manuale e/o automatico del dispositivo, chiusura progressiva senza esercitare forza eccessiva)	20
B	Maneggevolezza e ergonomia nell'utilizzo. (ad esempio: minor peso, minori dimensioni, ergonomia dell'impugnatura)	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo (ad esempio: facilità di posizionamento, tenuta della clip, funzionamento completamente automatico, caratteristiche del meccanismo di azionamento, assenza di inceppamenti)	15
D	Valutazione clinica	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 12	CARICATORE PNEUMATICO DI CLIPS	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Funzionalità e sicurezza del dispositivo (ad esempio: presenza di sistemi di controllo manuale e/o automatico del dispositivo, chiusura progressiva senza esercitare forza eccessiva)	25

B	Maneggevolezza e ergonomia nell'utilizzo. (ad esempio: minor peso, minori dimensioni, ergonomia dell'impugnatura)	20
C	Valutazione clinica	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 13	CLIPS ASSORBIBILI PER IL SERRAGGIO DI SUTURE INTRACORPOREE	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Funzionalità e sicurezza del dispositivo (ad esempio: presenza di sistemi di controllo manuale e/o automatico del dispositivo)	25
B	Affidabilità, maneggevolezza e versatilità nell'utilizzo. (ad esempio: minor peso, minori dimensioni, ergonomia dell'impugnatura)	20
C	Valutazione clinica	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 14	APPLICATORE MULTIPLIO DI CLIPS MONOUSO	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Funzionalità e sicurezza del dispositivo (ad esempio: presenza di sistemi di controllo manuale e/o automatico del dispositivo)	25
B	Affidabilità, maneggevolezza e versatilità nell'utilizzo. (ad esempio: minor peso, minori dimensioni, ergonomia dell'impugnatura)	20
C	Valutazione clinica	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 15	SACCHETTO PER RIMOZIONE REPERTI 200/300 CC. CALIBRO 5 MM.	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Efficacia del dispositivo di apertura e chiusura (lineare e non a scatti)	20
B	Robustezza dello stelo	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	15
D	Resistenza del sacchetto alla rottura	8
E	Confezionamento primario e secondario	7

LOTTO 16	SACCHETTO PER RIMOZIONE REPERTI 200/300 CC. CALIBRO 10/15 MM.	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Efficacia del dispositivo di apertura e chiusura (lineare e non a scatti)	20
B	Robustezza dello stelo	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	15
D	Resistenza del sacchetto alla rottura	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 17	SACCHETTO PER RIMOZIONE REPERTI 500/600 CC.	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Efficacia del dispositivo di apertura e chiusura (lineare e non a scatti)	20
B	Robustezza dello stelo	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	15
D	Resistenza del sacchetto alla rottura	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 18	SACCHETTO PER RIMOZIONE REPERTI > 1000 CC.	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Efficacia del dispositivo di apertura e chiusura (lineare e non a scatti)	20
B	Robustezza dello stelo	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	15
D	Resistenza del sacchetto alla rottura	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 19	CATETERE PER COLANGIOGRAFIA	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	20

B	Minore atraumaticità	20
C	Minore resistenza all'introduzione	15
D	Ampiezza della gamma	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 20	DISPOSITIVO MONOUSO DI IRRIGAZIONE / ASPIRAZIONE	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità, versatilità nell'utilizzo e tenuta stagna dell'intero sistema	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 21	DISPOSITIVO RISCALDATORE OTTICHE SEMIDISPOSABILE	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 22	DISPOSITIVO RISCALDATORE OTTICHE MONOUSO	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 23	TUBO PER CO2	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN

A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 24	SET PER ISTEROSCOPIA	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 25	DISPOSITIVO PER LA CHIUSURA ENDOSCOPICA DELLE BRECCE DA TROCAR	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 26	RETRATTORI MONOUSO	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 27	TAMPONI DISSETTORI 5 MM.	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN

A	Sicurezza e facilità d'uso	18
B	Minore traumaticità parte terminale	18
C	Maggiore rigidità dello stelo	10
D	Maneggevolezza e ergonomia	9
E	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	8
F	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 28	TAMPONI DISSETTORI 10 MM.	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	18
B	Minore traumaticità parte terminale	18
C	Maggiore rigidità dello stelo	10
D	Maneggevolezza e ergonomia	9
E	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	8
F	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 29	RETRATTORE / PROTETTORE CHIRURGICO DI PARETE	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Efficacia del dispositivo di chiusura	20
B	Facilità di inserimento trocar	20
C	Maneggevolezza e ergonomia	15
D	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	8
E	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 30	STRUMENTO PER SUTURA E ANNODAMENTO INTRA ED EXTRA OPERATORIO	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN

A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 31	SISTEMA DI ACCESSO LAPAROSCOPICO SEMI DISPOSABILE	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 32	KIT MONOUSO PER LAVAGGIO E IRRIGAZIONE, COMPRENSIVO DI POMPA IRRIGAZIONE IN COMODATO D'USO	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 33	DISPOSITIVO MONOUSO DI ASPIRAZIONE / IRRIGAZIONE PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DIAMETRO 5-10 MM. LUNGH.35 O 45 CM, CON O SENZA TUBI IN PVC	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	18
D	Confezionamento primario e secondario	7

LOTTO 34	PINZA DA PRESA LAPAROSCOPICA	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 35	CLIP IN POLIMERO NON RIASSORBIBILE CON APPLICATORE MONOUSO	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	25
B	Maneggevolezza e ergonomia	20
C	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	18
D	Confezionamento primario e secondario	7
LOTTO 36	TROCAR OTTICO STABILIZZANTE	MAX PUNTI 70 SUDDIVISI IN
A	Sicurezza e facilità d'uso	20
B	Maneggevolezza e ergonomia	15
C	Efficacia del dispositivo stabilizzante	15
D	Affidabilità e versatilità nell'utilizzo	15
E	Confezionamento primario e secondario	5

PER QUANTO RIGUARDA I CRITERI DI CARATTERE "GENERALE", SONO STABILITI I SEGUENTI ELEMENTI MOTIVAZIONALI CUI SI ATTERRA' LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE OFFERTE:

Confezionamento primario e secondario intesi come:

- facilità di apertura ed estrazione del dispositivo.
- sicurezza del mantenimento della sterilità
- identificabilità del materiale
- completezza e chiarezza delle informazioni sulle etichette
- funzionalità del packaging, semplicità di stoccaggio, ridotto impatto ambientale

Affidabilità e versatilità nell'utilizzo intese come:

- affidabilità in relazione alla destinazione d'uso
- caratteristiche costruttive generali
- resistenza

Maneggevolezza e ergonomia intese come:

- caratteristiche dell'impugnatura, forma e dimensioni
- peso e ingombro ridotti in relazione all'utilizzo
- possibilità di utilizzo con una sola mano
- confort nei confronti dell'operatore in rapporto all'uso prolungato

Funzionalità e sicurezza intese come:

- semplificazione del meccanismo di funzionamento o di assemblaggio
- efficacia dei sistemi di sicurezza nei confronti sia dell'operatore che del paziente
- ridotta traumaticità ove non espressamente prevista come criterio autonomo

Valutazione clinica intesa come:

- corrispondenza alle tecniche in uso e agli indirizzi terapeutici degli operatori
- precisione nell'applicazione
- sensibilità
- presenza di feedback tattili e/o visivi

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante l'assegnazione dei coefficienti da 0 a 1 attribuiti congiuntamente dalla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall'A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITA'" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a 35 punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "Qualità" saranno in ogni caso attribuiti 70 punti mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio inferiore a 35 punti, ritenuto quale livello minimo di sufficienza.

Terminati questi adempimenti preliminari, la Commissione Giudicatrice prende atto della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle Ditte concorrenti messa a disposizione dalla S.C. E.L.A.P. e sulla scorta di tutti gli elementi in possesso agli atti, ha svolto i lavori secondo il predetto calendario.

Alle ore 17,10 circa del giorno 16.03.2022, il Presidente, terminati i lavori inerenti alla

presente fase del procedimento, li ha dichiarati chiusi. Viene redatto il presente verbale che, composto da n. 17 pagine comprese le sottoscrizioni e dal prospetto allegato per farne parte integrante e sostanziale composto da n. 30 pagine comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto.

Presidente

Dott. Alberto Serventi

In originale firmato

Componenti

Dott. Fabio Priora

In originale firmato

Dott. Ugo Parisi

In originale firmato