

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia, 6- Alessandria

**Verbale della commissione giudicatrice preposta alla valutazione
delle offerte presentate dalle Ditte partecipanti alla procedura
aperta per la fornitura di MATERIALE MATERNO INFANTILE ED
OSTETRICO occorrente all'A.S.L. AL all'A.S.L. AT e all'A.S.O. di
Alessandria – Gara n. 7650821**

In data 06.10.2020 alle ore 9,30 presso la S.C. ELAP di Acqui Terme – Via Alessandria n. 1, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Direttore della S.C. ELAP dell'A.S.L. AL n. 1538 del 20.09.2020 nelle seguenti persone:

Presidente

- Dott. Daniela Scarsi
Farmaciste Dirigente
In rappresentanza dell'A.S.L. AL di Alessandria


Componenti

- Dott. Carlo Bocci
Dirigente Medico S.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. Asti
In rappresentanza dell'A.S.L. AT di Asti
- Dott. Vittorio Aguggia
Dirigente Medico S.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. Alessandria
In rappresentanza dell'A.S.O di Alessandria

I componenti la Commissione Giudicatrice hanno dichiarato di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 1538 del 20.09.2020 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 commi 4,5 e 6 del Decreto Legislativo n. 18.04.2016 n. 50.

Sono Presenti alla seduta la D.ssa Carla Rapetti e la sig.ra Francesca Rocca della S.C. Economato- Logistica- Approvvigionamenti- Patrimoniale con funzioni esclusivamente di segreteria.

La Commissione rileva che in data 25.06.2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte economiche e nella seduta telematica svoltasi in data



08.07.2020 tramite la piattaforma telematica denominata "Sintel" sono state ammesse le seguenti Ditte che hanno richiesto di partecipare:

ELENCO DITTE PARTECIPANTI	ELENCO DEI LOTTI DI PARTECIPAZIONE	PROTOCOLLO OFFERTA TELEMATICA
AORTA SRL	1-15	1591958780073
MULTIMED SRL	11	1592407211429
ASTRAFORMEDIC	18	1592474094414
LIFETECH CARE SRL	23	1592582151670
MEDISAN SRL	15	1592813067788
CONMED ITALIA SPA	11	1592835408980
LABOR BABY SRL	23	1592837306939
EUROMED SRL	21	1592902624144
AK MEDICAL SRL	1-4-5-8-10	1592916994834
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	1-2	1592919828422
COOK MEDICAL SRL	6-19	1592924066411
DI EMME IMPORT SRL	6-19	1593012922618
EDAND SRL	1-2	1593066853672
EFFEBI HOSPITAL SRL	6-13-14-19	1593069185582
KALTEK SRL	1-3-4-5-7-8-9	1593075671481
POLIMED SRL	1-11-20	1589808877254
RI.MOS SRL	1-10-14-19	1592813866233
TEGEA SRL	6-13-14-19	1592998825723
PRAESIDIA SRL	12-13	1592999531124

PIEMME MED SRL	1-3-16	1593003267581
----------------	--------	---------------

La Commissione Giudicatrice prende atto del Capitolato Speciale di gara e precisa che la presente fornitura sarà aggiudicata per singoli lotti indivisibili a favore della Ditta o delle Dittè che avranno proposto il **prezzo complessivo più basso previa verifica della conformità** del prodotto alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale di gara .

Terminati questi adempimenti la Commissione Giudicatrice, sulla scorta di tutti gli elementi in possesso agli atti, procede all'esame della documentazione tecnica e delle campionature per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di gara.

La Commissione Giudicatrice esprime le proprie valutazioni che si riassumono di seguito in dettaglio:

LOTTO	DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
1	CANNULA PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA	
1	POLIMED	<u>CONFORME</u>
1	AORTA	<u>CONFORME</u>
1	RI. MOS	<u>CONFORME</u>
1	MEDLINE	<u>CONFORME</u>
1	AK MEDICAL	<u>CONFORME</u>
1	EDAND	<u>CONFORME</u>
1	KALTEK	<u>CONFORME</u>

1	PIEMME MED	<u>NON CONFORME all' art. 27 del capitolato speciale di gara</u> <i>*materiale morbido</i> <i>** non a becco di flauto</i>
2	SET PER ISTEROSUZIONE	
2	MED LINE	<u>CONFORME</u>
2	EDAND	<u>CONFORME</u>
3	MORSETTO OMBELICALE	
3	PIEMME MED	<u>NON CONFORME all' art. 27 del capitolato speciale di gara</u> <i>* eccessivamente difficoltoso nella chiusura</i> <i>** pinzetta non presente nella campionatura, impossibilità di valutarne la conformità</i>
3	KALTEK	<u>CONFORME</u>
4	PERFORATORE MEMBRANA AMNIOTICA	
4	AK MEDICAL	<u>CONFORME</u>
4	KALTEK	<u>CONFORME</u>
5	SPECULUM VAGINALE	
5	AK MEDICAL	<u>CONFORME</u>
5	KALTEK	<u>CONFORME</u>
6	CATETERE A PALLONCINO	
6	COOK ITALIA	<u>CONFORME</u>
6	EFFEBI HOSPITAL	<u>CONFORME</u>
6	TEGEA	<u>NON CONFORME all' art. 27 del capitolato speciale di gara</u> <i>* mandrino eccessivamente flessibile, non adeguato all'utilizzo a cui è destinato</i>
6	DI EMME IMPORT	CONFORME
7	SPATOLA DI AYRE	


7	KALTEK	<u>CONFORME</u>
8	SPAZZOLINO IN SETOLA PRELIEVO ENDOCERVICALE	
8	AK MEDICAL	<u>CONFORME</u>
8	KALTEK	<u>CONFORME</u>
9	TAMPONE IN COTONE	
9	KALTEK	<u>NON CONFORME all' art. 27 del capitolato speciale di gara</u> <i>*stelo in legno</i>
10	SONDA PRELIEVO ENDOMETRIALE	
10	RI. MOS	<u>CONFORME</u>
10	AK MEDICAL	<u>NON CONFORME all' art. 27 del capitolato speciale di gara</u> <i>*eccessivamente flessibile, non adeguato all'utilizzo a cui è destinato</i>
11	MANIPOLATORE UTERINO	
11	POLIMED	<u>CONFORME</u>
11	MULTIMED	<u>CONFORME</u>
11	CON MED	<u>NON CONFORME all' art. 27 del capitolato speciale di gara</u> <i>* non articolabile correttamente</i>
12	DISP. PARTO VUOTO ASSISTITO COPPETTE DIVERSA TIPOLOGIA	
12	PRAESIDIA	<u>CONFORME</u>
13	DISP. PARTO VUOTO ASSISTITO	
13	EFFEBI	<u>NON CONFORME all' art. 27 del capitolato speciale di gara</u> <i>*non presenti due coppette</i>
13	PRAESIDIA	<u>CONFORME</u>
13	TEGEA	<u>NON CONFORME all' art. 27 del capitolato speciale di gara</u> <i>*non presenti due coppette</i> <i>**Dispositivo di controllo forza applicata prevede impiego di</i>

		<i>due operatori</i>
14	DISP. PARTO VUOTO ASSISTITO KIWI	
14	EFFEBI	<u>CONFORME</u>
14	RI. MOS	<u>CONFORME</u>
14	TEGEA	<u>NON CONFORME all' art. 27 del capitolato speciale di gara</u> * braccio lunghezza non adeguata ** Dispositivo di controllo forza applicata prevede impiego di due operatori
15	SACCA RACCOLTA EMARICA POST PARTUM	
15	AORTA	<u>CONFORME</u>
15	MEDISAN	<u>CONFORME</u>
16	SISTEMA IDENTIFICAZIONE MAMMA/BAMBINO	
16	PIEMME MED	<u>CONFORME</u>
17	ANELLO PESSARIO	
17	NESSUNA OFFERTA	
18	SACCHE RACCOLTA SANGUE	
18	ASTRAFORMEDIC	<u>CONFORME</u>
19	DISPOSITIVO A PALLONCINO	
19	COOK ITALIA	<u>CONFORME</u>
19	DI EMME IMPORT	<u>CONFORME</u>
19	TEGEA	<u>NON CONFORME all' art. 27 del capitolato speciale di gara</u> * testa del catetere non atraumatica, non adeguato all'utilizzo a cui è destinato
19	EFFEBI	<u>CONFORME</u>


19	RI. MOS	<u>NON CONFORME all' art. 27 del capitolato speciale di gara</u> * palloncino sferico e non cilindrico, non adatto all'emostasi nella sede deputata: segmento uterino inferiore ** non c'è possibilità di collegarlo direttamente al mezzo di espansione
20	MORCELLATORE	
20	POLIMED	<u>CONFORME</u>
21	MASCHERINA PER FOTOTERAPIA	
21	EUROMED	<u>CONFORME</u>
22	TUTINA FOTOTERAPIA	
22	NESSUNA OFFERTA	
23	BIBERON TETTARELLE	
23	LIFETECH CARE	<u>CONFORME</u>
23	LABOR BABY	<u>NON CONFORME all' art. 27 del capitolato speciale di gara</u> * tappo preavvitato

Alle ore 12,00 circa la Commissione Giudicatrice termina i lavori e viene redatto il presente verbale che composto da n. 7 facciate comprese le sottoscrizioni e gli allegati, viene letto e così approvato e sottoscritto da tutti i componenti.

Dott.ssa Daniela Scarsi



Dott. Carlo Bocci



Dott. Vittorio Aguggia

