

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLE DITTE PARTECIPANTI ALLA
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI CON
TECNOLOGIA POCT DA COLLOCARE PRESSO LE SEDI DI PRONTO SOCCORSO PER
ACQUI TERME, OVADA E TORTONA.
GARA A.N.A.C. N. 8979953 - GARA ARIA SINTEL ID N. 167093348**

In data 27.06.2023, con inizio dei lavori alle ore 14,00 circa mediante collegamento da remoto via "Teams", si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n. Acquisti e Servizi Economici dell'A.S.L. AL n. 826 del 19.06.2023 nelle seguenti persone:

Presidente
Dott.ssa Angela Priarone
Dirigente Biologo S.C. Laboratorio Analisi

Componenti

Dott. Daniele Grosso
Collaboratore Tecnico Professionale Informatico

Dott.ssa Simona Vicari
Collaboratore Tecnico Professionale
Titolare incarico di funzione "Referente ASL AL per la redazione delle schede tecniche per l'acquisto delle attrezzature sanitarie e supporto tecnico per la predisposizione del piano di investimenti attrezzature (supporto processo/analisi costi) - referente ASL AL per monitoraggio attrezzature con Ministero, Regione Piemonte e Ires"

Nel corso dell'insediamento, i componenti la Commissione Giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 826 del 19.06.2023 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. E' presente alla riunione il Dott. Gianni Musso in rappresentanza della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale con funzioni esclusivamente di segreteria.

Sempre nel corso della riunione, la Commissione Giudicatrice ha preso conoscenza degli atti di gara e ha preso atto che, entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 15,00 del giorno 28.04.2023, è pervenuta la seguente proposta tramite la piattaforma telematica ARIA – Sintel:



A.5	Semplicità e Sicurezza: Possibilità esecuzione senza stappare la provetta.	Criterio tabellare: punteggio assegnato in presenza del requisito	T	2
	TOTALE PARZIALE			16
	B- Ematologia			
B.1	Semplicità: Fase preanalitica di miscelazione standardizzata per modi e per tempi e definibile dall'utente.	Criterio tabellare: punteggio assegnato in presenza del requisito	T	5
B.2	Sicurezza: Esecuzione del profilo emocromo da provetta chiusa.	Criterio tabellare: punteggio assegnato in presenza del requisito	T	4
B.3	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell'analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli.	Criterio Discrezionale: punteggio massimo alla proposta con le migliori caratteristiche. Alle altre proposte punteggi inferiori.	D	3
B.4	Sicurezza: Possibilità di intervenire da remoto in modalità "Fronte Macchina"	Criterio Discrezionale: punteggio massimo alla proposta con le migliori caratteristiche. Alle altre proposte punteggi inferiori.	D	3
	TOTALE PARZIALE			15
	C - Immunometria			
C.1	Semplicità: Reagenti residenti a bordo strumento.	Criterio tabellare: punteggio assegnato in presenza del requisito	T	5
C.2	Semplicità: Collegamento informatico evoluto con possibilità di richiamo automatico dell'anagrafica e ricezione della lista esami da eseguire, invio automatico dei risultati.	Criterio tabellare: punteggio assegnato in presenza del requisito	T	5
C.3	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell'analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli.	Criterio Discrezionale: punteggio massimo alla proposta con le migliori caratteristiche. Alle altre proposte punteggi inferiori.	D	3

C.4	Qualità: Troponina ad Alta Sensibilità	Criterio tabellare: punteggio assegnato in presenza del requisito	T	3
C.5	Sicurezza: Possibilità di esecuzione senza stappare la provetta con modalità automatica "Cap-piercing".	Criterio tabellare: punteggio assegnato in presenza del requisito	T	5
C.6	Sicurezza: Scarico completamente sigillato	Criterio tabellare: punteggio assegnato in presenza del requisito	T	3
TOTALE PARZIALE				24
D - Coagulazione				
D.1	Semplicità e sicurezza: Possibilità di lavorare con provetta tappata.	Criterio tabellare: punteggio assegnato in presenza del requisito	T	4
D.2	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell'analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli.	Criterio Discrezionale: punteggio massimo alla proposta con le migliori caratteristiche. Alle altre proposte punteggi inferiori.	D	3
D.3	Semplicità e Sicurezza: Possibilità di disporre i dati sia con il Tempo in secondi che tramite ratio.	Criterio tabellare: punteggio assegnato in presenza del requisito	T	2
TOTALE PARZIALE				9
E- Urine				
E.1	Semplicità: Avvio automatico dell'esecuzione del test.	Criterio tabellare: punteggio assegnato in presenza del requisito	T	3
E.2	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell'analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli.	Criterio Discrezionale: punteggio massimo alla proposta con le migliori caratteristiche. Alle altre proposte punteggi inferiori.	D	3
TOTALE PARZIALE				6
TOTALE COMPLESSIVO				70

 AP SV

Con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera **T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In caso di criteri tabellari

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

In caso di criteri qualitativi

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00



Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall'A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITÀ" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "Qualità" saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto, appunto, quale **livello minimo di sufficienza**.

Sulla scorta della documentazione tecnica prodotta, peraltro condivisa e anticipata dalla S.C. E.L.A.P. in data 21.06.2023, e delle considerazioni espresse nel corso dell'esame della medesima, la Commissione Giudicatrice ha formulato i seguenti giudizi afferenti il parametro "Qualità":

RIF.	REQUISITO	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	Ditta A. De Mori
	A- Chimica Clinica			
A.1	Semplicità: Esecuzione contemporanea degli interi profili richiesti.	T	4	Requisito presente Punti 4
A.2	Semplicità: Reagenti pronti all'uso (senza la necessità di rimuovere sigilli che possano interferire con il corretto funzionamento del dispositivo).	T	4	Requisito presente Punti 4
A.3	Qualità: Esecuzione degli indici del siero per interferenza (lipemia, ittero, emolisi).	T	3	Requisito presente Punti 3
A.4	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell'analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli.	D	3	Coefficiente: 1 Giudizio: Eccellente Punti 3

A.5	Semplicità e Sicurezza: Possibilità esecuzione senza stappare la provetta.	T	2	Requisito presente Punti 2
	TOTALE PARZIALE		16	
	B- Ematologia			
B.1	Semplicità: Fase preanalitica di miscelazione standardizzata per modi e per tempi e definibile dall'utente.	T	5	Requisito presente Punti 5
B.2	Sicurezza: Esecuzione del profilo emocromo da provetta chiusa.	T	4	Requisito presente Punti 4
B.3	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell'analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli.	D	3	Coefficiente: 1 Giudizio: Eccellente Punti 3
B.4	Sicurezza: Possibilità di intervenire da remoto in modalità "Fronte Macchina"	D	3	Coefficiente: 1 Eccellente Punti 3
	TOTALE PARZIALE		15	15
	C - Immunometria			
C.1	Semplicità: Reagenti residenti a bordo strumento.	T	5	Requisito presente Punti 5
C.2	Semplicità: Collegamento informatico evoluto con possibilità di richiamo automatico dell'anagrafica e ricezione della lista esami da eseguire, invio automatico dei risultati.	T	5	Requisito presente Punti 5
C.3	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell'analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli.	D	3	Coefficiente: 1 Giudizio: Eccellente Punti 3
C.4	Qualità: Troponina ad Alta Sensibilità	T	3	Requisito presente Punti 3
C.5	Sicurezza: Possibilità di esecuzione senza stappare la provetta con modalità automatica "Cap-piercing".	T	5	Requisito presente Punti 5

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'PSV' on the right.

C.6	Sicurezza: Scarico completamente sigillato	T	3	Requisito presente Punti 3
	TOTALE PARZIALE		24	24
	D - Coagulazione			
D.1	Semplicità e sicurezza: Possibilità di lavorare con provetta tappata.	T	4	Requisito presente Punti 4
D.2	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell'analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli.	D	3	Coefficiente: 1 Giudizio: Eccellente Punti 3
D.3	Semplicità e Sicurezza: Possibilità di disporre i dati sia con il Tempo in secondi che tramite ratio.	T	2	Requisito presente Punti 2
	TOTALE PARZIALE		9	9
	E- Urine			
E.1	Semplicità: Avvio automatico dell'esecuzione del test.	T	3	Requisito presente Punti 3
E.2	Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell'analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli.	D	3	Coefficiente: 1 Giudizio: Eccellente Punti 3
	TOTALE PARZIALE		6	6
	TOTALE COMPLESSIVO		70	70

Il Presidente, sulla scorta delle predette considerazioni, dichiara chiusi i lavori della Commissione Giudicatrice inerenti alla presente fase del procedimento alle ore 14,30 ca del giorno 27.07.2023. Viene pertanto redatto il presente verbale che, composto da n. 9 pagine comprese le sottoscrizioni, viene letto, approvato e sottoscritto.

Presidente

Dott.ssa Angela Priarone




Componenti

Dott. Daniele Grosso

Handwritten signature of Daniele Grosso in black ink, written over a horizontal line.

Dott.ssa Simona Vicari

Handwritten signature of Simona Vicari in black ink, written over a horizontal line.