

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL  
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI N. 1 LITOTRITTORE ENDOSCOPICO CON TECNOLOGIA BALISTICA ED ULTRASONICA OCCORRENTE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI NOVI LIGURE, NELLA FORMA DI NOLEGGIO TRIENNALE CON EVENTUALE RISCATTO, COMPRESIVO DI MANUTENZIONE FULL RISK  
GARA A.N.A.C. N. 8905108 – R.D.O. N. 3396341  
VERBALE N. 1**

In data 28.03.2023, alle ore 14:45, presso gli uffici della S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale dell'A.S.L. AL (Sede di Novi Ligure), sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata indicata in oggetto e nominata con determinazione del Direttore della S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale dell'A.S.L. AL n. 302 del 02.03.2023, esecutiva nelle forme di legge, come di seguito identificati:

**Presidente**

- Dott.ssa Lozzi Cristina – Dirigente Medico della S.C. Urologia del P.O. di Novi

**Componenti**

- Dott.ssa Rossi Cristina – Dirigente Medico della S.C. Urologia del P.O. di Novi Ligure

- Ing. Giacobbe Massimo – S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT

Preliminarmente, i componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico conferito con la succitata determinazione, nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 18.04.2016 n. 50 e l'inesistenza a proprio carico di condanne penali e/o procedimenti penali in corso per i delitti contro la P.A. di cui al Libro 2°. Titolo 2 – Capo 1° del C.P. (artt. da 314 a 360).

Successivamente, viene preso atto che in data 30.01.2023 è stata processata, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la R.D.O. n. 3396341 ed entro il termine di scadenza della gara fissato alle ore 15.00 del giorno 15.02.2023 sono pervenute e registrate, sempre tramite piattaforma M.E.P.A., le seguenti offerte:

DITTA	SEDE	P. IVA	DATA ED ORA PRESENTAZIONE OFFERTA
PIRINOLI ENRICO & C. S.R.L.	Via Pomba, 14 bis 10123 - Torino	08078630012	15.02.2023 ore 08:38:23
MULTIMED S.R.L.	Strada del Drosso, 49 10135 - Torino	09529110018	14.02.2023 ore 16:42:45

In data 15.02.2023, la S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale ha verificato ed accertato la completezza e la correttezza formale della documentazione amministrativa, con esito positivo per entrambe le Ditte e, in data 09.03.2023, ha aperto le offerte tecniche degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara, verificando la produzione da parte degli stessi di tutta la documentazione tecnica richiesta.

La suddetta documentazione viene posta a disposizione dei componenti della Commissione Giudicatrice per lo svolgimento dei propri adempimenti.

La Commissione visionato preliminarmente il Capitolato Speciale di gara e precisa che la presente procedura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per singolo lotto indivisibile a favore della Ditta che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri dettagliatamente riportati all'art. 10 del Capitolato Speciale che si richiama dettagliatamente "per relationem".

Si procede poi ad esaminare il possesso da parte delle offerte presentate delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di esclusione. Dall'analisi emerge che entrambe le proposte soddisfano tutti i requisiti essenziali, come specificati dal punto A -1 al punto A-12 e dal punto D-1 al punto D-4.

Si dispone, pertanto, l'ammissione al procedimento di gara sia della Ditta PIRINOLI ENRICO & C. S.R.L., sia della Ditta MULTIMED S.R.L.


Infine, la Commissione Giudicatrice, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di gara (art. 10) e sulla base della documentazione tecnica prodotta dai soggetti concorrenti, ai fini della valutazione qualitativa dell'attrezzatura *de qua*, decide di effettuare la prova on-site delle apparecchiature di entrambi gli operatori economici, riservandosi di comunicare alla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale dell'A.S.L. AL la data e l'ora in cui detta prova pratica potrà svolgersi.

La Commissione Giudicatrice conclude i lavori alle ore \_\_\_\_ redigendo il presente verbale che, composto da n. 2 fasciate comprese le sottoscrizioni, viene successivamente letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti e trasmesso alla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale per i successivi adempimenti.

Data 28.03.2023

**Presidente**

Dott.ssa Lozzi Cristina



---


**Componenti**

Dott.ssa Rossi Cristina



---

Ing. Massimo Giacobbe



---

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL  
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI N. 1 LITOTRITTORE ENDOSCOPICO CON TECNOLOGIA BALISTICA ED ULTRASONICA OCCORRENTE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI NOVI LIGURE, NELLA FORMA DI NOLEGGIO TRIENNALE CON EVENTUALE RISCATTO, COMPENSIVO DI MANUTENZIONE FULL RISK  
GARA A.N.A.C. N. 8905108 – R.D.O. N. 3396341  
VERBALE N. 2**

In data 11.05.2023, alle ore 14:30, presso gli uffici della S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale dell'A.S.L. AL (Sede di Novi ligure); sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata indicata in oggetto e nominata con determinazione del Direttore della S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale dell'A.S.L. AL n. 302 del 02.03.2023, esecutiva nelle forme di legge, come di seguito identificati:

**Presidente**

- Dott.ssa Lozzi Cristina – Dirigente Medico della S.C. Urologia del P.O. di Novi Ligure - prot. n. 19216 del 23.02.2023;

**Componenti**

- Dott.ssa Rossi Cristina – Dirigente Medico della S.C. Urologia del P.O. di Novi Ligure - prot. n. 19216 del 23.02.2023;

- Ing. Giacobbe Massimo – S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT - prot. n. 18450 del 21.02.2023.

La Commissione Giudicatrice richiama preliminarmente il verbale redatto in data 28.03.2023 rilevando che nella precedente seduta era stato deciso di effettuare la prova "on site" come prescritto dall'art. 10 del Capitolato Speciale di gara.

A tale scopo, la S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale ha provveduto ad inoltrare le convocazioni nei confronti delle Ditte concorrenti secondo il seguente calendario:


Ditta Multimed S.r.l. prot.n.34360 del 03.04.2023 per il giorno 17.04.2023 ore 08:00

Ditta Pirinoli Enrico & C. S.r.l. prot.n. 34359 del 03.04.2023 per il giorno 21.04.2023 ore 08:00

A questo punto, la Commissione da atto che, in data 17.04.2023 alle ore 8:00 circa, presso il Blocco Operatorio del P.O. di Novi Ligure si è svolta la prova pratica del litotritore modello Olympus fornito dalla ditta Multimed S.r.l. e in data 21.04.2023 sempre alle ore 8:00 presso i medesimi locali, la prova pratica del litotritore modello Trilogy fornito dalla Pirinoli Enrico & C. S.r.l..

La prova è stata effettuata alla presenza di un incaricato della Ditta partecipante.

Ciò premesso, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di gara, sulla base della documentazione tecnica prodotta dai soggetti concorrenti e sulle considerazioni espresse nel corso della prova "on site", decide di attribuire i seguenti coefficienti di giudizio tecnico afferenti per il parametro "Qualità":



N.	SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI	DITTA PIRINOLI ENRICO & C. S.R.L.	DITTA MULTIMED S.R.L.
B-1	Caratteristiche tecniche e prestazioni dell'attrezzatura "facilità di utilizzo, funzionalità, affidabilità, efficacia operativa, sicurezza, ergonomia, ingombro e dimensioni"	D	15	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,5 Punteggio = 7,5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 15
B-2	Presenza contestuale delle 3 modalità funzionali: tecnologia balistica, ultrasonica, balistica ed ultrasonica contemporaneamente in modo combinato	T	8	Requisito presente Punteggio = 8	Requisito assente Punteggio = 0
B-3	Fonte di aspirazione insita o incorporata nell'apparecchiatura	T	6	Requisito presente Punteggio = 6	Requisito assente Punteggio = 0
B-4	Unità di controllo con monitor touch screen	T	4	Requisito presente Punteggio = 4	Requisito assente Punteggio = 0
B-5	Visualizzazione parametri operativi delle funzioni impostate	T	6	Requisito presente Punteggio = 6	Requisito presente Punteggio = 6
B-6	Visualizzazione malfunzionamenti macchina tramite codici errore o altro	T	6	Requisito presente Punteggio = 6	Requisito presente Punteggio = 6
B-7	Fornitura di apparecchiatura sostitutiva di pari caratteristiche in caso di fermo macchina per oltre 5 giorni lavorativi	T	6	Requisito presente Punteggio = 6	Requisito presente Punteggio = 6
B-8	Organizzazione assistenza tecnica con valutazione del numero, del profilo professionale ed esperienza dei tecnici specializzati che verranno utilizzati; tempi intervento in caso di guasto.	D	4	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 4	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 4
B-9	Caratteristiche operative di manipolo, sonde ed efficacia del trattamento	D	15	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,5 Punteggio = 7,5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 15
	<b>Totale Punti</b>		<b>70</b>	<b>55</b>	<b>52</b>
	<b>Totale Riparametrato</b>			<b>70</b>	<b>66,18</b>

Note:

Punto B-1 la ditta Pirinoli Enrico & C. S.r.l. l'attrezzatura all'utilizzo risulta essere pesante e molto ingombrante.

Punto B-2 la ditta **MULTIMED S.R.L.** l'attrezzatura non è dotata della possibilità di utilizzo contestuale delle 3 modalità funzionali: tecnologia balistica, ultrasonica, balistica ed ultrasonica come richiesto in capitolato.

Punto B-3 la ditta **MULTIMED S.R.L.** l'attrezzatura non è dotata di fonte di aspirazione insita o incorporata nell'apparecchiatura.

Punto B-4 la ditta **MULTIMED S.R.L.** l'attrezzatura non è dotata di una unità di controllo con monitor touch.

Punto B- 5 entrambe le ditte presentano quanto richiesto in capitolato.

Punto B- 6 entrambe le ditte presentano quanto richiesto in capitolato.

Punto B- 7 entrambe le ditte presentano quanto richiesto in capitolato.

Punto B- 8 entrambe le ditte presentano un eccellente progetto di assistenza tecnica.


Punto B-9 la ditta **PIRINOLI ENRICO & C. S.R.L.** presenta un manipolo pesante poco ergonomico / funzionale, di indaginoso utilizzo con comando esclusivamente a pedale.

La Commissione Giudicatrice conclude i lavori alle ore 15:30 redigendo il presente verbale che, composto da n. 4 facciate comprese le sottoscrizioni, viene successivamente letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti e trasmesso alla S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale per i successivi adempimenti.

Data 11.05.2023

**Presidente**

Dott.ssa Lozzi Cristina



**Componenti**

Dott.ssa Rossi Cristina



Ing. Massimo Giacobbe

