

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 1 ISOLA NEONATALE PER SALA PARTO DEL
OCCORRENTE AL P.O. DI CASALE MONFERRATO**

Relazione Tecnica

R.D.O N. 3113246 – SMART CIG N. Z7835B617D

I sottoscritti, in qualità di esperti preposti alla valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura negoziata indicata in oggetto, hanno svolto a distanza la propria attività:

Dott. Marco Aicardi - Direttore S.C. Pediatria Casale Monferrato.
(Individuato con nota prot. n. 109613 del 11.08.2022)

Dott.ssa Simona Vicari – S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT
(Individuato con nota prot. n. 114865 del 01.09.2022)

Gli esperti prendono atto preliminarmente che:

Questa A.S.L. ha avviato, mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA, una R.D.O. per l'acquisto di **N. 1 ISOLA NEONATALE PER SALA PARTO DEL OCCORRENTE AL P.O. DI CASALE MONFERRATO** da affidare per lotto unico indivisibile a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

La R.D.O. n. 3113246 è stata processata con le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O.:	FORNITURA DI N. ISOLA NEONATALE PER SALA PARTO DEL OCCORRENTE AL P.O. DI CASALE MONFERRATO.
Procedura di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Numero fornitori invitati	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)
Numero offerte ricevute	1
Numero lotti	1
Inizio presentazione offerte	14.07.2022
Scadenza presentazione offerte	02.08.2022
Validità offerta	02.02.2023

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del 01.06.2022 è pervenuta le seguenti offerte:

DITTA	SEDE	P.IVA	DATA ED ORA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Burke & Burke	Via Albert Einstein, 32, 20057 Assago (MI)	01059590107	01/08/2022 11:13:22

In data 11.08.2022 sempre tramite la piattaforma informatica del M.E.P.A., la S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale ha provveduto, in seduta telematica, alla verifica ed all'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa e, successivamente, nella medesima data, si è provveduto all'apertura dell'offerta tecnica dell'operatore economico ammesso alla prosecuzione della gara ed alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

Gli esperti prendono atto preliminarmente del Capitolato Speciale di Gara, ove si precisa che la presente fornitura sarà aggiudicata con i seguenti criteri:




ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per singolo lotto indivisibile a favore della Ditta che avrà **proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA' MAX PUNTI 70
PREZZO MAX PUNTI 30

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà ripartito così come dettagliatamente riportato all'art. 10 del Capitolato Speciale che si richiama dettagliatamente "per relationem".

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la mediante una valutazione congiunta secondo le seguenti modalità:

LOTTO UNICO N. 1 ISOLA NEONATALE PER SALA PARTO DEL P.O. CASALE MONFERRATO				
RIF.	SOTTOCRITERI	Punteggio parziale	Criterio di assegnazione	Tipologia criterio
B-1	Caratteristiche tecniche e prestazioni: funzionamento, accessori disponibili, materiale di consumo (se dedicato)	5	Criterio Discrezionale: 5 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	D
B-2	Consumo in watt	3	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore minore secondo la seguente formula: $P = (V_{min} * 3) / V_n$ Dove: P = punteggio da assegnare V_n = valore proposto V_{min} = valore min. proposto	Q
B-3	Unità radiante: descrizione dei dispositivi di sicurezza	7	Criterio Discrezionale: 7 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	D
B-4	Pannello radiante: rotazione eccedenti il minimo previsto 120 °	5	Se rotazione < 120° punti 0; Se >= 120° Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore maggiore di ampiezza di rotazione secondo la seguente formula: $P = (V_n * 5) / V_{max}$ Dove: P=punteggio da assegnare V_n =valore proposto V_{max} =valore max.proposto	Q
B-5	Pannello radiante inclinabile di almeno 30° (tilting) rispetto alla posizione centrale per focalizzare in ogni caso il fascio di calore al neonato.	5	Grado di inclinazione del pannello radiante (tilting) <= 30°: punti 0; Negli altri casi : Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che	Q



			<p>presenta un valore > di 30 ° secondo la seguente formula: $P=(Vn*5)/Vmax$ Dove: P=punteggio da assegnare Vn=valore proposto Vmax=valore max.proposto</p>	
B-6	Unità di controllo integrata	6	<p>Criterio Tabellare: 6 punti al sistema con unità di controllo con display LCD; 0 punti agli altri.</p>	T
B-7	Monitoraggio della temperatura del neonato integrato	7	<p>Criterio Tabellare: 7 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito</p>	T
B-8	Valutazione indice di Apgar con cronometro digitale integrato	4	<p>Criterio Tabellare: 4 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito</p>	T
B-9	Pulsossimetria con tecnologia integrata per la rilevazione della saturazione funzionale dell'ossigeno (SpO2) e della frequenza del polso	4	<p>Criterio Tabellare: 4 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito</p>	T
B-10	Dimensioni del lettino (materassino) espresso in cm ²	3	<p>Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore maggiore secondo la seguente formula: $P=(Vn*3)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto</p>	Q
B-11	Doppia pedaliera (lato dx e sin) per la regolazione elettrica dell'altezza del piano di lavoro	4	<p>Criterio Tabellare: 4 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito</p>	T
B-12	Manometro integrato per monitoraggio pressione	4	<p>Criterio Tabellare: 4 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito</p>	T
B-13	Controllo frequenza respiratoria direttamente dall'operatore	3	<p>Criterio Tabellare: 3 punti in presenza del requisito. 0 punti in assenza del requisito</p>	T
B-14	Numero di mesi di garanzia (eccedenti il minimo di 24 mesi previsto)	5	<p>n. mesi garanzia < 24 mesi: punti 0 Negli altri casi:Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il maggior numero di mesi di garanzia eccedenti secondo la seguente formula: $P = (Vn*5)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max.proposto</p>	Q

B-15	Organizzazione assistenza tecnica con valutazione del numero, del profilo professionale ed esperienza dei tecnici specializzati che verranno utilizzati; tempi intervento in caso di guasto.	5	Criterio Discrezionale: 4 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori	D
TOTALE		70		

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi Quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione della formula matematica prevista. L’attribuzione del punteggio verrà effettuata dagli esperti in relazione a ciascun elemento di natura quantitativa dichiarato dalla Ditta concorrente secondo le modalità precedentemente indicate.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi Tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. L’attribuzione del punteggio verrà effettuata dagli esperti assegnando la totalità dei punti previsti se il requisito è presente o nessun punto se il requisito non è presente.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi Discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante agli esperti sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte degli esperti, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascuno.

Per ciascun sottocriterio l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “QUALITÀ” verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro “Qualità” saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio inferiore a **35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

Premesse tali considerazioni si è proceduto all'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti, rivolta preliminarmente a verificare che gli operatori economici concorrenti abbiano presentato prodotti conformi alle caratteristiche tecniche previste a pena di esclusione.

Tutto ciò premesso, dopo aver esaminato la documentazione tecnica presentata, si decide di attribuire i seguenti coefficienti di giudizio tecnico afferenti per il parametro "Qualità" in esame:

RIF.	SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE	Tipologia Criterio	Punteggio parziale	Ditta Burke & Burke
B-1	Caratteristiche tecniche e prestazioni: funzionamento, accessori disponibili, materiale di consumo (se dedicato)	D	5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
B-2	Consumo in watt	Q	3	Punteggio = 3
B-3	Unità radiante: descrizione dei dispositivi di sicurezza	D	7	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 7
B-4	Pannello radiante: rotazione eccedenti il minimo previsto 120 °	Q	5	Punteggio = 5
B-5	Pannello radiante inclinabile di almeno 30° (tilting) rispetto alla posizione centrale per focalizzare in ogni caso il fascio di calore al neonato.	Q	5	Punteggio = 0
B-6	Unità di controllo integrata	T	6	Requisito presente Punteggio = 6
B-7	Monitoraggio della temperatura del neonato integrato	T	7	Requisito presente Punteggio = 7
B-8	Valutazione indice di Apgar con cronometro digitale integrato	T	4	Requisito presente Punteggio = 4
B-9	Pulsossimetria con tecnologia integrata per la rilevazione della saturazione funzionale dell'ossigeno (SpO2) e della frequenza del polso	T	4	Requisito presente Punteggio = 4
B-10	Dimensioni del lettino (materassino) espresso in cm ²	Q	3	Punteggio = 3
B-11	Doppia pedaliera (lato dx e sin) per la regolazione elettrica dell'altezza del piano di lavoro	T	4	Requisito presente Punteggio = 4



B-12	Manometro integrato per monitoraggio pressione	T	4	Requisito presente Punteggio = 4
B-13	Controllo frequenza respiratoria direttamente dall'operatore	T	3	Requisito presente Punteggio = 3
B-14	Numero di mesi di garanzia (eccedenti il minimo di 24 mesi previsto)	Q	5	Punteggio = 5
B-15	Organizzazione assistenza tecnica con valutazione del numero, del profilo professionale ed esperienza dei tecnici specializzati che verranno utilizzati; tempi intervento in caso di guasto.	D	5	Requisito presente Punteggio = 5
	TOTALE		70	65,00
	TOTALE RIPARAMETRATO			70,00

Rif. B-5

La ditta **Burke&Burke** presenta un grado di inclinazione del pannello radiante pari a 30°

I sottoscritti, avendo concluso i lavori inerenti la parte del procedimento di competenza, redigono la presente relazione che, composta da n. 6 fasciate comprese le sottoscrizioni, viene successivamente letta, approvata e sottoscritta dal medesimo e trasmessa alla S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale per i successivi adempimenti.

Data: 04.10.2022

In qualità di esperti:

Dott. Marco Aicardi

Dott.ssa Simona Vicari




SIMONA VICARI
24.10.2022 15:42:22
GMT+01:00